Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70054	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metoxicloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70055	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	metribuzina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70056	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Miclobutanilo	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70057	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Mirex	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70058	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Molinato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70059	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Naftaleno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70060	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	o,p- DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70061	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	oxifluorfeno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70062	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	p,p'- DDD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70063	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	p,p'- DDE	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70064	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Paration Etil (Paratión)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70065	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N° 101	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70066	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N° 138	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70067	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N° 153	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70068	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N° 52	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70069	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N°118	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70070	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N°180	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70071	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N°28	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70072	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pendimetalina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70073	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pentacloroben ceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70074	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70075	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Piridaben	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70076	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pirimetanil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70077	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	pp- DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70078	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70079	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Propazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70080	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Propizamida	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70081	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Simazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70082	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Simetrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70083	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Terbutilazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70084	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Terbutrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70085	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Tetradifon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70086	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Beta-clordano (Trans-clordano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70087	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Triclorfon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70088	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Trietazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70089	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Trifluralina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70090	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Vinclozolina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70091	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	-BHC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70092	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Acenafteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45094, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70093	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Acenaftileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45095, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70094	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Alacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70095	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Aldrín	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45241, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70096	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Ametrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70097	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Antraceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45096, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70098	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Atrazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45242, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70099	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Azinfos Metil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70100	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	benalaxil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70101	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Benzo (e) pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70102	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Benzo(a)antraceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45097, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70103	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Benzo(a)pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45098, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70104	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Benzo(b)fluoranteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45099, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70105	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Benzo(g,h,i)perileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45100, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70106	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Benzo(k)fluoranteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45101, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70107	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Beta-HCH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70108	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Captan	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45243, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70109	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Carbaril	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70110	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Cipermetrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70111	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Ciproconazol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70112	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Cis-clordano (-Clordano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45244, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70113	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clodinafop Propargil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70114	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clordecona	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70115	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorfenvinfos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70116	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorotalonil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45245, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70117	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorpirifos etil (clorpirifos)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70118	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Criseno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Se reemplaza alcance al código 45102, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70119	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dacthal (Clortal-Dimetil)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70120	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Delta-HCH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70121	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Diazinon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45246, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70122	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dibenzo(a,h)antraceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45103, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70123	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dicofol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70124	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dieldrín	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45247, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70125	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Diflufenican	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70126	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dimetoato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45248, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70127	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Endosulfan I	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45249, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70128	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Endosulfan II	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45250, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70129	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Endosulfan sulfato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45251, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70130	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Endrin aldehido	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45252, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70131	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Endrin Cetona	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45253, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70132	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Endrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45254, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70133	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Epóxido De Heptacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45255, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70134	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	EPTC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70135	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Etión	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45256, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70136	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Etoprofos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70137	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fenamifos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70138	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fenantreno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45104, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70139	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fluoranteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45105, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70140	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fluoreno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45106, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70141	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Flusilazol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70142	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Folpet	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70143	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Heptacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45257, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70144	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Hexaclorobenceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45258, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70145	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Indeno(1,2,3-c,d)pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45107, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70146	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Isodrin	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45259, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70147	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Lindano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 49021, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70148	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Malation	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45260, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70149	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metalaxil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70150	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metamidofos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70151	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metidation	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70152	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metil Paratión	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45261, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70153	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metolacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70154	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metoxicloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 49022, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70155	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	metribuzina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70156	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Miclobutanilo	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70157	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Mirex	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45262, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70158	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Molinato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70159	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Naftaleno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45108, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70160	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	o,p- DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45263, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70161	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	oxifluorfeno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70162	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	p,p'- DDD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 49023, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70163	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	p,p'- DDE	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 49024, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70164	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Paration Etil (Paratión)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70165	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N° 101	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70166	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N° 138	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70167	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N° 153	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70168	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N° 52	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70169	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N°118	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70170	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N°180	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70171	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N°28	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70172	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pendimetalina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70173	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pentacloroben ceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70174	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45109, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70175	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Piridaben	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70176	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pirimetanil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70177	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	pp- DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 49025, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70178	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70179	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Propazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70180	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Propizamida	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70181	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Simazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45264, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70182	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Simetrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70183	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Terbutilazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70184	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Terbutrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70185	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Tetradifon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70186	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Beta-clordano (Trans-clordano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45265, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70187	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Triclorfon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70188	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Trietazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70189	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Trifluralina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45266, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70190	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Vinclozolina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70191	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	-BHC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70234	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Acenafteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45110, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70235	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Acenaftileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45111, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70236	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Alacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70237	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Aldrín	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45267, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70238	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Ametrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70239	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Antraceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45112, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70240	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Atrazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45268, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70241	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Azinfos Metil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70242	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	benalaxil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70243	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Benzo (e) pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70244	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Benzo(a)antraceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45113, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70245	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Benzo(a)pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45114, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70246	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Benzo(b)fluoranteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45115, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70247	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Benzo(g,h,i)perileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45116, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70248	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Benzo(k)fluoranteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45117, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70249	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Beta-HCH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70250	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Captan	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45269, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70251	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Carbaril	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70252	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Cipermetrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70253	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Ciproconazol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70254	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Cis-clordano (-Clordano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45270, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70255	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clodinafop Propargil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70256	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clordecona	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70257	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorfenvinfos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70258	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorotalonil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45271, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70259	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorpirifos etil (clorpirifos)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70260	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Criseno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Se reemplaza alcance al código 45118, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70261	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dacthal (Clortal-Dimetil)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70262	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Delta-HCH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70263	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Diazinon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45272, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70264	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dibenzo(a,h)antraceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45119, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70265	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dicofol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70266	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dieldrín	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45273, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70267	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dietil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70268	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Diflufenican	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70269	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dimetoato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45274, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70270	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Endosulfan I	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45275, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70271	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Endosulfan II	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45276, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70272	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Endosulfan sulfato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45277, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70273	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Endrin aldehido	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45278, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70274	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Endrin Cetona	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45279, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70275	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Endrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45280, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70276	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Epóxido De Heptacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45281, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70277	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	EPTC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70278	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Etión	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45282, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70279	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Etoprofos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70280	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fenamifos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70281	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fenantreno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45120, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70282	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fluoranteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45121, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70283	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fluoreno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45122, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70284	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Flusilazol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70285	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Folpet	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70286	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Heptacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45283, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70287	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Hexaclorobenceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45284, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70288	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Indeno(1,2,3-c,d)pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45123, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70289	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Isodrin	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45285, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70290	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Lindano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70291	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Malation	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45286, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70292	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metalaxil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70293	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metamidofos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70294	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metidation	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70295	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metil Paratión	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45287, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70296	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metolacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70297	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metoxicloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70298	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	metribuzina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70299	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Miclobutanilo	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70300	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Mirex	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45288, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70301	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Molinato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70302	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Naftalina	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
70303	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	o,p- DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45289, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70304	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	oxifluorfeno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70305	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	p,p'- DDD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70306	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	p,p'- DDE	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70307	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Paration Etil (Paratión)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70308	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N° 101	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70309	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N° 138	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70310	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N° 153	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70311	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N° 52	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70312	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N°118	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70313	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N°180	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70314	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	PCB N°28	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70315	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pendimetalina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70316	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pentacloroben ceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70317	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45125, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70318	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Piridaben	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70319	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	pp- DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70320	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70321	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Propazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70322	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Propizamida	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70323	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Simazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45290, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70324	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Simetrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70325	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Terbutilazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70326	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Terbutrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70327	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Tetradifon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70328	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Beta-clordano (Trans-clordano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45291, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.

70329	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Triclorfon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70330	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Trietazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70331	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Trifluralina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45292, debido a la incorporación de la Rev.13 del método propio.
70332	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Vinclozolina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70333	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.13), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	-BHC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70346	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Alacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70347	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Ametrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70348	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Azinfos Metil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70349	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	benalaxil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70350	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo (e) pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70351	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(a)pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70352	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(k)fluoranteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45463, debido a la incorporación de la Rev.06 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70353	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Beta-HCH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70354	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Captan	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45386, debido a la incorporación de la Rev.06 del método propio.
70355	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Cipermetrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70356	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Ciproconazol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70357	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Cis-clordano (-Clordano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70358	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clodinafop Propargil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70359	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clordecona	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70360	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorfenvinfos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70361	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Criseno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45464, debido a la incorporación de la Rev.06 del método propio.

70362	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dacthal (Clortal-Dimetil)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70363	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Delta-HCH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70364	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Diflufenican	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70365	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	EPTC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70366	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Etoprofos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70367	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Fenamifos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70368	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Flusilazol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70369	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Folpet	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70370	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Lindano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70371	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metalaxil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70372	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metidation	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70373	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metolacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70374	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	metribuzina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70375	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Miclobutanilo	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70376	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Molinato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70377	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	oxifluorfeno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70378	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Paration Etil (Paratión)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70379	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pendimetalina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70380	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pentacloroben ceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70381	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Piridaben	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70382	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pirimetanil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70383	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Prometrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70384	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Propazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70385	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Propizamida	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70386	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Simetrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70387	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Terbutilazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70388	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Terbutrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70389	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Tetradifon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70390	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Beta-clordano (Trans-clordano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70391	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Triclorfon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70392	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Trietazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70393	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Vinclozolina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70394	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	-BHC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70395	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 101	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70396	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 138	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70397	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 153	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70398	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 52	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70399	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N°118	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70400	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N°180	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70401	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N°28	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70402	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Alacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70403	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Ametrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70404	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Azinfos Metil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70405	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	benalaxil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70406	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Benzo (e) pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70407	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Benzo(k)fluoranteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70408	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Beta-HCH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70409	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Captan	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70410	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Cipermetrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70411	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Ciproconazol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70412	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Cis-clordano (-Clordano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70413	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Clodinafop Propargil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70414	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Clordecona	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70415	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Clorfenvinfos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70416	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Criseno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70417	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Dacthal (Clortal-Dimetil)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70418	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Delta-HCH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70419	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Diflufenican	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70420	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	EPTC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70421	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Etoprofos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70422	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Fenamifos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70423	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Flusilazol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70424	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Folpet	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70425	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Lindano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70426	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Metalaxil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70427	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Metidation	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70428	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Metolacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70429	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	metribuzina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70430	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Miclobutanilo	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70431	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Molinato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70432	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	oxifluorfeno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70433	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Paration Etil (Paratión)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70434	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N° 101	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70435	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N° 138	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70436	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N° 153	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70437	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N° 52	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70438	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N°118	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70439	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N°180	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70440	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N°28	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70441	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Pendimetalina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70442	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Pentacloroben ceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70443	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Piridaben	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70444	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Pirimetanil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70445	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Prometrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70446	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Propazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70447	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Propizamida	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70448	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Simetrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70449	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Terbutilazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70450	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Terbutrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70451	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Tetradifon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70452	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Beta-clordano (Trans-clordano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70453	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Triclorfon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70454	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Trietazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70455	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Vinclozolina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70456	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	-BHC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70457	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Alacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70458	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Ametrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70459	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Azinfos Metil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70460	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	benalaxil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70461	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Benzo (e) pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70462	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Benzo(a)pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45493, debido a la incorporación de la Rev.06 del método propio.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70463	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Benzo(k)fluoranteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45496, debido a la incorporación de la Rev.06 del método propio.
70464	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Beta-HCH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70465	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Captan	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70466	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Cipermetrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70467	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Ciproconazol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70468	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Cis-clordano (-Clordano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70469	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Clodinafop Propargil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70470	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Clordecona	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70471	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Clorfenvinfos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70472	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Criseno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70473	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Dacthal (Clortal-Dimetil)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70474	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Delta-HCH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70475	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Diflufenican	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70476	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	EPTC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70477	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Etoprofos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70478	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Fenamifos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70479	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Flusilazol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70480	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Folpet	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70481	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Lindano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70482	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Metalaxil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70483	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Metidation	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70484	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Metolacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70485	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	metribuzina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70486	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Miclobutanilo	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70487	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Molinato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70488	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	oxifluorfeno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70489	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Paration Etil (Paratión)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70490	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N° 101	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70491	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N° 138	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70492	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N° 153	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70493	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N° 52	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70494	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N°118	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70495	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N°180	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70496	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N°28	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70497	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Pendimetalina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70498	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Pentacloroben ceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70499	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Piridaben	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70500	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Pirimetanil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70501	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Prometrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70502	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Propazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70503	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Propizamida	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70504	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Simetrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70505	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Terbutilazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70506	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Terbutrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70507	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Tetradifon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70508	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Beta-clordano (Trans-clordano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70509	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Triclorfon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70510	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Trietazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70511	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Vinclozolina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70512	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	-BHC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70513	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Alacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70514	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Ametrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70515	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Azinfos Metil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70516	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	benalaxil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70517	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Benzo (e) pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70518	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Benzo(a)pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45547, debido a la incorporación de la Rev.06 del método propio.
70519	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Benzo(k)fluoranteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45550, debido a la incorporación de la Rev.06 del método propio.
70520	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Beta-HCH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70521	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Captan	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70522	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Cipermetrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70523	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Ciproconazol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70524	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Cis-clordano (-Clordano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70525	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Clodinafop Propargil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70526	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Clordecona	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70527	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Clorfenvinfos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70528	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Criseno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70529	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Dacthal (Clortal-Dimetil)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70530	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Delta-HCH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70531	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Diflufenican	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70532	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	EPTC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70533	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Etoprofos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70534	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Fenamifos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70535	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Flusilazol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70536	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Folpet	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70537	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Lindano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70538	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Metalaxil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70539	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Metidation	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70540	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Metolacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70541	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	metribuzina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70542	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Miclobutanilo	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70543	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Molinato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70544	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	oxifluorfeno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70545	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Paration Etil (Paratión)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70546	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N° 101	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70547	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N° 138	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70548	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N° 153	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70549	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N° 52	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70550	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N°118	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70551	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N°180	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70552	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	PCB N°28	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70553	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Pendimetalina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70554	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Pentacloroben ceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70555	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Piridaben	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70556	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Pirimetanil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70557	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Prometrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70558	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Propazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70559	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Propizamida	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70560	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Simetrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70561	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Terbutilazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70562	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Terbutrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70563	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Tetradifon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70564	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Beta-clordano (Trans-clordano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70565	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Triclorfon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70566	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Trietazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70567	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	Vinclozolina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70568	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	-BHC	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
70569	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(a)pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 45476, debido a la incorporación de la Rev.06 del método propio.
70570	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Acenafteno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70571	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Acenaftileno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70572	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Alacloro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70573	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Aldrín	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70574	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Ametrina	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70575	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Atrazina	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70576	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Azinfos Metil	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70577	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	benalaxil	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70578	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo (e) pireno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70579	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(a)antraceno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70580	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(a)pireno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70581	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(b)fluoranteno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70582	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(g,h,i)perileno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70583	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(k)fluoranteno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70584	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Beta-HCH	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70585	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Captan	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70586	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Cipermetrina	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70587	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Ciproconazol	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70588	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Cis-clordano (-Clordano)	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70589	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clodinafop Propargil	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70590	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clordecona	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70591	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorfenvinfos	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70592	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorotalonil	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70593	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorpirifos etil (clorpirifos)	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70594	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Criseno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70595	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dacthal (Clortal-Dimetil)	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70596	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Delta-HCH	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70597	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Diazinon	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70598	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dibenzo(a,h)antraceno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70599	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dieldrín	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70600	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Diflufenican	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70601	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dimetoato	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70602	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endosulfan I	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70603	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endosulfan II	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70604	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endosulfan sulfato	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70605	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endrin aldehido	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70606	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endrin Cetona	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70607	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endrina	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70608	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Epóxido De Heptacloro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70609	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	EPTC	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70610	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Etión	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70611	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Etoprofos	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70612	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Fenamifos	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70613	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Fenantreno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70614	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Fluoranteno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70615	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Fluoreno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70616	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Flusilazol	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70617	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Folpet	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70618	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Heptacloro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70619	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Hexaclorobenceno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70620	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Indeno(1,2,3-c,d)pireno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70621	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Isodrin	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70622	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Lindano	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70623	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Malation	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70624	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metalaxil	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70625	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metidation	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70626	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metil Paratión	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70627	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metolacloro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70628	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metoxicloro	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70629	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	metribuzina	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70630	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Miclobutanilo	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70631	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Mirex	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70632	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Molinato	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70633	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Naftaleno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70634	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	o,p- DDT	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70635	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	oxifluorfeno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70636	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	p,p'- DDD	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70637	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	p,p'- DDE	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70638	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Paration Etil (Paratión)	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70639	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 101	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70640	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 138	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70641	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 153	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70642	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 52	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70643	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N°118	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70644	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N°180	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70645	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N°28	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70646	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pendimetalina	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70647	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pentacloroben ceno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCI A TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70648	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pireno	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70649	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Piridaben	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70650	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pirimetanil	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70651	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	pp- DDT	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70652	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Prometrina	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70653	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Propazina	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70654	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Propizamida	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70655	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Simazina	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70656	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Simetrina	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70657	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Terbutilazina	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70658	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Terbutrina	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70659	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Tetradifon	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70660	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Beta-clordano (Trans-clordano)	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70661	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Triclorfon	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

70662	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Trietazina	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70663	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Trifluralina	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70664	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Vinclozolina	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70665	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	-BHC	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
70670	AA 791	Muestreo	Agua	Calidad	Agua subterránea			PICH-210 (Rev.4) Toma de Muestras de Aguas Subterraneas, basado en NCh411/11:1998 y NCh411/3:2014	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 36638 por actualización del método propio rev.04.

70671	AA 791	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PICH-211 (Rev.8) Toma de muestras de agua de consumo, fuentes de captación y crudas. Basado en NCh409/2:2004, NCh411/3:2014 y Manual métodos de ensayos para agua potable SISS	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 36640 por actualización del método propio rev.08.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70672	AA 791	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial			PICH-211 (Rev.8) Toma de muestras de agua de consumo, fuentes de captación y crudas. Basado en NCh409/2:2004, NCh411/3:2014 y Manual métodos de ensayos para agua potable SISS	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 36641 por actualización del método propio rev.08.
70673	AA 791	Muestreo	Agua	Calidad	Agua de mar			PICH-211 (Rev.8) Toma de muestras de agua de consumo, fuentes de captación y crudas. Basado en NCh409/2:2004, NCh411/3:2014 y Manual métodos de ensayos para agua potable SISS	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70674	AA 791	Muestreo	Agua	No aplica	Fuentes de captación			PICH-211 (Rev.8) Toma de muestras de agua de consumo, fuentes de captación y crudas. Basado en NCh409/2:2004, NCh411/3:2014 y Manual métodos de ensayos para agua potable SISS	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70675	AA 791	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales			PICH-212 (Rev.6) Toma de Muestras de aguas procedentes de descargas, basado en NCh411/10:2005 y NCh411/3:2014	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 36643 por actualización del método propio rev.06.
70676	AA 791	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	NCh411/10.Of2005. Parte 10. Muestreo de aguas residuales - Recolección y manejo de las muestras. .2005. INN.			No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70677	AA 791	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	NCh409/2:2004. Parte 2. Muestreo. .2004. INN.			No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70678	AA 791	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos sólidos			PICH-301 (Rev.2) Toma de Muestras de residuos, basado en D.S 148 MINSAL regulacion sanitaria para el manejo de residuos peligrosos	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70679	AA 791	Muestreo	Suelo	No aplica	Residuos industriales sólidos (RISES)			PICH-301 (Rev.2) Toma de Muestras de residuos, basado en D.S 148 MINSAL regulacion sanitaria para el manejo de residuos peligrosos	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70680	AA 791	Muestreo	Suelo	No aplica	Lodos			PICH-301 (Rev.2) Toma de Muestras de residuos, basado en D.S 148 MINSAL regulacion sanitaria para el manejo de residuos peligrosos	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70681	AA 791	Muestreo	Suelo	No aplica	Suelos			PICH-302 (Rev.2) Toma de muestras de la fase solida del suelo mediante tecnicas manuales o calicatas, basado en ISO 10381-2:2002 Calidad del suelo - muestreo - parte 2: guía para las técnicas de muestreo	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70682	AA 791	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PICH-303 (Rev.2) Toma de muestras de sedimentos, basado en UNE EN ISO 5667-1:2007, UNE-EN ISO 5667-13:2011, UNE-EN ISO 5667-15:2010, UNE-EN ISO 5667-19:2004 e ISO 5667-12:1997	No Aplica	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	Método propio no aplica a subárea o producto postulado.
70683	AA 791	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PICH-303 (Rev.2) Toma de muestras de sedimentos, basado en UNE EN ISO 5667-1:2007, UNE-EN ISO 5667-13:2011, UNE-EN ISO 5667-15:2010, UNE-EN ISO 5667-19:2004 e ISO 5667-12:1997	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70684	AA 791	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PICH-303 (Rev.2) Toma de muestras de sedimentos, basado en UNE EN ISO 5667-1:2007, UNE-EN ISO 5667-13:2011, UNE-EN ISO 5667-15:2010, UNE-EN ISO 5667-19:2004 e ISO 5667-12:1997	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70685	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PICH-202 (Rev.2) Determinacion in situ de pH, basado en NCh411/10:2005, APHA-AWWA-WPCF Ed.23 y NCh2313/1:1995	pH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 8670 por actualización del método propio rev.02.
70686	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial			PICH-202 (Rev.2) Determinacion in situ de pH, basado en NCh411/10:2005, APHA-AWWA-WPCF Ed.23 y NCh2313/1:1995	pH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 34861 por actualización del método propio rev.02.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70687	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea			PICH-202 (Rev.2) Determinacion in situ de pH, basado en NCh411/10:2005, APHA-AWWA-WPCF Ed.23 y NCh2313/1:1995	pH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 34862 por actualización del método propio rev.02.
70688	AA 791	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales			PICH-202 (Rev.2) Determinacion in situ de pH, basado en NCh411/10:2005, APHA-AWWA-WPCF Ed.23 y NCh2313/1:1995	pH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 8672 por actualización del método propio rev.02.
70689	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			PICH-202 (Rev.2) Determinacion in situ de pH, basado en NCh411/10:2005, APHA-AWWA-WPCF Ed.23 y NCh2313/1:1995	pH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70690	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			PICH-204 (Rev.3) Determinacion in situ de la temperatura en aguas, basado en L´analyse de léau eaux naturelles, eaux résiduaires, eau de mer. Chimie, Physo-chimie, bactériologie, biologie. J. Rodier 1978, p.62-63	Temperatura	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70691	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PICH-204 (Rev.3) Determinacion in situ de la temperatura en aguas, basado en L´analyse de léau eaux naturelles, eaux résiduaires, eau de mer. Chimie, Physo-chimie, bactériologie, biologie. J. Rodier 1978, p.62-63	Temperatura	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 8673 por actualización del método propio rev.03.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70692	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea			PICH-204 (Rev.3) Determinacion in situ de la temperatura en aguas, basado en L´analyse de léau eaux naturelles, eaux résiduaires, eau de mer. Chimie, Physo-chimie, bactériologie, biologie. J. Rodier 1978, p.62-63	Temperatura	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 34885 por actualización del método propio rev.03.
70693	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial			PICH-204 (Rev.3) Determinacion in situ de la temperatura en aguas, basado en L´analyse de léau eaux naturelles, eaux résiduaires, eau de mer. Chimie, Physo-chimie, bactériologie, biologie. J. Rodier 1978, p.62-63	Temperatura	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 34884 por actualización del método propio rev.03.
70694	AA 791	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales			PICH-204 (Rev.3) Determinacion in situ de la temperatura en aguas, basado en L´analyse de léau eaux naturelles, eaux résiduaires, eau de mer. Chimie, Physo-chimie, bactériologie, biologie. J. Rodier 1978, p.62-63	Temperatura	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 8675 por actualización del método propio rev.03.
70695	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			PICH-203 (Rev.2) Determinacion in situ de la conductividad en aguas, basado en UNE-EN 27888:1994 y APHA-AWWA-WPCF Ed.23	Conductividad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

70696	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PICH-203 (Rev.2) Determinacion in situ de la conductividad en aguas, basado en UNE-EN 27888:1994 y APHA-AWWA-WPCF Ed.23	Conductividad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 8661 por actualización del método propio rev.02.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70697	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea			PICH-203 (Rev.2) Determinacion in situ de la conductividad en aguas, basado en UNE-EN 27888:1994 y APHA-AWWA-WPCF Ed.23	Conductividad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 34810 por actualización del método propio rev.02.
70698	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial			PICH-203 (Rev.2) Determinacion in situ de la conductividad en aguas, basado en UNE-EN 27888:1994 y APHA-AWWA-WPCF Ed.23	Conductividad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 34809 por actualización del método propio rev.02.
70699	AA 791	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales			PICH-203 (Rev.2) Determinacion in situ de la conductividad en aguas, basado en UNE-EN 27888:1994 y APHA-AWWA-WPCF Ed.23	Conductividad	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 8663 por actualización del método propio rev.02.
70700	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			PICH-205 (Rev.2) Determinacion in situ del oxigeno disuelto, basado en UNE-EN 25814:1994	Oxígeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70701	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea			PICH-205 (Rev.2) Determinacion in situ del oxigeno disuelto, basado en UNE-EN 25814:1994	Oxígeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 34852 por actualización del método propio rev.02.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70702	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial			PICH-205 (Rev.2) Determinacion in situ del oxigeno disuelto, basado en UNE-EN 25814:1994	Oxígeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 34851 por actualización del método propio rev.02.
70703	AA 791	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales			PICH-205 (Rev.2) Determinacion in situ del oxigeno disuelto, basado en UNE-EN 25814:1994	Oxígeno disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 8669 por actualización del método propio rev.02.
70704	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			PICH-206 (Rev.2) Determinacion de cloro residual libre, total y combinado in situ, basado en NCh411/10:2005, y Standard Methods for the examination of water and wastewater Ed. 23	Cloro libre residual (Cloro libre)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70705	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua de mar			PICH-206 (Rev.2) Determinacion de cloro residual libre, total y combinado in situ, basado en NCh411/10:2005, y Standard Methods for the examination of water and wastewater Ed. 23	Cloro Total (Cloro residual)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
70706	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PICH-206 (Rev.2) Determinacion de cloro residual libre, total y combinado in situ, basado en NCh411/10:2005, y Standard Methods for the examination of water and wastewater Ed. 23	Cloro libre residual (Cloro libre)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 8654 por actualización del método propio rev.02.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70707	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PICH-206 (Rev.2) Determinacion de cloro residual libre, total y combinado in situ, basado en NCh411/10:2005, y Standard Methods for the examination of water and wastewater Ed. 23	Cloro Total (Cloro residual)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 8657 por actualización del método propio rev.02.
70708	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea			PICH-206 (Rev.2) Determinacion de cloro residual libre, total y combinado in situ, basado en NCh411/10:2005, y Standard Methods for the examination of water and wastewater Ed. 23	Cloro libre residual (Cloro libre)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 34778 por actualización del método propio rev.02.
70709	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua subterránea			PICH-206 (Rev.2) Determinacion de cloro residual libre, total y combinado in situ, basado en NCh411/10:2005, y Standard Methods for the examination of water and wastewater Ed. 23	Cloro Total (Cloro residual)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 34779 por actualización del método propio rev.02.
70710	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial			PICH-206 (Rev.2) Determinacion de cloro residual libre, total y combinado in situ, basado en NCh411/10:2005, y Standard Methods for the examination of water and wastewater Ed. 23	Cloro libre residual (Cloro libre)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 34776 por actualización del método propio rev.02.

70711	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua superficial			PICH-206 (Rev.2) Determinacion de cloro residual libre, total y combinado in situ, basado en NCh411/10:2005, y Standard Methods for the examination of water and wastewater Ed. 23	Cloro Total (Cloro residual)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 34777 por actualización del método propio rev.02.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
70712	AA 791	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales			PICH-206 (Rev.2) Determinacion de cloro residual libre, total y combinado in situ, basado en NCh411/10:2005, y Standard Methods for the examination of water and wastewater Ed. 23	Cloro libre residual (Cloro libre)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 8658 por actualización del método propio rev.02.
70713	AA 791	Medición	Agua	Emisión	Aguas residuales			PICH-206 (Rev.2) Determinacion de cloro residual libre, total y combinado in situ, basado en NCh411/10:2005, y Standard Methods for the examination of water and wastewater Ed. 23	Cloro Total (Cloro residual)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 8659 por actualización del método propio rev.02.
70714	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PICH-213 (Rev.2) Determinacion de olor en terreno, basado en NCh409/1:2005, NCh410:1996 y Standard Method for examination of water and wastewater	Olor	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 36421 por la incorporación de la rev.02 del método propio.
70715	AA 791	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PICH-214 (Rev.2) Determinacion de sabor en terreno, basado en NCh409/1:2005, NCh410:1996 y Standard Methods for the examination of water. APHA.AWWA. Ed. 23 Parte 2170	Sabor	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	Reemplaza al alcance 36422 por la incorporación de la rev.02 del método propio.

70716	LE 667	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-265 (Rev.12), Basado en Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, Ed. 22. 6410-B, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW – 846 on – line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extraction. LC-MS/MS	2,4 - D (Ácido 2,4 diclorofenoxiacético)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA ETFA AGQ CHILE S.A., EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N°906, DE 2020.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1340

Santiago, 4 de agosto de 2020

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N°31, de 8 de octubre de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra Superintendente del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°1076, de 26 de junio de 2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fija la Organización Interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°126, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°127, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece directrices generales para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales y en la Resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante resolución exenta N°1, de fecha 2 de enero de 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, la superintendencia o servicio) renovó –a partir del 4 de enero de ese año- la autorización de **AGQ Chile S.A.** (en adelante e indistintamente, ETFA o recurrente) para actuar como entidad técnica de fiscalización ambiental respecto de su sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, en los alcances indicados en el informe final de evaluación que forma parte de ese acto administrativo.

2. Que, a través de la resolución exenta N°678, de 16 de mayo de 2019, la superintendencia autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

3. Que, por resolución exenta N°1531, de 15 de noviembre de 2019, se acogió parcialmente un recurso de reposición, incoado por la ETFA, en contra

de los alcances denegados por la resolución exenta N°678, de 2019, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

4. Que, en el resuelvo primero de la resolución exenta N°689, de 30 de abril de 2020, la superintendencia revocó parcialmente las resoluciones exentas N°1 y N°678, ambas de 2019, eliminando los alcances referidos a "determinaciones matemáticas o determinaciones aritméticas (cálculo)", que allí se indican.

5. Que, por resolución exenta N°906, de 29 de mayo de 2020 - notificada el día 8 de junio de ese año, por correo electrónico- esta superintendencia autorizó una ampliación de alcances a la ETFA, respecto de su sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, de acuerdo al "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", que formó parte de ese acto administrativo.

En punto cuarto resolutivo de la resolución exenta N°906, de 2020, la superintendencia denegó la autorización de los alcances rechazados en el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental".

6. Que, encontrándose dentro de plazo, el 15 de junio de2020, doña Pamela Muñoz Soto, en representación de AGQ Chile S.A., interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución exenta N°906, de 2020, en lo referido a la decisión de denegar de los alcances rechazados en el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", exponiendo de manera agrupada por alcances sus alegaciones, las que pueden resumirse en que -a su juicio- los alcances denegados en el acto recurrido se encontraban contenidos en los distintos certificados de acreditación que indica. Acompaña a su presentación certificado acreditación LE-667 y certificado acreditación LE-739, ambos emitidos por el Instituto Nacional de Normalización y el certificado acreditación TL-513, extendido por el International Accreditation Service.

7. Que, como cuestión previa, es dable hacer presente que el artículo 22 de la Ley N° 19.880, faculta a los interesados para actuar por medio de apoderados, quienes deberán contar al efecto con un poder otorgado por escritura pública o documento privado suscrito ante notario, formalidad que, en la especie, no ha acreditado la recurrente; sin perjuicio de lo cual, este superintendente igualmente se pronunciará sobre la materia planteada.

8. Que, mediante el memorando N°33285, de 10 de julio de 2020, el Departamento de Análisis Ambiental adjuntó el informe denominado "REP-ETFA 0004-01 Informe Recurso de Reposición", de 9 de julio de este año, en el que da cuenta de una nueva evaluación de los alcances reclamados, los cuales fueron cotejados con los certificados de acreditación vigentes "LE-667 Anexo", "LE-739 Modificación 2" y "TL-513", documentos que fueron corroborados en la página web de los organismos acreditadores (IAS e INN), y descargados el 17-06-2020. Adicionalmente indica que se efectuó una revisión de los métodos propios aplicables a los alcances reclamados, concluyendo lo que sigue:

Código Alcance	Actividad	Comp. ambiental	Subárea o producto	Motivo del rechazo	DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
65236	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	Aprobado
65237	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	Aprobado
65238	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	Aprobado
65240	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	Aprobado
65244	Análisis	Agua	Agua subterránea	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65245	Análisis	Agua	Agua subterránea	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65246	Análisis	Agua	Agua subterránea	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65247	Análisis	Agua	Agua subterránea	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado

Código Alcance	Actividad	Comp. ambiental	Subárea o producto	Motivo del rechazo	DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
65248	Análisis	Agua	Agua superficial	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65249	Análisis	Agua	Agua superficial	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65250	Análisis	Agua	Agua superficial	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65251	Análisis	Agua	Agua superficial	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65253	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	Aprobado
65254	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	Aprobado
65255	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	Aprobado
65256	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	Aprobado
65257	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	Alcance no está	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el	Aprobado

Código Alcance	Actividad	Comp. ambiental	Subárea o producto	Motivo del rechazo	DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
				contenido en acreditación	las páginas 13 y 14 del certificado.	certificado de acreditación vigente TL-513.	
65259	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	Aprobado
65260	Análisis	Agua	Agua subterránea	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65261	Análisis	Agua	Agua subterránea	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65262	Análisis	Agua	Agua subterránea	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65263	Análisis	Agua	Agua subterránea	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65264	Análisis	Agua	Agua subterránea	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65265	Análisis	Agua	Agua subterránea	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado

Código Alcance	Actividad	Comp. ambiental	Subárea o producto	Motivo del rechazo	DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
65266	Análisis	Agua	Agua subterránea	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65267	Análisis	Agua	Agua subterránea	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65269	Análisis	Agua	Agua superficial	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65271	Análisis	Agua	Agua superficial	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65272	Análisis	Agua	Agua superficial	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65273	Análisis	Agua	Agua superficial	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado
65275	Análisis	Agua	Agua superficial	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	Rechazado

Código Alcance	Actividad	Comp. ambiental	Subárea o producto	Motivo del rechazo	DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
65814	Muestreo	Agua	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Subárea o producto no se encuentra acreditada.	La subárea postulada se encuentra en el certificado de acreditación TL-513 para el método PICH 303 (Rev.3) en página 16 del certificado.	En el Certificado de acreditación vigente TL-513, no evidencia la subárea o producto específico postulado de "Sedimentos Acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos").	Rechazado
65815	Muestreo	Agua	Sedimentos lacustres	Subárea o producto no se encuentra acreditada.	La subárea postulada se encuentra en el certificado de acreditación TL-513 para el método PICH 303 (Rev.3) en página 16 del certificado.	En el Certificado de acreditación vigente TL-513, no evidencia la subárea o producto específico postulado de "Sedimentos lacustres"	Rechazado
65816	Muestreo	Agua	Sedimentos marinos	Subárea o producto no se encuentra acreditada.	La subárea postulada se encuentra en el certificado de acreditación TL-513 para el método PICH 303 (Rev.3) en página 16 del certificado.	En el Certificado de acreditación vigente TL-513, no evidencia la subárea o producto específico postulado de "Sedimentos Marinos"	Rechazado
64870	Análisis	Agua	Aguas residuales	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación LE-667 página 14 (del certificado) en la subárea "Físico-química y muestreo para agua de bebida, aguas crudas y aguas residuales".	Se constata en certificado de acreditación vigente "LE-667 Anexo", no se encuentra contenido el alcance postulado, según convenio INN-SMA".	Rechazado
65627	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	Alcance no está contenido en acreditación	El alcance está contenido en el certificado de acreditación LE-739, página 2 (del certificado) en la subárea "Microbiología y muestreo para agua de bebida, aguas crudas, y aguas residuales".	En el Certificado de acreditación vigente LE-739 no se encuentra contenido el alcance postulado, según convenio INN-SMA".	Rechazado

9. Que, en el informe "REP-ETFA 004-01 Informe Recurso de Reposición", el Departamento de Análisis Ambiental, recomendó acoger parcialmente la solicitud realizada por la recurrente, debido a que, una vez analizada nuevamente la documentación disponible, fue posible evidenciar que la ETFA presenta los antecedentes necesarios que permiten la aprobación de los alcances originalmente rechazados, según consta en el mencionado informe, en concordancia con los requisitos establecidos en la resolución exenta N° 126, de 2019.

10. Que, en atención a las argumentaciones y disposiciones legales citadas, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN:

PRIMERO: **ACÓGESE PARCIALMENTE** el recurso de reposición interpuesto por **AGQ Chile S.A.**, en contra de la resolución exenta N°906, de 29 de mayo de 2020, en consideración a los argumentos expuestos en el informe denominado "REP-ETFA 004-01 Informe Recurso de Reposición", que forma parte integrante de esta resolución.

SEGUNDO: **MODIFÍCASE** la resolución exenta N°906, de 2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el sentido de autorizar los siguientes alcances a la sucursal AGQ Chile S.A, de la ETFA AGQ Chile S.A y que se hallan contenidos en el informe denominado "REP-ETFA 011-01 Informe Recurso de Reposición":

Código Alcance	Actividad	Comp. ambiental	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro
65236	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio total
65237	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio total
65238	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio total
65240	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio total
65253	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio disuelto
65254	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Fósforo disuelto
65255	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio disuelto
65256	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y	Telurio disuelto

Código Alcance	Actividad	Comp. ambiental	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro
					Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	
65257	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio disuelto
65259	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio disuelto

TERCERO: **DÉJASE CONSTANCIA** que, para todos los efectos legales, los alcances aquí autorizados comenzarán a regir desde la total tramitación de este acto administrativo y su duración será coincidente con la vigencia señalada en la resolución exenta N°1, de 2019, según lo indicado en el punto 5.5 de la resolución exenta N°126.

CUARTO: **PUBLÍQUENSE** en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, la presente resolución, el estado y vigencia de los alcances y los demás antecedentes que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.

QUINTO: **NOTIFÍQUESE** a la ETFA la presente resolución, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 de la ley N°19.880.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

CRISTÓBAL DE LA MAZA GUZMÁN
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
SUPERINTENDENTE
GOBIERNO DE CHILE

PTB/MVS

ADJ.: REP-ETFA 004-01 Informe Recurso de Reposición, de 9 de julio de 2020.

Notificación por correo electrónico:
- jlganivet@agq.cl
- mmartin@agq.cl
- pamela.munoz@agqlabs.com

Distribución:
- Gabinete
- Fiscalía

- División de Fiscalización
- División de Sanción y Cumplimiento
- Oficinas Regionales
- Departamento de Análisis Ambiental
- registroentidades@sma.gob.cl
- Oficina de Partes y Archivo

Exp. 16351/2020

REP-ETFA 004-01

Santiago, 09 julio 2020

INFORME RECURSO DE REPOSICIÓN

La Superintendencia del Medio Ambiente, a través del Departamento de Análisis Ambiental, ha realizado la evaluación del recurso de reposición interpuesto por la ETFA AGQ CHILE S.A., Sucursal AGQ CHILE S.A. código 004-01, sobre la Resolución Exenta N°906/20 que autoriza la ampliación de alcances como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

A través del presente informe, se realiza la evaluación de aquellos alcances que fueron revocados y reclamados por la sucursal.

1. TIPO DE SOLICITUD

●	Recurso de Reposición	Fecha Notificación Resolución ETFA	08-06-2020
		Fecha Ingreso Of. De Partes carta de reposición.	15-06-2020
		Expediente N°	14060/20

2. DATOS DEL SOLICITANTE

CÓDIGO ETFA	004-01	**N° SOLICITUD**	Nº 23845
NOMBRE ETFA	AGQ CHILE S.A.		

Documentación Adjunta:

- Documento Carta de Recurso de Reposición
- Contenidos:
  - Certificado acreditación LE-667
  - Certificado acreditación TL-513
  - Certificado acreditación LE-739

3. DETALLE RECURSO DE REPOSICIÓN SOLICITADO

ETFA Solicita sean evaluados los siguientes alcances rechazados indicados en la siguiente tabla.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo del rechazo	DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
65236	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio total	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	APROBADO
65237	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio total	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	APROBADO
65238	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio total	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	APROBADO
65240	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio total	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	APROBADO

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo del rechazo	DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
65244	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio total	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65245	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio total	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65246	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio total	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65247	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio total	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo del rechazo	DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
65248	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio total	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65249	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio total	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65250	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio total	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65251	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio total	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65253	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales,	Escandio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN	El alcance está contenido en el certificado de	Se constata que el alcance se encuentra contenido en	APROBADO

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo del rechazo	DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
					Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8			ACREDITACIÓN	acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	el certificado de acreditación vigente TL-513.	
65254	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Fósforo disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	APROBADO
65255	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	APROBADO
65256	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Telurio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	APROBADO
65257	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	APROBADO

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Estado**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
65259	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación vigente TL-513.	APROBADO
65260	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Bismuto disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65261	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65262	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Fósforo disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Estado**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
65263	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65264	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Telurio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65265	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65266	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Uranio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Estado**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
65267	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65269	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65271	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65272	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Telurio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Estado**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
65273	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65275	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.22) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Woframio disuelto	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación TL-513 en las páginas 13 y 14 del certificado.	Se constata que el alcance se encuentra contenido en el certificado de acreditación TL-513. Sin embargo, el método propio PE-303 Rev.22, no aplica a la subárea postulada.	RECHAZADO
65814	Muestreo	Agua	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	PICH-303 Muestreo de Sedimentos y Lodos basado en ISO 5667- 12:2004	No aplica	RECHAZADO	SUBÁREA O PRODUCTO NO SE ENCUENTRA ACREDITADA.	La subárea postulada se encuentra en el certificado de acreditación TL-513 para el método PICH 303 (Rev.3) en página 16 del certificado.	En el Certificado de acreditación vigente TL-513, no evidencia la subárea o producto específico postulado de "Sedimentos Acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos").	RECHAZADO
65815	Muestreo	Agua	Sedimentos lacustres	-	PICH-303 Muestreo de Sedimentos y Lodos basado en ISO 5667- 12:2004	No aplica	RECHAZADO	Subárea o producto no se encuentra acreditada.	La subárea postulada se encuentra en el certificado de acreditación TL-513 para el método PICH 303 (Rev.3) en página 16 del certificado.	En el Certificado de acreditación vigente TL-513, no evidencia la subárea o producto específico postulado de "Sedimentos lacustres"	RECHAZADO
65816	Muestreo	Agua	Sedimentos marinos	-	PICH-303 Muestreo de Sedimentos y Lodos basado en ISO 5667- 12:2004	No aplica	RECHAZADO	Subárea o producto no se encuentra acreditada.	La subárea postulada se encuentra en el certificado de acreditación TL-513 para el método PICH 303	En el Certificado de acreditación vigente TL-513, no evidencia la subárea o producto	RECHAZADO

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Estado**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
									(Rev.3) en página 16 del certificado.	específico postulado de "Sedimentos Marinos"	
64870	Análisis	Agua	Aguas residuales	4500-F-. C. Ion-Selective Electrode Method. F^- Fluoride. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF .	-	Fluoruro	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación LE-667 página 14 (del certificado) en la subárea "Físico-química y muestreo para agua de bebida, aguas crudas y aguas residuales".	Se constata en certificado de acreditación vigente "LE-667 Anexo", no se encuentra contenido el alcance postulado, según convenio INN-SMA".	RECHAZADO
65627	Análisis	Agua	Agua potable/ bebida	9221. E. Fecal Coliform Procedure. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF	-	Coliformes Fecales	RECHAZADO	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	El alcance está contenido en el certificado de acreditación LE-739, página 2 (del certificado) en la subárea "Microbiología y muestreo para agua de bebida, aguas crudas, y aguas residuales".	En el Certificado de acreditación vigente LE-739 no se encuentra contenido el alcance postulado, según convenio INN-SMA".	RECHAZADO

3.1 OTRAS OBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES DE ETFA

Observaciones y/o Solicitudes de sucursal	Evaluación de la solicitud	Conclusión
----------	----------	----------

4 CONCLUSIÓN FINAL DE EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN ETFA

La evaluación técnica realizada para la Solicitud N°23845, de ampliación de alcance de la ETFA 004-01, se basó tanto en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución Exenta N°126/2019, como en la revisión de la evidencia aportada por la ETFA solicitante, quien presentó los certificados de acreditación vigentes "LE-667 Anexo", "LE-739 Modificación 1" y "TL-513", documentos que fueron corroborados en la página web de los organismos acreditadores (INN e IAS), y descargados el 07-04-2020 (LE-667 y LE-739) y el 08-04-2020 (TL-513); además, de los métodos propios requeridos para la actividad.

Analizado el recurso de reposición solicitado por la ETFA 004-01, y habiendo realizado una nueva evaluación de los alcances reclamados, los cuales fueron cotejados con los certificados de acreditación vigentes "LE-667 Anexo", "LE-739 Modificación 2" y "TL-513", documentos que fueron corroborados en la página web de los organismos acreditadores (IAS e INN), y descargados el 17-06-2020, y considerando además, la revisión de los métodos propios aplicables a los alcances reclamados, se recomienda acoger parcialmente el recurso de reposición presentado por la ETFA 004-01, para aquellos alcances aprobados identificados en la tabla N°3 del presente informe.

RODRIGO ROMERO MALDONADO
JEFE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS AMBIENTAL

MVG/JHL/MPP

AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE LOS ALCANCES QUE INDICA A LA ETFA AGQ CHILE S.A., RESPECTO DE SU SUCURSAL AGQ CHILE S.A.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 377

Santiago, 23 de febrero de 2021

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N°31, de 8 de octubre de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra Superintendente del Medio Ambiente; en la Res. Ex. RA 119123-129-2019, que nombra Fiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°287, de 2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que establece orden de subrogación para el cargo de Fiscal; en la Res. Ex. N°2563, de 30 de diciembre de 2020, que establece orden de subrogación para el cargo de Jefe/a del Departamento Jurídico de la Superintendencia de Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°2516, de 21 de diciembre de 2020, que Fija organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°2393, de 1 de diciembre de 2020, que modifica Resolución Exenta N°1623, de 2018 que establece organización interna funcional de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente y crea Sección de Conformidad Ambiental; en la Resolución Exenta N°126, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°127, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece directrices generales para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales y en la Resolución Nº7, de 2019, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante resolución exenta N°1, de fecha 2 de enero de 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, la superintendencia o servicio) renovó –a partir del 4 de enero de ese año- la autorización de **AGQ Chile S.A.** (en adelante e indistintamente, ETFA) para actuar como entidad técnica de fiscalización ambiental respecto de su sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, en los alcances indicados en el informe final de evaluación que forma parte de ese acto administrativo.

2. Que, a través de la resolución exenta N°678, de 16 de mayo de 2019, la superintendencia autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

3. Que, por resolución exenta N°1531, de 15 de noviembre de 2019, se acogió parcialmente un recurso de reposición, incoado por la ETFA, en contra de los alcances denegados por la resolución exenta N°678, de 2019, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

4. Que, en el resuelvo primero de la resolución exenta N°689, de 30 de abril de 2020, la superintendencia revocó parcialmente las resoluciones exentas N°1 y N°678, ambas de 2019, eliminando los alcances referidos a "determinaciones matemáticas o determinaciones aritméticas (cálculo)", que allí se indican.

5. Que, a través de la resolución exenta N°906, de 29 de mayo de 2020, la superintendencia autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

6. Que, por resolución exenta N°1340, de 4 de agosto de 2020, se acogió parcialmente un recurso de reposición, incoado por la ETFA, en contra de los alcances denegados por la resolución exenta N°906, de 2020, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

7. Que, por resolución exenta N°126, de 2019, publicada en el Diario Oficial, el 31 de enero de 2019, se dictó la instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales, incluyendo aquellos necesarios para la ampliación de alcances de las ETFA.

8. Que, con fecha 8 de octubre, a través de la solicitud 24409, AGQ Chile S.A. pidió una ampliación de alcances para su sucursal AGQ Chile S.A.

9. Que, mediante memorando N°48140, de 2020, el jefe del Departamento de Análisis Ambiental solicitó a la Fiscalía la elaboración de un informe de evaluación de cumplimiento legal de los antecedentes presentados por la ETFA, el cual fue emitido con fecha 26 de noviembre de ese año, mediante el memorando N°56502, indicándose que esta última había cumplido con lo dispuesto en el artículo 3° del reglamento ETFA, así como con lo previsto en el punto 5.8.ii de la resolución exenta N°126, de 2019.

10. Que, a través del memorando N°59470, de 17 de diciembre de 2020, el jefe del Departamento de Análisis Ambiental envió el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", emitido el 16 de ese mes y año, respecto de la ampliación de alcances solicitada, señalando aquellos que fueron aprobados y rechazados, recomendando proceder a la autorización de los primeros.

11. Que, los fundamentos para autorizar la ampliación de los alcances solicitada se encuentran en el "Informe final de evaluación entidades

técnicas de fiscalización ambiental", el cual será notificado en conjunto con la presente resolución y posteriormente publicado, junto con ésta, en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, por lo que dicto la siguiente

RESOLUCIÓN:

1º. AUTORÍZASE LA AMPLIACIÓN DE ALCANCES a la entidad técnica de fiscalización ambiental **AGQ Chile S.A.**, de acuerdo a lo manifestado en el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", para la siguiente sucursal, conforme lo previsto en el reglamento ETFA y en la resolución exenta N°126, de 2019:

N° DE SOLICITUD	24409	**RUT**	96.964.370-7
NOMBRE SUCURSAL	AGQ Chile S.A.		
DIRECCIÓN SUCURSAL	Los Industriales N°697, comuna de Huechuraba, región Metropolitana de Santiago		

2º. PREVIÉNESE que la presente autorización de ampliación se otorga solo para cada alcance identificado y aprobado en el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental" de la sucursal indicada en el punto primero resolutivo de la presente resolución, el que forma parte integrante de ésta.

3º. DÉJASE CONSTANCIA que, para todos los efectos legales, los alcances aquí autorizados comenzarán a regir desde la total tramitación de este acto administrativo y su duración será coincidente con la vigencia señalada en la resolución exenta N°1, de 2019, según lo mandatado en el punto 5.5 de la resolución exenta N°126, de 2019.

4º. DENIÉGASE la autorización de los alcances solicitados por la ETFA para la sucursal AGQ Chile S.A., respecto de todos aquellos que fueron rechazados en el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", que se adjunta a la presente resolución.

5º. ADVIÉRTESE que la interesada tendrá un plazo de cinco días hábiles para interponer recurso de reposición, ante la autoridad que suscribe, de acuerdo lo prescrito en el artículo 59 de la ley N° 19.880, en relación a la decisión de denegar la ampliación de los alcances que fueron individualizados en el "Informe final de evaluación de los antecedentes".

6º. PUBLÍQUESE Y ACTUALÍCESE en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, la presente resolución, los alcances específicos que fueron ampliados y los demás antecedentes que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento ETFA.

7º. **NOTIFÍQUESE** por correo electrónico a la interesada esta resolución junto con el respectivo informe final de evaluación, conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la ley N°19.880.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
SUPERINTENDENTE
GOBIERNO DE CHILE

EMANUEL IBARRA SOTO
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE (S)

BMA/MVS

ADJ.: "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", de 16 de diciembre de 2020

Notifíquese por correo electrónico:
- jesus.martinez@agqlabs.com
- pamela.munoz@agqlabs.com

Distribución:
- Gabinete
- División de Fiscalización y Conformidad Ambiental
- Sección de Conformidad Ambiental
- Departamento Jurídico
- registroentidades@sma.gob.cl
- Oficinas regionales
- Oficina de Partes y Archivos

Exp. N°31102/20

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ENTIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente - D.S. N°38/2013 del MMA.

Santiago 16-12-2020

El presente Informe corresponde a la siguiente solicitud ETFA:

N° de Solicitud:	24409	Rut	96964370-7
Razón social:	AGQ CHILE SA		
Nombre Sucursal:	AGQ CHILE SA		
Dirección Sucursal:	INDUSTRIALES 697, departamento 1. Huechuraba.		

1. RESULTADOS DE EVALUACION TÉCNICA.

La siguiente tabla presenta los resultados de la evaluación técnica, realizada para cada uno de los alcances solicitados en base a las autorizaciones y/o acreditaciones enviadas por la sucursal.

TABLA DE EVALUACIÓN

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78647	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Antimonio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78648	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Antimonio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78651	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Boro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

78652	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Boro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78653	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78654	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78657	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78658	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	

78659	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Plata disuelta	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78660	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Plata total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78661	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Telurio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78663	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78664	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

78667	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78668	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78672	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Antimonio disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78673	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Antimonio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78674	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Bismuto disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	

78675	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Bismuto total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78676	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Boro disuelto	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78677	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Boro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78678	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78679	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	

78680	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Fósforo disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78682	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78683	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78684	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Plata disuelta	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78685	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Plata total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

78686	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Telurio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78688	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78689	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78690	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Uranio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78691	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Uranio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

78692	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78693	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78746	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Telurio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78749	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-325 (Rev.16) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Telurio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78751	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-325 (Rev.16) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Telurio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78752	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-325 (Rev.16) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Antimonio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78753	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-325 (Rev.16) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Telurio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78754	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-325 (Rev.16) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Antimonio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78755	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-325 (Rev.16) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Telurio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
78756	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-325 (Rev.16) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Antimonio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78757	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-325 (Rev.16) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Telurio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78758	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-951 (Rev.10) Metales en sueos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Sodio total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78759	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato	Rechazado	OTRO	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.
78760	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	Rechazado	OTRO	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.
78761	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato	Rechazado	OTRO	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.
78762	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	Rechazado	OTRO	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78763	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato	Rechazado	OTRO	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.
78764	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	Rechazado	OTRO	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.
78765	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato	Rechazado	OTRO	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.
78766	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	Rechazado	OTRO	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.

78767	TL 513	Muestreo	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PICH-303 (Rev.3) Toma de muestras de sedimentos, basado en UNE EN ISO 5667-1:2007, UNE-EN ISO 5667-13:2011, UNE-EN ISO 5667-15:2010, UNE-EN ISO 5667-19:2004 e ISO 5667-12:1997	No Aplica	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78768	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	-BHC	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78769	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PC-241 Rev. 14, Determinación de VOC en Aguas. Basado en EPA 5021 A, Junio 2003	o-xileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78770	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PC-241 Rev. 14, Determinación de VOC en Aguas. Basado en EPA 5021 A, Junio 2003	p-Isopropiltoluen o	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78771	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-241 Rev. 14, Determinación de VOC en Aguas. Basado en EPA 5021 A, Junio 2003	o-xileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78772	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-241 Rev. 14, Determinación de VOC en Aguas. Basado en EPA 5021 A, Junio 2003	p-Isopropiltoluen o	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78773	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-241 Rev. 14, Determinación de VOC en Aguas. Basado en EPA 5021 A, Junio 2003	o-xileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78774	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-241 Rev. 14, Determinación de VOC en Aguas. Basado en EPA 5021 A, Junio 2003	p-Isopropiltoluen o	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78775	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-241 Rev. 14, Determinación de VOC en Aguas. Basado en EPA 5021 A, Junio 2003	o-xileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78776	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-241 Rev. 14, Determinación de VOC en Aguas. Basado en EPA 5021 A, Junio 2003	p-Isopropiltoluen o	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78777	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-241 Rev. 14, Determinación de VOC en Aguas. Basado en EPA 5021 A, Junio 2003	o-xileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78778	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-241 Rev. 14, Determinación de VOC en Aguas. Basado en EPA 5021 A, Junio 2003	p-Isopropiltoluen o	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78779	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Beta-HCH	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78780	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Acenafteno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78781	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Alacloro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78782	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Aldrín	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78783	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Ametrina	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78784	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Antraceno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78785	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Atrazina	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78786	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Azinfos Metil	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78787	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	benalaxil	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78788	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo (e) pireno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78789	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(a)antraceno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78790	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(a)pireno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78791	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(g,h,i)perileno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78792	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(k)fluoranteno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78793	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Captan	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78794	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Cipermetrina	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78795	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Ciproconazol	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78796	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Cis-clordano (-Clordano)	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78797	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clodinafop Propargil	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78798	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clordecona	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78799	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorfenvinfos	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78800	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorotalonil	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78801	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorpirifos etil (clorpirifos)	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78802	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Criseno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78803	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dacthal (Clortal-Dimetil)	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78804	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Delta-HCH	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78805	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Diazinon	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78806	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dibenzo(a,h)antraceno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78807	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dieldrín	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78808	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Diflufenican	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78809	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dimetoato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78810	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endosulfan I	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78811	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endosulfan II	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78812	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endosulfan sulfato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78813	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endrin	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78814	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endrin aldehido	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78815	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endrin Cetona	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78816	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Epóxido De Heptacloro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78817	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Etión	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78818	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Etoprofos	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78819	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Fenamifos	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78820	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Fenantreno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78821	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Fluoranteno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78822	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Fluoreno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78823	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Flusilazol	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78824	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Folpet	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78825	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Heptacloro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78826	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Hexaclorobenceno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78827	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Indeno(1,2,3-c,d)pireno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78828	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Isodrin	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78829	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Lindano	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78830	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Malation	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78831	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metalaxil	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78832	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metidation	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78833	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metil Paratión	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78834	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metolacloro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78835	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metoxicloro	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78836	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	metribuzina	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78837	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Miclobutanilo	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78838	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Mirex	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78839	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Molinato	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78840	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Naftaleno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78841	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	o,p- DDT	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78842	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	oxifluorfeno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78843	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	p,p'- DDD	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78844	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	p,p'- DDE	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78845	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Paration Etil (Paratión)	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78846	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 101	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78847	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 138	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78848	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 153	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78849	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 52	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78850	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N°118	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78851	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N°180	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78852	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N°28	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78853	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pendimetalina	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78854	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pentacloroben ceno	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78855	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Piridaben	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78856	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pirimetanil	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78857	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	pp- DDT	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78858	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Prometrina	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78859	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Propazina	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78860	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Propizamida	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78861	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Simazina	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78862	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Simetrina	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78863	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Terbutilazina	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78864	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Terbutrina	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78865	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Tetradifon	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78866	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Triclorfon	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

78867	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Trietazina	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78868	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Trifluralina	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78869	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Vinclozolina	Rechazado	EL MÉTODO SELECCIONADO NO APLICA A LA SUBÁREA POSTULADA.	
78870	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PC-241 Rev. 14, Determinación de VOC en Aguas. Basado en EPA 5021 A, Junio 2003	m,p-Xileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78871	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-241 Rev. 14, Determinación de VOC en Aguas. Basado en EPA 5021 A, Junio 2003	m,p-Xileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78872	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-241 Rev. 14, Determinación de VOC en Aguas. Basado en EPA 5021 A, Junio 2003	m,p-Xileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78873	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-241 Rev. 14, Determinación de VOC en Aguas. Basado en EPA 5021 A, Junio 2003	m,p-Xileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78874	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-241 Rev. 14, Determinación de VOC en Aguas. Basado en EPA 5021 A, Junio 2003	m,p-Xileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78875	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Method 8270D.	-BHC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78876	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-394 (Rev. 1) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78877	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-394 (Rev. 1) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78878	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-394 (Rev. 1) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Compuestos fenólicos (Fenoles, ínidice de fenol)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78879	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-394 (Rev. 1) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Surfactantes aniónicos (SAAM)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78880	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-394 (Rev. 1) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78881	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-394 (Rev. 1) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78882	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-394 (Rev. 1) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Compuestos fenólicos (Fenoles, ínidice de fenol)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78883	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-394 (Rev. 1) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Surfactantes aniónicos (SAAM)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78908	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-394 (Rev. 1) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78909	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-394 (Rev. 1) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78910	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PC-394 (Rev. 1) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78911	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-394 (Rev. 1) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
78912	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-394 (Rev. 1) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78913	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-394 (Rev. 1) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
78914	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-394 (Rev. 1) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

CADUCA PARCIALMENTE ALCANCES AUTORIZADOS DE LA ETFA AGQ CHILE S.A., RESPECTO DE SU SUCURSAL AGQ CHILE S.A. Y MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N°1, DE 2019 Y LAS DEMÁS QUE CORRESPONDAN.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 731

Santiago, 30 de marzo de 2021

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N°31, de 8 de octubre de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra Superintendente del Medio Ambiente; en la Res. Ex. RA 119123-129-2019, que nombra Fiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Res. Ex. N°2563, de 30 de diciembre de 2020, que establece orden de subrogación para el cargo de Jefe/a del Departamento Jurídico de la Superintendencia de Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N˚2516, de 21 de diciembre de 2020, que Fija organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°2393, de 1 de diciembre de 2020, que modifica Resolución Exenta N°1623, de 2018 que establece organización interna funcional de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente y crea Sección de Conformidad Ambiental; en la Resolución Exenta N°126, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°127, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece directrices generales para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales y en la Resolución Nº7, de 2019, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, la letra c) del artículo 3° de la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente faculta a este servicio para contratar labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las resoluciones de calificación ambiental, planes de prevención y, o de

Documentos con Validez Legal **Ley Nº 19.799**. Certificado por **E-Sign S.A.**

descontaminación ambiental, de las normas de calidad ambiental y normas de emisión y de los planes de manejo, a terceros idóneos debidamente certificados.

2. Que, la citada letra c) del artículo 3° de la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, además, prescribió que los requisitos y procedimientos para la certificación, autorización y control de las entidades técnicas de fiscalización ambiental (en adelante e indistintamente, ETFA) serían establecidos en un reglamento, el que se encuentra contenido en el decreto supremo N°38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que "Aprueba reglamento de entidades técnicas de fiscalización ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente" (en adelante e indistintamente, reglamento ETFA).

3. Que, mediante resolución exenta N°1, de fecha 2 de enero de 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente renovó -a partir del 4 de enero de ese año- la autorización de **AGQ Chile S.A.** para actuar como entidad técnica de fiscalización ambiental respecto de su sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, en los alcances indicados en el informe final de evaluación que forma parte de ese acto administrativo.

5. Que, a través de la resolución exenta N°678, de 16 de mayo de 2019, la superintendencia autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

6. Que, por resolución exenta N°1531, de 5 de noviembre de 2019, se acogió parcialmente un recurso de reposición, incoado por la ETFA, en contra de los alcances denegados por la resolución exenta N°678, de 2019, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

7. Que, en el resuelvo primero de la resolución exenta N°689, de 30 de abril de 2020, la superintendencia revocó parcialmente las resoluciones exentas N°1 y N°678, ambas de 2019, eliminando los alcances referidos a "determinaciones matemáticas o determinaciones aritméticas (cálculo)", que allí se indican.

8. Que, a través de la resolución exenta N°906, de 29 de mayo de 2020, la superintendencia autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

9. Que, por resolución exenta N°1340, de 4 de agosto de 2020, se acogió parcialmente un recurso de reposición, incoado por la ETFA, en contra de los alcances denegados por la resolución exenta N°906, de 2020, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

10. Que, mediante carta, recepcionada el 9 de septiembre de 2020, suscrita por doña Melba Huerta Sepúlveda, en representación de la ETFA, comunicó la renuncia de los siguientes alcances del certificado de acreditación LE 739, emitido por el Instituto Nacional de Normalización, sin indicar motivo:

Documentos con Validez Legal **Ley Nº 19.799**. Certificado por **E-Sign S.A.**

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA	MÉTODO	PARÁMETRO
32840	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	9222. D. Fecal Coliform Membrane Filter Procedure. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group. 22° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	Coliformes fecales
32841	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	9222. G. MF Partition Procedures. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group. 22° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	Escherichia coli
32844	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	9222. B. Standard Total Coliform Membrane Filter Procedure. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group. 22° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	Coliformes totales

11. Que, como cuestión previa, es dable hacer presente que el artículo 22 de la Ley N° 19.880, faculta a los interesados para actuar por medio de apoderados, quienes deberán contar al efecto con un poder otorgado por escritura pública o documento privado suscrito ante notario, formalidad que, en la especie, no ha acreditado la solicitante; sin perjuicio de lo cual, este superintendente igualmente se pronunciará sobre la materia planteada.

12. Que, al respecto el artículo 11 letra d) del reglamento ETFA, se estableció que la autorización como entidad técnica de fiscalización ambiental podrá caducar en caso de la existencia de una comunicación del cese voluntario y definitivo de prestación de las actividades objeto de la misma.

13. Que, mediante memorando N°8927, de 24 de febrero de 2021, que forma parte integrante de esta, la jefa (S) de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental remitió el documento denominado "Informe de alcances renunciados por ETFA", del 23 del mismo mes y año, en el cual recomienda acceder a la petición de renuncia de los alcances allí señalados, por lo que dicto la siguiente

R E S O L U C I Ó N :

1º. CADÚCASE PARCIALMENTE la renovación de la autorización concedida por medio de la resolución exenta N°1, de 2019 y en las demás que corresponda, a la **ETFA AGQ Chile S.A.**, respecto de los alcances que se indican a continuación, correspondiente a la sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, en virtud de lo previsto en el artículo 11 letra d) del Reglamento ETFA:

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA	MÉTODO	PARÁMETRO
32840	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	9222. D. Fecal Coliform Membrane Filter Procedure. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group.	Coliformes fecales

Documentos con Validez Legal Ley Nº 19.799. Certificado por E-Sign S.A.

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA	MÉTODO	PARÁMETRO
					22° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	
32841	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	9222. G. MF Partition Procedures. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group. 22° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	Escherichia coli
32844	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	9222. B. Standard Total Coliform Membrane Filter Procedure. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group. 22° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	Coliformes totales

2º. MODIFÍCASE PARCIALMENTE la resolución exenta N°1, de 2019 y las demás que correspondan, en el sentido de eliminar los alcances caducados en el punto primero resolutivo.

3º. ELIMÍNASE del Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental los alcances consignados en el punto primero resolutivo de esta resolución, respecto de la sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, de la entidad técnica de fiscalización ambiental **AGQ Chile S.A.**

4º. NOTIFÍQUESE por correo electrónico a la interesada esta resolución, conforme lo dispuesto en el artículo 30 letra a) de la ley N°19.880.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

CRSITÓBAL DE LA MAZA GUZMÁN
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE

PTB/MVS

ADJ.: "Informe de alcances renunciados por ETFA" de 23 de febrero de 2021

Notifíquese por correo electrónico:

- jesus.martinez@agqlabs.com
- pamela.munoz@agqlabs.com

Distribución:

- Gabinete
- División de Fiscalización y Conformidad Ambiental
- Sección de Conformidad Ambiental
- Fiscal
- Departamento Jurídico
- registroentidades@sma.gob.cl

Documentos con Validez Legal **Ley Nº 19.799**. Certificado por **E-Sign S.A.**

- Oficinas regionales
- Oficina de Partes y Archivos

Exp. N°4504/21

Documentos con Validez Legal **Ley Nº 19.799**. Certificado por **E-Sign S.A.**

Código: **1617134958595**
verificar validez en
https://www.esigner.cl/EsignerValidar/verificar.jsp

Firmado con Firma Electrónica Avanzada por:
Cristóbal De La RUT: 13765976-K

INFORME DE ALCANCES RENUNCIADOS POR ETFA

Santiago, 23 de febrero de 2021.

La Superintendencia del Medio Ambiente, a través de la Sección de Conformidad Ambiental, ha realizado la evaluación de los antecedentes ingresados a través de la Oficina de Partes de esta Superintendencia, por la ETFA 004-01 AGQ CHILE S.A. sucursal AGQ CHILE S.A., en relación a su solicitud de renuncia de alcances autorizados, en marco del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Artículo N° 15 del Reglamento D.S. 38/2013 de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental.

1. DATOS GENERALES

Tipo de Solicitud	Renuncia de Alcances autorizados ETFA
Motivo	Renuncia voluntaria a alcance autorizado.
Fecha Ingreso Of. De Partes Documentación ETFA.	03-09-2020
Expediente N°	21681

2. DATOS DEL SOLICITANTE

CÓDIGO ETFA	004-01
NOMBRE ETFA	AGQ CHILE S.A.

Documentación Adjunta:

- Documento Carta: ACTUALIZACION DE LOS ALCANCES AUTORIZADOS – ANEXO II

Superintendencia del Medio Ambiente
Sección de Conformidad Ambiental/ETFA-REG-12 V.01
Teatinos 280, pisos 7,8 y 9, Santiago – Chile | (56)26171800 | registroentidades@sma.gob.cl | www.sma.gob.cl

2. RENUNCIA DE ALCANCES

Tabla 1. Detalle de alcances renunciados ETFA 004-01

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
32840	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	9222. D. Fecal Coliform Membrane Filter Procedure. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group . 22° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Coliformes fecales	LE-739
32841	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	9222. G. MF Partition Procedures. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group . 22° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Escherichia coli	LE-739
32844	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	9222. B. Standard Total Coliform Membrane Filter Procedure. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group . 22° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Coliformes totales	LE-739

Superintendencia del Medio Ambiente
Sección de Conformidad Ambiental/ETFA-REG-12 V.01
Teatinos 280, pisos 7,8 y 9, Santiago – Chile | (56)26171800 | registroentidades@sma.gob.cl | www.sma.gob.cl

3. CONCLUSIÓN DE SOLICITUD DE RENUNCIA DE ALCANCES

En base a los antecedentes presentados por la sucursal ETFA 004-01 AGQ CHILE S.A. sucursal AGQ CHILE S.A., y a la evaluación realizada por la Sección de Conformidad Ambiental, se acoge la renuncia de los alcances indicados por la sucursal.

CLAUDIA PASTORE HERRERA
JEFA (S) DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y DE CONFORMIDAD AMBIENTAL

AVT/JHL
cc.
Archivo fiscalización
Sección de Conformidad Ambiental

RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA ETFA AGQ CHILE S.A., RESPECTO DE SU SUCURSAL AGQ CHILE S.A. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N°377, DE 2021.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1287

Santiago, 14 de junio de 2021

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N°31, de 8 de octubre de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra Superintendente del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N˚2516, de 21 de diciembre de 2020, que Fija organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°2393, de 1 de diciembre de 2020, que modifica Resolución Exenta N°1623, de 2018 que establece organización interna funcional de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente y crea Sección de Conformidad Ambiental; en la Resolución Exenta N°126, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°127, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece directrices generales para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales y en la Resolución Nº7, de 2019, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante resolución exenta N°1, de fecha 2 de enero de 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, la superintendencia o servicio) renovó –a partir del 4 de enero de ese año- la autorización de **AGQ Chile S.A.** (en adelante e indistintamente, ETFA) para actuar como entidad técnica de fiscalización ambiental respecto de su sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, en los alcances indicados en el informe final de evaluación que forma parte de ese acto administrativo.

Documentos con Validez Legal **Ley Nº 19.799**. Certificado por **E-Sign S.A.**

2. Que, a través de la resolución exenta N°678, de 16 de mayo de 2019, la superintendencia autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

3. Que, por resolución exenta N°1531, de 5 de noviembre de 2019, se acogió parcialmente un recurso de reposición, incoado por la ETFA, en contra de los alcances denegados por la resolución exenta N°678, de 2019, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

4. Que, en el resuelvo primero de la resolución exenta N°689, de 30 de abril de 2020, la superintendencia revocó parcialmente las resoluciones exentas N°1 y N°678, ambas de 2019, eliminando los alcances referidos a "determinaciones matemáticas o determinaciones aritméticas (cálculo)", que allí se indican.

5. Que, a través de la resolución exenta N°906, de 29 de mayo de 2020, la superintendencia autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

6. Que, por resolución exenta N°1340, de 4 de agosto de 2020, se acogió parcialmente un recurso de reposición, incoado por la ETFA, en contra de los alcances denegados por la resolución exenta N°906, de 2020, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

7. Que, mediante la resolución exenta N°377, de 23 de febrero de 2021, notificada por correo electrónico, el día 26 de ese mismo mes y año, esta superintendencia autorizó una ampliación de alcances para la para sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, de la ETFA, de acuerdo al "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental" que formó parte de ese acto administrativo.

Por su parte, en punto cuarto resolutivo de la resolución exenta N°377, de 2021, la SMA denegó la autorización de los alcances rechazados en el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental".

8. Que, encontrándose dentro de plazo, don Jesús Martínez López, gerente general de la ETFA, interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución exenta N°377, de 2019, indicando, en síntesis, que:

- Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24); y
- Los parámetros asociados al procedimiento PE-2090, Nitrógeno-Nitrito y Nitrógeno-Nitrato, se encuentran en el alcance de acreditación como N-NO3 y N-NO2 respectivamente, en la página 14-15 del certificado de acreditación TL-513.

Documentos con Validez Legal **Ley Nº 19.799**. Certificado por **E-Sign S.A.**

Junto con la presentación de su recurso de reposición, la ETFA acompañó nueva documentación, no tenida a la vista al momento de la primera evaluación, consistente en Procedimiento PE-303 "Determinación de elemento totales solubles en ácido y disueltos en aguas mediante espectroscopia ICP-MS", Rev.24 y el certificado de acreditación IAS, TL-513.

9. Que, mediante el memorando N°12194, de 17 de marzo de 2021, el jefe de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental adjuntó el informe denominado "REP-ETFA 004-01 Informe Recurso de Reposición", de 16 del mismo mes y año.

En el mismo documento, esa jefatura recomendó acoger totalmente la solicitud realizada por la recurrente, en atención a que, si bien la evaluación originalmente realizada se basó en la revisión de la evidencia aportada por la solicitante en su postulación para obtener una ampliación de sus alcances, *"[u]na vez analizada la nueva documentación disponible, descrita en el punto 2 "Datos del Solicitante", y habiendo descargado desde la página web del organismo acreditador IAS, con fecha 16-03-2021, la versión vigente del certificado de acreditación TL-513; se desarrolló una nueva evaluación de los alcances reclamados, a partir de la cual, se recomienda acoger totalmente el recurso de reposición presentado por la ETFA"*, los que se encuentran en concordancia con los requisitos establecidos en la resolución exenta N°126, de 2019.

10. Que, en base a las argumentaciones y disposiciones legales citadas, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN:

PRIMERO: ACÓGESE TOTALMENTE el recurso de reposición interpuesto por la entidad técnica de fiscalización ambiental **AGQ Chile S.A.**, en contra de la resolución exenta N°377, de 2021, en consideración a lo indicado en el "REP-ETFA 004-01 Informe Recurso de Reposición", que forma parte integrante de esta resolución.

SEGUNDO: MODIFÍCASE la resolución exenta N°377, de 2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el sentido de autorizar los siguientes alcances a la sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, de la ETFA y que se hallan contenidos en el punto 3.1 del informe denominado "REP- ETFA 004-01 Informe Recurso de Reposición":

Código Alcance	Actividad	Comp. ambiental	Subárea o producto	Método Propio	Parámetro
78653	Análisis	Agua	Agua superficial	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio disuelto
78654	Análisis	Agua	Agua superficial	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio total

Documentos con Validez Legal **Ley Nº 19.799**. Certificado por **E-Sign S.A.**

Código Alcance	Actividad	Comp. ambiental	Subárea o producto	Método Propio	Parámetro
78657	Análisis	Agua	Agua superficial	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio disuelto
78658	Análisis	Agua	Agua superficial	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio total
78661	Análisis	Agua	Agua superficial	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Telurio disuelto
78663	Análisis	Agua	Agua superficial	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio disuelto
78667	Análisis	Agua	Agua superficial	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio disuelto
78668	Análisis	Agua	Agua superficial	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio total
78674	Análisis	Agua	Agua subterránea	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Bismuto disuelto
78675	Análisis	Agua	Agua subterránea	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Bismuto total
78678	Análisis	Agua	Agua subterránea	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio disuelto
78679	Análisis	Agua	Agua subterránea	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio total
78680	Análisis	Agua	Agua subterránea	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Fósforo disuelto
78682	Análisis	Agua	Agua subterránea	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y	Galio disuelto

Documentos con Validez Legal **Ley Nº 19.799**. Certificado por **E-Sign S.A.**

Código Alcance	Actividad	Comp. ambiental	Subárea o producto	Método Propio	Parámetro
				Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	
78683	Análisis	Agua	Agua subterránea	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio total
78686	Análisis	Agua	Agua subterránea	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Telurio disuelto
78688	Análisis	Agua	Agua subterránea	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio disuelto
78690	Análisis	Agua	Agua subterránea	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Uranio disuelto
78692	Análisis	Agua	Agua subterránea	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio disuelto
78693	Análisis	Agua	Agua subterránea	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio total
78746	Análisis	Agua	Agua de mar	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Telurio disuelto
78759	Análisis	Agua	Agua potable/bebida	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato
78760	Análisis	Agua	Agua potable/bebida	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito
78761	Análisis	Agua	Agua superficial	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato
78762	Análisis	Agua	Agua superficial	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito
78763	Análisis	Agua	Agua subterránea	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato
78764	Análisis	Agua	Agua subterránea	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito

Documentos con Validez Legal **Ley Nº 19.799**. Certificado por **E-Sign S.A.**

Código Alcance	Actividad	Comp. ambiental	Subárea o producto	Método Propio	Parámetro
78765	Análisis	Agua	Aguas residuales	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato
78766	Análisis	Agua	Aguas residuales	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito

TERCERO: **DÉJASE CONSTANCIA** para todos los efectos legales que, los alcances aquí autorizados comenzarán a regir desde la total tramitación de este acto administrativo y su duración será coincidente con la vigencia señalada en la resolución exenta N°1, de 2019, según lo mandatado en el punto 5.5 de la resolución exenta N°126, de 2019.

CUARTO: **PUBLÍQUENSE** en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, la presente resolución, el estado y vigencia de los alcances y los demás antecedentes que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.

QUINTO: **NOTIFÍQUESE** la presente resolución a la interesada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 letra a) de la ley N°19.880.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

CRISTÓBAL DE LA MAZA GUZMÁN
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE

PTB/MVS

Adj.: "REP-ETFA 004-01 Informe Recurso de Reposición" de 16 de marzo de 2021.

Notifíquese por correo electrónico:
- jesus.martinez@agqlabs.com
- pamela.munoz@agqlabs.com

Distribución:
- Gabinete
- División de Fiscalización y Conformidad Ambiental
- Sección de Conformidad Ambiental
- Departamento Jurídico
- registroentidades@sma.gob.cl
- Oficinas regionales
- Oficina de Partes y Archivos

Exp. 5086/21

Documentos con Validez Legal Ley Nº 19.799. Certificado por E-Sign S.A.

Código: 1623711023218
verificar validez en
https://www.esigner.cl/EsignerValidar/verificar.jsp

Firmado con Firma Electrónica Avanzada por:
Cristóbal De La RUT: 13765976-K

REP-ETFA 004-01

Santiago, 16 marzo 2021

INFORME RECURSO DE REPOSICIÓN

La Superintendencia del Medio Ambiente, a través del Departamento de Análisis Ambiental, ha realizado la evaluación del recurso de reposición interpuesto por la ETFA AGQ CHILE S.A., Sucursal AGQ CHILE S.A., código 004-01, sobre la Resolución Exenta N°377/21 que autoriza la ampliación de alcances como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

A través del presente informe, se realiza la evaluación de aquellos alcances que fueron revocados y reclamados por la sucursal.

1. TIPO DE SOLICITUD

●	Recurso de Reposición	Fecha Notificación Resolución ETFA	26-02-2021
		Fecha Ingreso Of. De Partes carta de reposición.	02-03-2021
		Expediente N°	5086/21

2. DATOS DEL SOLICITANTE

CÓDIGO ETFA	004-01	**N° SOLICITUD**	Nº 24409
NOMBRE ETFA	AGQ CHILE S.A. – SUCURSAL AGQ CHILE S.A.		

Documentación Adjunta:

- Escrito Recurso de Reposición "AGQ CHILE S.A."
- Contenidos:
  - Procedimiento PE-303 "Determinación de elemento totales solubles en ácido y disueltos en aguas mediante espectroscopia ICP-MS", Rev.24.
  - Certificado de acreditación IAS, TL-513.

3. DETALLE RECURSO DE REPOSICIÓN SOLICITADO

ETFA Solicita sean evaluados los alcances rechazados en Resolución Exenta N° 377/21, indicados en el presente recurso de reposición:

3.1 Alcances aprobados en recurso de reposición:

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo del rechazo	DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
78653	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78654	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78657	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78658	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y	Galio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo del rechazo	DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
					Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8			MÉTODO POSTULADO.	registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).		
78661	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Telurio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78663	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78667	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78668	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia	Wolframio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Estado**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
					ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8				Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).		
78674	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Bismuto disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78675	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Bismuto total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78678	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Escandio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78679	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia	Escandio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo del rechazo	DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
					ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8				páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).		
78680	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Fósforo disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78682	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78683	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Galio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78686	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Telurio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Estado**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
78688	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Torio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78690	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Uranio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78692	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78693	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Wolframio total	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Estado**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
78746	Análisis	Agua	Agua de mar	-	PE-303 (Rev.24) Determinación de Elementos Totales, Solubles en Acido y Disueltos en Aguas Mediante Espectroscopia ICP-MS. Basado en EPA Method 200.8	Telurio disuelto	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	Los parámetros rechazados asociados al procedimiento PE-303 Rev.24 se encuentran en el documento que se envió al registro de entidades con fecha 09 de diciembre del 2020 en el Anexo 11.2 (tablas de las páginas 30 a la 32 del documento PE-303 Rev.24).	Se constata que el parámetro postulado se encuentra contenido en el método propio PE-303 (Rev.24).	APROBADO
78759	Análisis	Agua	Agua potable/bebida	-	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato	Rechazado	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.	Los parámetros asociados al procedimiento PE-2090, Nitrógeno-Nitrito y Nitrógeno-Nitrato, se encuentran en el alcance de acreditación como N-NO3 y N-NO2 respectivamente, en la página 14-15 del certificado de acreditación TL-513.	Se constata en el certificado de acreditación TL-513, descargado con fecha 16-03-2021, que el parámetro postulado se encuentra acreditado.	APROBADO
78760	Análisis	Agua	Agua potable/bebida	-	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	Rechazado	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.	Los parámetros asociados al procedimiento PE-2090, Nitrógeno-Nitrito y Nitrógeno-Nitrato, se encuentran en el alcance de acreditación como N-NO3 y N-NO2 respectivamente, en la página 14-15 del certificado de acreditación TL-513.	Se constata en el certificado de acreditación TL-513, descargado con fecha 16-03-2021, que el parámetro postulado se encuentra acreditado.	APROBADO
78761	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato	Rechazado	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.	Los parámetros asociados al procedimiento PE-2090, Nitrógeno-Nitrito y Nitrógeno-Nitrato, se encuentran en el alcance de acreditación como N-NO3 y N-NO2 respectivamente, en la página 14-15 del certificado de acreditación TL-513.	Se constata en el certificado de acreditación TL-513, descargado con fecha 16-03-2021, que el parámetro postulado se encuentra acreditado.	APROBADO

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Estado**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
78762	Análisis	Agua	Agua superficial	-	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	Rechazado	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.	Los parámetros asociados al procedimiento PE-2090, Nitrógeno-Nitrito y Nitrógeno-Nitrato, se encuentran en el alcance de acreditación como N-NO3 y N-NO2 respectivamente, en la página 14-15 del certificado de acreditación TL-513.	Se constata en el certificado de acreditación TL-513, descargado con fecha 16-03-2021, que el parámetro postulado se encuentra acreditado.	APROBADO
78763	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato	Rechazado	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.	Los parámetros asociados al procedimiento PE-2090, Nitrógeno-Nitrito y Nitrógeno-Nitrato, se encuentran en el alcance de acreditación como N-NO3 y N-NO2 respectivamente, en la página 14-15 del certificado de acreditación TL-513.	Se constata en el certificado de acreditación TL-513, descargado con fecha 16-03-2021, que el parámetro postulado se encuentra acreditado.	APROBADO
78764	Análisis	Agua	Agua subterránea	-	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	Rechazado	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.	Los parámetros asociados al procedimiento PE-2090, Nitrógeno-Nitrito y Nitrógeno-Nitrato, se encuentran en el alcance de acreditación como N-NO3 y N-NO2 respectivamente, en la página 14-15 del certificado de acreditación TL-513.	Se constata en el certificado de acreditación TL-513, descargado con fecha 16-03-2021, que el parámetro postulado se encuentra acreditado.	APROBADO
78765	Análisis	Agua	Aguas residuales	-	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato	Rechazado	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.	Los parámetros asociados al procedimiento PE-2090, Nitrógeno-Nitrito y Nitrógeno-Nitrato, se encuentran en el alcance de acreditación como N-NO3 y N-NO2 respectivamente, en la página 14-15 del certificado de acreditación TL-513.	Se constata en el certificado de acreditación TL-513, descargado con fecha 16-03-2021, que el parámetro postulado se encuentra acreditado.	APROBADO

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL									EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
Código Alcance	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Estado**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
78766	Análisis	Agua	Aguas residuales	-	PE-2090 (Rev.12) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	Rechazado	Parámetro seleccionado no corresponde al parámetro acreditado, correspondiente al certificado TL-513.	Los parámetros asociados al procedimiento PE-2090, Nitrógeno-Nitrito y Nitrógeno-Nitrato, se encuentran en el alcance de acreditación como N-NO3 y N-NO2 respectivamente, en la página 14-15 del certificado de acreditación TL-513.	Se constata en el certificado de acreditación TL-513, descargado con fecha 16-03-2021, que el parámetro postulado se encuentra acreditado.	APROBADO

3.2 OTRAS OBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES DE ETFA

Observaciones y/o Solicitudes de sucursal	Evaluación de la solicitud	Conclusión
----------	----------	----------

4. CONCLUSIÓN FINAL DE EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN ETFA

La evaluación técnica realizada para la Solicitud N°24409, de ampliación de alcance de la ETFA 004-01, se basó tanto en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución Exenta N°126/2019, como en la revisión de la evidencia aportada por la ETFA solicitante, quien presentó los métodos propios postulados y el certificado de acreditación TL-513, documento que fue corroborado en la página web del organismo acreditador IAS, descargándose la versión vigente con fecha 07-12-2020.

Una vez analizada la nueva documentación disponible, descrita en el punto 2 "Datos del Solicitante", y habiendo descargado desde la página web del organismo acreditador IAS, con fecha 16-03-2021, la versión vigente del certificado de acreditación TL-513; se desarrolló una nueva evaluación de los alcances reclamados, a partir de la cual, se recomienda acoger totalmente el recurso de reposición presentado por la ETFA 004-01, para los alcances aprobados identificados en la tabla N° 3.1 del presente informe, los cuales se encuentran en concordancia con los requisitos establecidos en la resolución exenta Nº 126, de 2019.

RUBEN VERDUGO CASTILLO
JEFE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONFORMIDAD AMBIENTAL

AVT/JHL

CADUCA PARCIALMENTE ALCANCES AUTORIZADOS DE LA ETFA AGQ CHILE S.A., RESPECTO DE SU SUCURSAL AGQ CHILE S.A. Y MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N°1, DE 2019 Y LAS DEMÁS QUE CORRESPONDAN.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1887

Santiago, 23 de agosto de 2021

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N°20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N°38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N°31, de 8 de octubre de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra Superintendente del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N˚2516, de 21 de diciembre de 2020, que Fija organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°2393, de 1 de diciembre de 2020, que modifica Resolución Exenta N°1623, de 2018 que establece organización interna funcional de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente y crea Sección de Conformidad Ambiental; en la Resolución Exenta N°126, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°127, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece directrices generales para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; y en la Resolución Nº7, de 2019, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, la letra c) del artículo 3° de la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente faculta a este servicio para contratar labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las resoluciones de calificación ambiental, planes de prevención y, o de descontaminación ambiental, de las normas de calidad ambiental y normas de emisión y de los planes de manejo, a terceros idóneos debidamente certificados.

Documentos con Validez Legal **Ley Nº 19.799**. Certificado por **E-Sign S.A.**

2. Que, la citada letra c) del artículo 3° de la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, además, prescribió que los requisitos y procedimientos para la certificación, autorización y control de las entidades técnicas de fiscalización ambiental (en adelante e indistintamente, ETFA) serían establecidos en un reglamento, el que se encuentra contenido en el decreto supremo N°38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que "Aprueba reglamento de entidades técnicas de fiscalización ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente" (en adelante e indistintamente, reglamento ETFA).

3. Que, mediante resolución exenta N°1, de fecha 2 de enero de 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente renovó -a partir del 4 de enero de ese año- la autorización de **AGQ Chile S.A.** para actuar como entidad técnica de fiscalización ambiental respecto de su sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, en los alcances indicados en el informe final de evaluación que forma parte de ese acto administrativo.

5. Que, a través de la resolución exenta N°678, de 16 de mayo de 2019, la superintendencia autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

6. Que, por resolución exenta N°1531, de 5 de noviembre de 2019, se acogió parcialmente un recurso de reposición, incoado por la ETFA, en contra de los alcances denegados por la resolución exenta N°678, de 2019, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

7. Que, en el resuelvo primero de la resolución exenta N°689, de 30 de abril de 2020, la superintendencia revocó parcialmente las resoluciones exentas N°1 y N°678, ambas de 2019, eliminando los alcances referidos a "determinaciones matemáticas o determinaciones aritméticas (cálculo)", que allí se indican.

8. Que, mediante la resolución exenta N°906, de 29 de mayo de 2020, la superintendencia autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

9. Que, a través de la resolución exenta N°1340, de 4 de agosto de 2020, se acogió parcialmente un recurso de reposición, incoado por la ETFA, en contra de los alcances denegados por la resolución exenta N°906, de 2020, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

10. Que, por la resolución exenta N°377, de 23 de febrero de 2021, la superintendencia autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

11. Que, mediante resolución exenta N°1287, de 14 de junio de 2021, la SMA acogió parcialmente un recurso de reposición, incoado por la ETFA, en contra de los alcances denegados por la resolución exenta N°377, de 2021, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

Documentos con Validez Legal **Ley N° 19.799**. Certificado por **E-Sign S.A.**

12. Que, a través de la resolución exenta N°731, de 30 de marzo de 2021, la superintendencia caducó los alcances indicados en ese acto administrativo, conforme lo previsto en el artículo 11 letra d) del reglamento ETFA, respecto de la sucursal AGQ Chile S.A.

13. Que, por carta, recepcionada el 16 de agosto de 2021, suscrita por doña Melba Huerta Sepúlveda, en representación de la ETFA, comunicó la renuncia de los siguientes alcances asociados al método propio PC-394, del certificado de acreditación TL513, emitido por el International Accreditation Service (IAS), sin indicar motivo:

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA	MÉTODO	PARÁMETRO
64273	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio
64274	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total
64275	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD
64277	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Surfactantes aniónicos (SAAM)
64288	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio
64289	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total
64290	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD
64292	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Surfactantes aniónicos (SAAM)
64293	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio
64294	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total
64295	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD
64297	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Surfactantes aniónicos (SAAM)
65231	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Fenol
65234	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Fenol
65235	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Fenol
78876	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio
78877	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total
78878	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Compuestos fenólicos (Fenoles, índice de fenol)
78879	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Surfactantes aniónicos (SAAM)
78880	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio

Documentos con Validez Legal Ley Nº 19.799. Certificado por E-Sign S.A.

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA	MÉTODO	PARÁMETRO
78881	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total
78882	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Compuestos fenólicos (Fenoles, ínidice de fenol)
78883	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Surfactantes aniónicos (SAAM)
78908	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD
78909	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD
78910	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre
78911	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre
78912	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre
78913	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre
78914	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre

14. Que, como cuestión previa, es dable hacer presente que el artículo 22 de la Ley N° 19.880, faculta a los interesados para actuar por medio de apoderados, quienes deberán contar al efecto con un poder otorgado por escritura pública o documento privado suscrito ante notario, formalidad que, en la especie, no ha acreditado la solicitante; sin perjuicio de lo cual, este superintendente igualmente se pronunciará sobre la materia planteada.

15. Que, al respecto el artículo 11 letra d) del reglamento ETFA, se estableció que la autorización como entidad técnica de fiscalización ambiental podrá caducar en caso de la existencia de una comunicación del cese voluntario y definitivo de prestación de las actividades objeto de la misma.

16. Que, mediante memorando N°36532, de 18 de agosto de 2021, que forma parte integrante de esta, el jefe de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental remitió el documento denominado "Informe de alcances renunciados por ETFA", del 17 del mismo mes y año, en el cual recomienda acceder a la petición de renuncia de los alcances allí señalados, por lo que dicto la siguiente

R E S O L U C I Ó N :

1º. CADÚCASE PARCIALMENTE la resolución exenta N°1, de 2019 y en las demás que correspondan, a la **ETFA AGQ Chile S.A.**, respecto de los alcances que se indican a continuación, asociados al método propio PC-394, del certificado de acreditación TL513, emitido por el International Accreditation Service (IAS), correspondientes a la

Documentos con Validez Legal Ley Nº 19.799. Certificado por E-Sign S.A.

sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, en virtud de lo previsto en el artículo 11 letra d) del reglamento ETFA:

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA	MÉTODO	PARÁMETRO
64273	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio
64274	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total
64275	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD
64277	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Surfactantes aniónicos (SAAM)
64288	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio
64289	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total
64290	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD
64292	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Surfactantes aniónicos (SAAM)
64293	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio
64294	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total
64295	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD
64297	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Surfactantes aniónicos (SAAM)
65231	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Fenol
65234	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Fenol
65235	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Fenol
78876	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio
78877	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total
78878	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Compuestos fenólicos (Fenoles, ínidice de fenol)
78879	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Surfactantes aniónicos (SAAM)
78880	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio
78881	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total
78882	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Compuestos fenólicos (Fenoles, ínidice de fenol)
78883	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Surfactantes aniónicos (SAAM)

Documentos con Validez Legal **Ley Nº 19.799**. Certificado por **E-Sign S.A.**

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA	MÉTODO	PARÁMETRO
78908	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD
78909	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD
78910	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre
78911	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre
78912	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre
78913	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre
78914	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre

2º. MODIFÍCASE PARCIALMENTE la resolución exenta N°1, de 2019 y las demás que correspondan, en el sentido de eliminar los alcances caducados en el punto primero resolutivo.

3º. ELIMÍNASE del Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental los alcances consignados en el punto primero resolutivo de esta resolución, respecto de la sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, de la entidad técnica de fiscalización ambiental **AGQ Chile S.A.**

4º. NOTIFÍQUESE por correo electrónico a la interesada esta resolución, conforme lo dispuesto en el artículo 30 letra a) de la ley N°19.880.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

CRSITÓBAL DE LA MAZA GUZMÁN
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE

PTB/MVS

ADJ.: "Informe de alcances renunciados por ETFA" de 17 de agosto de 2021

Notifíquese por correo electrónico:

- jesus.martinez@agqlabs.com
- pamela.munoz@agqlabs.com

Distribución:

- Gabinete
- División de Fiscalización y Conformidad Ambiental
- Sección de Conformidad Ambiental
- Fiscal
- Departamento Jurídico

Documentos con Validez Legal **Ley Nº 19.799**. Certificado por **E-Sign S.A.**

- registroentidades@sma.gob.cl
- Oficinas regionales
- Oficina de Partes y Archivos

Exp. N°19885/21

Documentos con Validez Legal **Ley Nº 19.799**. Certificado por **E-Sign S.A.**

Código: **1629754091235**
verificar validez en
https://www.esigner.cl/EsignerValidar/verificar.jsp

Firmado con Firma Electrónica Avanzada por:
Cristóbal De La RUT: 13765976-K

INFORME DE ALCANCES RENUNCIADOS POR ETFA

Santiago, 17 de agosto del 2021.

La Superintendencia del Medio Ambiente, a través de la Sección de Conformidad Ambiental, ha realizado la evaluación de los antecedentes ingresados a través de la Oficina de Partes de esta Superintendencia, por la ETFA 004-01 AGQ CHILE S.A. sucursal AGQ CHILE S.A., en relación a su solicitud de renuncia de alcances autorizados, en marco del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Artículo N° 15 del Reglamento D.S. 38/2013 de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental.

1. DATOS GENERALES

Tipo de Solicitud	Renuncia de Alcances autorizados ETFA
Motivo	Renuncia voluntaria a alcance autorizado.
Fecha Ingreso Of. De Partes Documentación ETFA.	16-08-2021
Expediente N°	19855

2. DATOS DEL SOLICITANTE

CÓDIGO ETFA	004-01
NOMBRE ETFA	AGQ CHILE S.A.

Documentación Adjunta:

- Documento Carta de fecha 16 agosto 2021: ACTUALIZACION DE LOS ALCANCES AUTORIZADOS – ANEXO I

Superintendencia del Medio Ambiente
Sección de Conformidad Ambiental/ETFA-REG-12 V.01
Teatinos 280, pisos 7,8 y 9, Santiago – Chile | (56)26171800 | registroentidades@sma.gob.cl | www.sma.gob.cl

2. RENUNCIA DE ALCANCES

Tabla 1. Detalle de alcances renunciados ETFA 004-01

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
64273	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio	TL-513
64274	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total	TL-513
64275	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD	TL-513
64277	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y	Surfactantes aniónicos (SAAM)	TL-513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Cianuros por FIA		
64288	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio	TL-513
64289	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total	TL-513
64290	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD	TL-513
64292	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Surfactantes aniónicos (SAAM)	TL-513
64293	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos,	Amonio	TL-513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA		
64294	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total	TL-513
64295	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD	TL-513
64297	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Surfactantes aniónicos (SAAM)	TL-513
65231	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Fenol	TL-513
65234	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio,	Fenol	TL-513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA		
65235	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Fenol	TL-513
78876	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio	TL-513
78877	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total	TL-513
78878	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Compuestos fenólicos (Fenoles, ínidice de fenol)	TL-513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
78879	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Surfactantes aniónicos (SAAM)	TL-513
78880	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Amonio	TL-513
78881	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro total	TL-513
78882	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Compuestos fenólicos (Fenoles, ínidice de fenol)	TL-513
78883	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y	Surfactantes aniónicos (SAAM)	TL-513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Cianuros por FIA		
78908	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD	TL-513
78909	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro WAD	TL-513
78910	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre	TL-513
78911	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre	TL-513
78912	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos,	Cianuro libre	TL-513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA		
78913	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre	TL-513
78914	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-394 (Rev. 2) Amonio, Surfactantes Aniónicos, Compuestos Fenólicos y Cianuros por FIA	Cianuro libre	TL-513

3. CONCLUSIÓN DE SOLICITUD DE RENUNCIA DE ALCANCES

En base a los antecedentes presentados por la sucursal ETFA 004-01 AGQ CHILE S.A. sucursal AGQ CHILE S.A., y a la evaluación realizada por la Sección de Conformidad Ambiental, se acoge la renuncia de los alcances indicados por la sucursal.

RUBEN VERDUGO CASTIILO
JEFA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y DE CONFORMIDAD AMBIENTAL
SUPERINTENDECIA DEL MEDIO AMBIENTE

AVT/JHL
cc.
Archivo fiscalización
Sección de Conformidad Ambiental

AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE LOS ALCANCES QUE INDICA A LA ETFA AGQ CHILE S.A., RESPECTO DE SU SUCURSAL AGQ CHILE S.A.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 312

Santiago, 4 de marzo de 2022

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N°31, de 8 de octubre de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra Superintendente del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 2124, de 30 de septiembre de 2021, que fija organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°126, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°127, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece directrices generales para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; y en la Resolución Nº7, de 2019 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante resolución exenta N°1, de fecha 2 de enero de 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, la superintendencia o servicio) renovó –a partir del 4 de enero de ese año- la autorización de **AGQ Chile S.A.** (en adelante e indistintamente, ETFA) para actuar como entidad técnica de fiscalización ambiental respecto de su sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, en los alcances indicados en el informe final de evaluación que forma parte de ese acto administrativo.

2. Que, a través de la resolución exenta N°678, de 16 de mayo de 2019, la superintendencia autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

3. Que, por resolución exenta N°1531, de 15 de noviembre de 2019, se acogió parcialmente un recurso de reposición, incoado por la ETFA, en contra de los alcances denegados por la resolución exenta N°678, de 2019, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

4. Que, en el resuelvo primero de la resolución exenta N°689, de 30 de abril de 2020, la superintendencia revocó parcialmente las resoluciones exentas N°1 y N°678, ambas de 2019, eliminando los alcances referidos a "determinaciones matemáticas o determinaciones aritméticas (cálculo)", que allí se indican.

5. Que, a través de la resolución exenta N°906, de 29 de mayo de 2020, la superintendencia autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

6. Que, por resolución exenta N°1340, de 4 de agosto de 2020, se acogió parcialmente un recurso de reposición, incoado por la ETFA, en contra de los alcances denegados por la resolución exenta N°906, de 2020, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

7. Que, por resolución exenta N°377, de 23 de febrero de 2021, la SMA autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA

8. Que, a través de la resolución exenta N°1287, del 14 de junio de 2021, se acogió totalmente un recurso de reposición interpuesto por la ETFA, en contra de los alcances denegados por la resolución exenta N° 377, de 2021, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

9. Que, mediante las resoluciones exenta N°731, de 30 de marzo de 2021 -notificada por correo electrónico, el día el 31 del mismo mes y año- y N°1887, de 23 de agosto de 2021 -notificada el 24 del mismo mes y año-, la SMA caducó parcialmente la renovación de la autorización concedida a la ETFA, por medio de la resolución exenta N°1, de 2019 y en las demás que correspondan, respecto de los alcances que se indican en los señalados actos administrativos.

10. Que, en el artículo 3° del decreto supremo N°38, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que contiene el Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, ETFA) se establecieron los requisitos que todo solicitante debe cumplir para obtener una autorización como entidad técnica de fiscalización ambiental.

11. Que, por resolución exenta N°126, de 2019, publicada en el Diario Oficial, el 31 de enero de 2019, se dictó la instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales, incluyendo aquellos necesarios para la ampliación de alcances de las ETFA.

12. Que, con fecha 9 de agosto de 2021, a través de la solicitud 24981, AGQ Chile S.A. pidió una ampliación de alcances para su sucursal AGQ Chile S.A.

13. Que, mediante memorando N°35059, de 2021, el jefe de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental solicitó al Departamento Jurídico la elaboración de un informe de evaluación de cumplimiento legal de los antecedentes presentados por la ETFA, el cual fue emitido con fecha 21 de septiembre de ese año, mediante el memorando N°41945, indicándose que esta última había cumplido con lo dispuesto en el artículo 3° del reglamento ETFA, así como con lo previsto en el punto 5.8.ii de la resolución exenta N°126, de 2019.

14. Que, a través del memorando N°44693, de 12 de octubre de 2021, el jefe de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental envió el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", emitido el 5 de ese mes y año, respecto de la ampliación de alcances solicitada, señalando aquellos que fueron aprobados y rechazados, recomendando proceder a la autorización de los primeros.

15. Que, los fundamentos para autorizar la ampliación de los alcances solicitada se encuentran en el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", el cual será notificado en conjunto con la presente resolución y posteriormente publicado, junto con ésta, en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, por lo que dicto la siguiente

RESOLUCIÓN:

1º. AUTORÍZASE LA AMPLIACIÓN DE ALCANCES a la entidad técnica de fiscalización ambiental **AGQ Chile S.A.**, de acuerdo a lo manifestado en el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", para la siguiente sucursal, conforme lo previsto en el reglamento ETFA y en la resolución exenta N°126, de 2019:

N° DE SOLICITUD	24981	**RUT**	96.964.370-7
NOMBRE SUCURSAL	AGQ Chile S.A.		
DIRECCIÓN SUCURSAL	Los Industriales N°697, comuna de Huechuraba, región Metropolitana de Santiago		

2º. PREVIÉNESE que la presente autorización de ampliación se otorga solo para cada alcance identificado y aprobado en el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental" de la sucursal indicada en el punto primero resolutivo de la presente resolución, el que forma parte integrante de ésta.

3º. DÉJASE CONSTANCIA que, para todos los efectos legales, los alcances aquí autorizados comenzarán a regir desde la total tramitación de este acto administrativo y su duración será coincidente con la vigencia señalada en la resolución exenta N°1, de 2019, según lo mandatado en el punto 5.5 de la resolución exenta N°126, de 2019.

4º. DENIÉGASE la autorización de los alcances solicitados por la ETFA para la sucursal AGQ Chile S.A., respecto de todos aquellos que fueron

rechazados en el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", que se adjunta a la presente resolución.

5º. ADVIÉRTESE que la interesada tendrá un plazo de cinco días hábiles para interponer recurso de reposición, ante la autoridad que suscribe, de acuerdo lo prescrito en el artículo 59 de la ley N° 19.880, en relación a la decisión de denegar la ampliación de los alcances que fueron individualizados en el "Informe final de evaluación de los antecedentes".

6º. PUBLÍQUESE Y ACTUALÍCESE en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, la presente resolución, los alcances específicos que fueron ampliados y los demás antecedentes que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento ETFA.

7º. NOTIFÍQUESE por correo electrónico a la interesada esta resolución junto con el respectivo informe final de evaluación, conforme lo dispuesto en el artículo 30 letra a) de la ley N°19.880.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
SUPERINTENDENTE
GOBIERNO DE CHILE

CRISTÓBAL DE LA MAZA GUZMÁN
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE

BMA/MVS

ADJ.: "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", de 5 de octubre de 2021

Notifíquese por correo electrónico:
- jesus.martinez@agqlabs.com
- pamela.munoz@agqlabs.com

Distribución:
- Gabinete
- División de Fiscalización y Conformidad Ambiental
- Sección de Conformidad Ambiental
- Departamento Jurídico
- registroentidades@sma.gob.cl
- Oficinas regionales
- Oficina de Partes y Archivos

Exp. N°23994/2021

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ENTIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente - D.S. N°38/2013 del MMA.

Santiago 05-10-2021

El presente Informe corresponde a la siguiente solicitud ETFA:

N° de Solicitud:	24981	Rut	96964370-7
Razón social:	AGQ CHILE SA		
Nombre Sucursal:	AGQ CHILE SA		
Dirección Sucursal:	INDUSTRIALES 697, departamento 1. Huechuraba.		

1. RESULTADOS DE EVALUACION TÉCNICA.

La siguiente tabla presenta los resultados de la evaluación técnica, realizada para cada uno de los alcances solicitados en base a las autorizaciones y/o acreditaciones enviadas por la sucursal.

TABLA DE EVALUACIÓN

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85413	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ME-31-2007. ME-31. Determinación de Solidos disueltos por Método Gravimétrico.. .2007. SISS.			Sólidos disueltos totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85414	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ME-23-2007. ME-23. Determinación de Monocloramina por Método Titrimétrico de DPD con FAS.. .2007. SISS.			Monocloramina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85415	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ME-33-2007. ME-33. Determinación de Cloro libre residual por Método D.P.D. Titrimétrico Ferroso (F.A.S.). Método utilizado para verificación de equipos de terreno.. .2007. SISS.			Cloro libre residual (Cloro libre)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85416	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Clorato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85417	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Clorito	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El parámetro solicitado no está dentro de los parámetros a los que aplica el método para AGQ Chile, según lo que indica el documento (página 5).
85418	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Clorato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85419	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Clorito	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El parámetro solicitado no está dentro de los parámetros a los que aplica el método para AGQ Chile, según lo que indica el documento (página 5).
85420	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Clorato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85421	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Clorito	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El parámetro solicitado no está dentro de los parámetros a los que aplica el método para AGQ Chile, según lo que indica el documento (página 5).

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85422	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Clorato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	El parámetro solicitado no está dentro de los parámetros a los que aplica el método para AGQ Chile, según lo que indica el documento (página 5).
85423	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Clorito	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	
85431	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-325 (Rev.16) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Telurio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no incluye la etapa de digestión de la muestra (solo la de cuantificación).
85432	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-325 (Rev.16) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Telurio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no incluye la etapa de digestión de la muestra (solo la de cuantificación).
85433	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-325 (Rev.16) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Telurio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no incluye la etapa de digestión de la muestra (solo la de cuantificación).

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85434	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-325 (Rev.16) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Telurio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no incluye la etapa de digestión de la muestra (solo la de cuantificación).
85435	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-325 (Rev.16) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Telurio total	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no incluye la etapa de digestión de la muestra (solo la de cuantificación).
85452	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PEC-022 (Rev.14) Determinación de Humedad y Solidos Totales	Humedad	Rechazado	ALCANCE DUPLICADO	Duplicado con el alcance autorizado código 45615.
85453	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PEC-022 (Rev.14) Determinación de Humedad y Solidos Totales	Sólidos totales	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro postulado.
85454	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PEC-022 (Rev.14) Determinación de Humedad y Solidos Totales	Humedad	Rechazado	ALCANCE DUPLICADO	Duplicado con el alcance autorizado código 45616.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85455	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PEC-022 (Rev.14) Determinación de Humedad y Solidos Totales	Sólidos totales	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro postulado.
85456	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PEC-022 (Rev.14) Determinación de Humedad y Solidos Totales	Humedad	Rechazado	ALCANCE DUPLICADO	Duplicado con el alcance autorizado código 45617.
85457	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PEC-022 (Rev.14) Determinación de Humedad y Solidos Totales	Sólidos totales	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro postulado.
85458	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PEC-022 (Rev.14) Determinación de Humedad y Solidos Totales	Humedad	Rechazado	ALCANCE DUPLICADO	Duplicado con el alcance autorizado código 45614.
85459	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PEC-022 (Rev.14) Determinación de Humedad y Solidos Totales	Sólidos totales	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro postulado.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85460	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PEC-022 (Rev.14) Determinación de Humedad y Solidos Totales	Humedad	Rechazado	ALCANCE DUPLICADO	Duplicado con el alcance autorizado código 45613.
85461	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PEC-022 (Rev.14) Determinación de Humedad y Solidos Totales	Sólidos totales	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro postulado.
85462	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PEC-012 (Rev.13) Materia Orgánica Total	Materia orgánica	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no incluye el procedimiento para la subárea postulada.
85463	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PEC-012 (Rev.13) Materia Orgánica Total	Materia orgánica	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no incluye el procedimiento para la subárea postulada.
85464	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PEC-012 (Rev.13) Materia Orgánica Total	Materia orgánica	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no incluye el procedimiento para la subárea postulada.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85465	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PEC-012 (Rev.13) Materia Orgánica Total	Materia orgánica total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85466	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PEC-012 (Rev.13) Materia Orgánica Total	Materia orgánica total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85467	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	2540. B. Total Solids Dried at 103-105°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85468	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos fijos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85469	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos volátiles	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85470	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos fijos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85471	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos volátiles	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85472	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos fijos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85473	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos volátiles	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85474	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos fijos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85475	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	2540. E. Fixed and Volatile Solids Ignited at 550°C . Solids. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Sólidos volátiles	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85476	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-NH3. F. Phenate Method. NH3Nitrogen (Ammonia). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Nitrógeno amoniacal (amoníaco)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85477	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 4) Analisis Granulometrico	Granulometría	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85478	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 4) Analisis Granulometrico	Granulometría	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85479	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 4) Analisis Granulometrico	Granulometría	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85480	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 4) Analisis Granulometrico	Granulometría	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85481	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 4) Analisis Granulometrico	Granulometría	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85482	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Acenafteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85483	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Acenaftileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85484	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Alacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85485	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Aldrín	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85486	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Ametrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85487	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Antraceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85488	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Atrazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85489	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Azinfos Metil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85490	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	benalaxil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85491	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo (e) pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85492	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(a)antraceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85493	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(a)pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85494	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(b)fluoranteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85495	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(g,h,i)perileno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85496	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Benzo(k)fluoranteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85497	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Captan	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85498	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Cipermetrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85499	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Ciproconazol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85500	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Cis-clordano (-Clordano)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85501	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clodinafop Propargil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85502	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorfenvinfos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85503	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorotalonil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85504	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorpirifos etil (clorpirifos)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85505	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Criseno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85506	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dacthal (Clortal-Dimetil)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85507	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Delta-HCH	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85508	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Diazinon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85509	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dibenzo(a,h)antraceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85510	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dieldrín	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85511	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Diflufenican	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85512	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dimetoato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85513	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endosulfan	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	

85514	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endosulfan I	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85515	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endosulfan II	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85516	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endosulfan sulfato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85517	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endrin	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85518	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endrin aldehido	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85519	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endrin Cetona	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85520	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Endrina	Rechazado	ALCANCE DUPLICADO	Duplicado con el alcance postulado código 85517.
85521	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Epóxido De Heptacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85522	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	EPTC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85523	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Etión	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85524	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Etoprofos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85525	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Fenamifos	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85526	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Fenantreno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85527	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Fluoranteno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85528	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Fluoreno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85529	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Flusilazol	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85530	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Folpet	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85531	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Heptacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85532	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Hexaclorobenceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85533	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Indeno(1,2,3-c,d)pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85534	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Isodrin	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85535	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Lindano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85536	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Malation	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85537	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metalaxil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85538	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metidation	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85539	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metil Paratión	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85540	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metolacloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85541	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metoxicloro	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85542	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	metribuzina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85543	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Miclobutanilo	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85544	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Mirex	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85545	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Molinato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85546	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Naftaleno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85547	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	o,p- DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85548	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	oxifluorfeno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85549	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	p,p'- DDD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85550	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	p,p'- DDE	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85551	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Paration Etil (Paratión)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85552	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 101	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85553	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 138	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85554	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 153	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85555	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N° 52	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85556	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N°118	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85557	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N°180	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85558	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	PCB N°28	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85559	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pendimetalina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85560	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pentacloroben ceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85561	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pireno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85562	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Piridaben	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85563	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pirimetanil	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85564	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	pp- DDT	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85565	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Prometrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85566	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Propazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85567	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Propizamida	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85568	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Simazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85569	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Simetrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85570	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	ß-BHC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85571	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Terbutilazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85572	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Terbutrina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85573	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Tetradifon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85574	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Triclorfon	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85575	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Trietazina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85576	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Trifluralina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85577	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Vinclozolina	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85578	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	-BHC	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85579	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Antraceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85580	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Antraceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85581	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PC-205 (Rev.6) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Antraceno	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85582	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	9221. E. (E1) Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Coliformes fecales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85583	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	9221. B. Standard Total Coliform Fermentation Technique. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición Online.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Coliformes totales	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

85584	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	9221. F. Escherichia coli Procedure Using Fluorogenic Substrate. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición Online.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85585	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	9221. F. Escherichia coli Procedure Using Fluorogenic Substrate. Multiple-Tube Fermentation Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edición Online.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85586	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	9222. H. Partitioning E. coli from MF Total Coliform using EC-MUG Broth. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edition.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85587	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	9222. H. Partitioning E. coli from MF Total Coliform using EC-MUG Broth. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edition.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85588	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	9222. H. Partitioning E. coli from MF Total Coliform using EC-MUG Broth. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edition.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
85589	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	9222. H. Partitioning E. coli from MF Total Coliform using EC-MUG Broth. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edition.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
85590	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	9222. H. Partitioning E. coli from MF Total Coliform using EC-MUG Broth. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group. 23° Edition.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Escherichia coli	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
86229	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	9222. G. MF Partition Procedures. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Coliformes fecales	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
86230	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	9222. G. MF Partition Procedures. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.			Coliformes fecales	Rechazado	EL PARÁMETRO SELECCIONADO NO APLICA AL MÉTODO POSTULADO.	
86231	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	NCh 1620/1:2020. Parte 1 Of. Determinación de bacterias coliformes totales: Método de los tubos múltiples (NMP). 2020. INN.			Coliformes totales	Rechazado	ALCANCE DUPLICADO	Alcance se encuentra autorizado con el código N°8684.
86232	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	NCh 1620/1:2020. Parte 1 Of. Determinación de bacterias coliformes totales: Método de los tubos múltiples (NMP). 2020. INN.			Coliformes totales	Rechazado	ALCANCE DUPLICADO	Alcance se encuentra autorizado con el código N°65616.

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
86233	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	NCh 1620/2:2020. Parte 2 Of. Determinación de bacterias coliformes totales: Método de filtración por membrana. 2020. INN.			Coliformes totales	Rechazado	ALCANCE DUPLICADO	Alcance se encuentra autorizado con el código N° 32834.
86234	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	NCh 1620/2:2020. Parte 2 Of. Determinación de bacterias coliformes totales: Método de filtración por membrana. 2020. INN.			Coliformes totales	Rechazado	ALCANCE DUPLICADO	Alcance se encuentra autorizado con el código N° 65615.
86235	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	1,2-Dibromo-3-cloropropano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
86236	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Atraton	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no incluye las condiciones instrumentales para la cuantificación del parámetros solicitado.

86237	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorobencilato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
86238	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Demeton S	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro, ya que este último no está incluido en las condiciones instrumentales para los analitos del anexo IV (transiciones).
86239	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Disulfoton	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro, ya que este último no está incluido en las condiciones instrumentales para los analitos del anexo IV (transiciones).
86240	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	1,2-Dibromo-3-cloropropano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

86241	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Atraton	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro, ya que este último no está incluido en las condiciones instrumentales para los analitos del anexo IV (transiciones)
86242	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorobencilato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
86243	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Demeton S	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro, ya que este último no está incluido en las condiciones instrumentales para los analitos del anexo IV (transiciones)
86244	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Disulfoton	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro, ya que este último no está incluido en las condiciones instrumentales para los analitos del anexo IV (transiciones)
86245	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	1,2-Dibromo-3-cloropropano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

86246	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Atraton	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro, ya que este último no está incluido en las condiciones instrumentales para los analitos del anexo IV (transiciones)
86247	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorobencilato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
86248	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Demeton S	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro, ya que este último no está incluido en las condiciones instrumentales para los analitos del anexo IV (transiciones)
86249	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Disulfoton	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro, ya que este último no está incluido en las condiciones instrumentales para los analitos del anexo IV (transiciones)
86250	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	1,2-Dibromo-3-cloropropano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

86251	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Atraton	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro, ya que este último no está incluido en las condiciones instrumentales para los analitos del anexo IV (transiciones)
86252	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorobencilato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
86253	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Demeton S	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro, ya que este último no está incluido en las condiciones instrumentales para los analitos del anexo IV (transiciones)
86254	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Disulfoton	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro, ya que este último no está incluido en las condiciones instrumentales para los analitos del anexo IV (transiciones)
86255	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	1,2-Dibromo-3-cloropropano	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

86256	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Atraton	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro, ya que este último no está incluido en las condiciones instrumentales para los analitos del anexo IV (transiciones)
86257	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorobencilato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
86258	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Demeton S	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro, ya que este último no está incluido en las condiciones instrumentales para los analitos del anexo IV (transiciones)
86259	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Disulfoton	Rechazado	ALCANCE SOLICITADO PRESENTA INCONSISTENCIA TÉCNICA	El método no aplica al parámetro, ya que este último no está incluido en las condiciones instrumentales para los analitos del anexo IV (transiciones)
86260	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometron	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	

86261	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions	Prometron	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
86262	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions	Prometron	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
86263	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions	Prometron	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
86264	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions	Prometron	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
86265	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dialato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

86266	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dialato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
86267	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dialato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
86268	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dialato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
86269	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dialato	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

MODIFICA PARCIALMENTE RESOLUCIONES EXENTAS QUE INDICA A FIN DE ADECUAR ALCANCES AUTORIZADOS A LA ETFA AGQ CHILE S.A., SUCURSAL AGQ CHILE S.A. E INICIA PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 477

Santiago, 29 de marzo de 2022

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N°31, de 8 de octubre de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra Superintendente del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 2124, de 30 de septiembre de 2021, que fija organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°126, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°127, de 25 de enero de 2019, que dicta instrucción de carácter general que establece directrices generales para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; y en la Resolución Nº7, de 2019 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. La Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente SMA o superintendencia) es el servicio público creado para ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los instrumentos de carácter ambiental que dispone la ley, así como imponer sanciones en caso que se constaten infracciones que sean de su competencia.

2. Que, la letra c) del artículo 3° de la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente faculta a este servicio para contratar labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las resoluciones de calificación ambiental, planes de prevención y, o de descontaminación ambiental, de las normas de calidad ambiental y normas de emisión y de los planes de manejo, a terceros idóneos debidamente autorizados.

3. Que, la citada letra c) del artículo 3° de la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente prescribió que los requisitos y procedimientos para la certificación, autorización y control de las entidades técnicas de fiscalización ambiental serían establecidos en un reglamento, el que se encuentra contenido en el decreto supremo N°38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, mediante el cual se "Aprueba reglamento de entidades técnicas de fiscalización ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente" (en adelante e indistintamente, reglamento ETFA).

4. Que, en el artículo 3° del reglamento ETFA se establecieron los requisitos que todo solicitante debe cumplir para obtener una autorización como entidad técnica de fiscalización ambiental (en adelante e indistintamente, ETFA).

5. Que, mediante la resolución exenta N°126, de 2019, publicada en el Diario Oficial, el 31 de enero de 2019, se dictó la instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental, siendo uno de ellos que los alcances autorizados cuenten con acreditación ISO 17025 o ISO 17020, según corresponda.

6. Que, **AGQ CHILE S.A.**, sucursal AGQ CHILE S.A. (código ETFA 004-01) fue autorizada para actuar como ETFA, en régimen provisorio, mediante la resolución exenta N°1216, de 28 de diciembre de 2015.

7. Que, la ETFA, a través de la resolución exenta Nº1262, del 30 de diciembre de 2016. Posteriormente su autorización fue renovada el año 2019 y cuya última ampliación fue el año 2021. El detalle del historial de autorizaciones de la ETFA es el siguiente:

Razón social	Nombre sucursal	Número de resolución	Fecha resolución	Tipo de solicitud
AGQ CHILE S.A.	AGQ CHILE S.A.	1262	30-12-2016	Traspaso a régimen normal
		329	16-03-2018	Ampliación
		1	02-01-2019	Renovación
		678	16-05-2019	Ampliación
		906	29-05-2020	Ampliación
		377	23-02-2021	Ampliación

8. Que, el reglamento establece, en su artículo 15 letra h), que las ETFA autorizadas deben someterse, según el alcance que corresponda a ejercicios de intercomparación o ensayos de aptitud, para efectos de mantener o renovar sus autorizaciones.

9. Que, el segundo semestre del año 2019, se ejecutó un ensayo de aptitud dirigido a las ETFA autorizadas en "metales totales" en "suelo" (EA-SMA-03-19), del que en junio del 2020 se publicó el Informe de Resultados Ensayo de Aptitud (Proficiency Test) EA-SMA-03-19, con los resultados del ensayo, los cuales indicaron que los

resultados de las ETFA fueron sustancialmente diferentes a la muestra de referencia, concluyéndose que, de las ETFA participantes (códigos 004-01, 011-01, 015-01, 016-01, 022-01 y 029-02), cinco aplicaron una metodología que no estaba orientada a la determinación de metales totales y una de ellas (código 011-01) utilizó un método no autorizado para la matriz objeto del ensayo de aptitud, por lo que existen inconsistencias con lo indicado en sus acreditaciones las que están otorgadasa metales totales.

10. Que, como consecuencia de lo anterior, la Sección de Conformidad Ambiental realizó una revisión de los certificados de acreditación de los organismos de acreditación asociados a los alcances respectivos (para suelos y matrices asimilables como lodos y sedimentos) para todas las ETFA, para constatar si estos alcances habían sufrido modificaciones.

11. Que, mediante resolución exenta N°1735, de 4 de agosto de 2021, notificada por correo electrónico el día 5 del mismo mes y año- se requirió a la ETFA allegar la documentación que diera cuenta de la corrección de los alcances señalados en dicho documento, confiriéndose un plazo de 6 meses para ello.

12. Que, con fecha 11 de enero de 2022, la ETFA AGQ CHILE S.A., sucursal AGQ CHILE S.A., código ETFA 004-01, ingresó su carta solicitando adecuación de los alcances involucrados, según su acreditación contenida en el certificado TL-513 emitido por International Accreditation services (IAS). El 27 de enero la ETFA ingresó una carta solicitando extensión de plazo de 30 días hábiles para presentar los antecedentes asociados a la Res Ex 1735, lo que fue otorgado notificándose por medio de la Resolución Exenta 157/2022 notificada el 1 de febrero de 2022. Finalmente, el 21 de febrero de 2022, la ETFA ingresó su carta AGQ-LABS-21 solicitando la adecuación de los alcances involucrados, según su acreditación contenida en el certificado TL-513 emitido por International Accreditation services (IAS).

13. Que, por memorando N°9887, de 18 de marzo de 2022, el jefe de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental envió el **"INFORME TÉCNICO PARA ADECUACIÓN DE ALCANCES AUTORIZADOS ASOCIADOS A METALES TOTALES DE AGQ CHILE S.A.- SUCURSAL AGQ CHILE S.A."**, del 17 del mismo mes y año, en el cual se concluye que *"la solicitud de adecuación de los alcances autorizados en metales totales para las matrices lodos, suelos, sedimentos acuáticos, sedimentos lacustres y sedimentos marinos, es procedente, toda vez que estos alcances han sido actualizados en el certificado de acreditación internacional TL-513, descargado el 16 de marzo de 2022 desde la página web de IAS, por lo que son consistentes desde el punto de vista técnico. Se constató que los alcances involucrados en lodos, suelos, sedimentos acuáticos, sedimentos lacustres y sedimentos marinos, fueron corregidos en sus acreditaciones. Se detectó duplicidad de alcances autorizados: código 69225 duplicado con el alcance código 78754; y el alcance código 69243 duplicado con el alcance código 78756*", y recomienda aceptar la solicitud de la ETFA, de adecuación de los 165 de los 167 alcances autorizados individualizados en el punto 3 (Tabla 2) y reemplazarlos por los indicados en el punto 4 (Tabla 3), a excepción de los alcances códigos 78754 y 78756.

R E S O L U C I Ó N :

1º. MODIFÍCASE la resolución exenta N°1, de 2019 y las demás que correspondan a la **ETFA AGQ Chile S.A.**, en orden a adecuar los alcances en ella autorizados, por los que se señalan a continuación, de acuerdo al "Informe técnico para adecuación de alcances autorizados asociados a metales totales de AGQ CHILE S.A., sucursal AGQ CHILE S.A.", que forma parte integrante de esta:

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
46059	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Hierro	TL-513 (IAS)
46068	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Potasio	TL-513 (IAS)
69172	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Antimonio	TL-513 (IAS)
69173	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Arsénico	TL-513 (IAS)
69174	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Berilio	TL-513 (IAS)
69175	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Bismuto	TL-513 (IAS)
69176	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Cadmio	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69177	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Cobalto	TL-513 (IAS)
69178	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Cromo	TL-513 (IAS)
69179	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Estaño	TL-513 (IAS)
69180	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Litio	TL-513 (IAS)
69181	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Mercurio	TL-513 (IAS)
69182	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Molibdeno	TL-513 (IAS)
69183	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Níquel	TL-513 (IAS)
69184	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Plata	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69185	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Plomo	TL-513 (IAS)
69186	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Selenio	TL-513 (IAS)
69187	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Talio	TL-513 (IAS)
69189	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Vanadio	TL-513 (IAS)
69190	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Antimonio	TL-513 (IAS)
69191	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Arsénico	TL-513 (IAS)
69192	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Berilio	TL-513 (IAS)
69193	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Bismuto	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69194	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Cadmio	TL-513 (IAS)
69195	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Cobalto	TL-513 (IAS)
69196	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Cromo	TL-513 (IAS)
69197	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Estaño	TL-513 (IAS)
69198	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Litio	TL-513 (IAS)
69199	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Mercurio	TL-513 (IAS)
69200	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Molibdeno	TL-513 (IAS)
69201	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Níquel	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69202	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Plata	TL-513 (IAS)
69203	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Plomo	TL-513 (IAS)
69204	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Selenio	TL-513 (IAS)
69205	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Talio	TL-513 (IAS)
69207	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Vanadio	TL-513 (IAS)
69208	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Arsénico	TL-513 (IAS)
69209	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Berilio	TL-513 (IAS)
69210	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Bismuto	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69211	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Cadmio	TL-513 (IAS)
69212	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Cobalto	TL-513 (IAS)
69213	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Cromo	TL-513 (IAS)
69214	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Estaño	TL-513 (IAS)
69215	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Litio	TL-513 (IAS)
69216	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Mercurio	TL-513 (IAS)
69217	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Molibdeno	TL-513 (IAS)
69218	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Níquel	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69219	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Plata	TL-513 (IAS)
69220	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Plomo	TL-513 (IAS)
69221	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Selenio	TL-513 (IAS)
69222	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Talio	TL-513 (IAS)
69224	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Vanadio	TL-513 (IAS)
69225	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Antimonio	TL-513 (IAS)
69226	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Arsénico	TL-513 (IAS)
69227	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Berilio	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69228	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Bismuto	TL-513 (IAS)
69229	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Cadmio	TL-513 (IAS)
69230	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Cobalto	TL-513 (IAS)
69231	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Cromo	TL-513 (IAS)
69232	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Estaño	TL-513 (IAS)
69233	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Litio	TL-513 (IAS)
69234	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Mercurio	TL-513 (IAS)
69235	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Molibdeno	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69236	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Níquel	TL-513 (IAS)
69237	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Plata	TL-513 (IAS)
69238	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Plomo	TL-513 (IAS)
69239	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Selenio	TL-513 (IAS)
69240	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Talio	TL-513 (IAS)
69242	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Vanadio	TL-513 (IAS)
69243	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Antimonio	TL-513 (IAS)
69244	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Arsénico	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69245	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Berilio	TL-513 (IAS)
69246	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Bismuto	TL-513 (IAS)
69247	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Cadmio	TL-513 (IAS)
69248	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Cobalto	TL-513 (IAS)
69249	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Cromo	TL-513 (IAS)
69250	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Estaño	TL-513 (IAS)
69251	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Litio	TL-513 (IAS)
69252	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Mercurio	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69253	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Molibdeno	TL-513 (IAS)
69254	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Níquel	TL-513 (IAS)
69255	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Plata	TL-513 (IAS)
69256	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Plomo	TL-513 (IAS)
69257	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Selenio	TL-513 (IAS)
69258	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Talio	TL-513 (IAS)
69260	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Vanadio	TL-513 (IAS)
69261	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Aluminio	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69262	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Azufre	TL-513 (IAS)
69263	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Bario	TL-513 (IAS)
69264	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Boro	TL-513 (IAS)
69265	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Calcio	TL-513 (IAS)
69266	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Cinc	TL-513 (IAS)
69267	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Cobre	TL-513 (IAS)
69268	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Estroncio	TL-513 (IAS)
69269	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Fósforo	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69270	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Magnesio	TL-513 (IAS)
69271	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Manganeso	TL-513 (IAS)
69272	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Silicio	TL-513 (IAS)
69273	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Sodio	TL-513 (IAS)
69274	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Titanio	TL-513 (IAS)
69275	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Aluminio	TL-513 (IAS)
69276	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Azufre	TL-513 (IAS)
69277	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Bario	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69278	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Boro	TL-513 (IAS)
69279	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Calcio	TL-513 (IAS)
69280	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Cinc	TL-513 (IAS)
69281	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Cobre	TL-513 (IAS)
69282	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Estroncio	TL-513 (IAS)
69283	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Fósforo	TL-513 (IAS)
69284	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Hierro	TL-513 (IAS)
69285	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Magnesio	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69286	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Manganeso	TL-513 (IAS)
69287	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Potasio	TL-513 (IAS)
69288	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Silicio	TL-513 (IAS)
69289	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Titanio	TL-513 (IAS)
69290	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Aluminio	TL-513 (IAS)
69291	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Azufre	TL-513 (IAS)
69292	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Bario	TL-513 (IAS)
69293	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Boro	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69294	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Calcio	TL-513 (IAS)
69295	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Cinc	TL-513 (IAS)
69296	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Cobre	TL-513 (IAS)
69297	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Estroncio	TL-513 (IAS)
69298	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Fósforo	TL-513 (IAS)
69299	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Hierro	TL-513 (IAS)
69300	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Magnesio	TL-513 (IAS)
69301	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Manganeso	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69302	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Potasio	TL-513 (IAS)
69303	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Silicio	TL-513 (IAS)
69304	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Sodio	TL-513 (IAS)
69305	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Titanio	TL-513 (IAS)
69306	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Aluminio	TL-513 (IAS)
69307	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Azufre	TL-513 (IAS)
69308	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Bario	TL-513 (IAS)
69309	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Boro	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69310	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Calcio	TL-513 (IAS)
69311	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Cinc	TL-513 (IAS)
69312	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Cobre	TL-513 (IAS)
69313	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Estroncio	TL-513 (IAS)
69314	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Fósforo	TL-513 (IAS)
69315	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Hierro	TL-513 (IAS)
69316	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Magnesio	TL-513 (IAS)
69317	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Manganeso	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69318	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Potasio	TL-513 (IAS)
69319	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Silicio	TL-513 (IAS)
69320	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Sodio	TL-513 (IAS)
69321	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Titanio	TL-513 (IAS)
69322	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Aluminio	TL-513 (IAS)
69323	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Azufre	TL-513 (IAS)
69324	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Bario	TL-513 (IAS)
69325	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Boro	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69326	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Calcio	TL-513 (IAS)
69327	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Cinc	TL-513 (IAS)
69328	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Cobre	TL-513 (IAS)
69329	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Estroncio	TL-513 (IAS)
69330	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Fósforo	TL-513 (IAS)
69331	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Hierro	TL-513 (IAS)
69332	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Magnesio	TL-513 (IAS)
69333	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Manganeso	TL-513 (IAS)

Código alcance	Actividad	Componente	Área técnica o aplicación	Subárea o producto	Método tratamiento muestras	Método propio	Parámetro	Código certificado acreditación
69334	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Potasio	TL-513 (IAS)
69335	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Silicio	TL-513 (IAS)
69336	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Sodio	TL-513 (IAS)
69337	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Titanio	TL-513 (IAS)
78752	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-325 (Rev.19) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Antimonio	TL-513 (IAS)
78758	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	PE-150 (Rev. 18) Digestion de muestras por bloque digestor. Basado en EPA 3050B "Acid Digest of Sediments, Sludges, and Soils"; SM 3030E. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ed edition. Nitric acid digestion	PE-951 (Rev.11) Metales en suelos, sedimentos y lodos. Basado en EPA method 200.7	Sodio	TL-513 (IAS)

2º. INÍCIASE PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN PARCIAL según dispone el artículo 12 letra a) en relación al artículo 3 letra c), ambos del reglamento ETFA y a lo dispuesto en el punto 5.2.1 letra e) de la resolución exenta N°126, de 2019, respecto de los alcances códigos 78754 y 78756, los que están duplicados con los alcances códigos 69225 y 69243 respectivamente.

3º. CONFIÉRASE un plazo de diez días hábiles a la interesada, para formular sus alegaciones respecto del procedimiento revocación a que se refiere el resuelvo previo de la presente resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 del reglamento ETFA.

4º. DESÍGNASE como instructor de este procedimiento a don Lukas Moenne, abogado, a contrata, asimilado a grado 11 de la Escala de Organismos de Fiscalización.

5º. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA, dado que, actualmente, los funcionarios de la SMA se encuentran acogidos, en su mayoría, al teletrabajo, se solicita que en su primera presentación indique una casilla de correo electrónico, en la cual la ETFA recepcione las notificaciones que se efectúen en el marco del procedimiento que se inicia mediante la dictación de esta resolución. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, se advierte que, es un derecho de la interesada pedir ser notificada personalmente o por carta certificada, lo que deberá manifestar expresamente en su primera presentación.

6º. PUBÍQUESE Y ACTUALÍCESE en el registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, la presente resolución, los alcances específicos modificados y los demás antecedentes que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento ETFA.

7º. NOTIFÍQUESE por correo electrónico a la interesada esta resolución, conforme lo dispuesto en el artículo 30 letra a) de la ley N°19.880.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Emanuel Ibarra Soto

Firmado digitalmente por Emanuel Ibarra Soto
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=METROPOLITANA - REGION METROPOLITANA, l=Santiago, o=Superintendencia del Medio Ambiente, ou=Terminos de uso en www.esign-la.com/acuerdoterceros, title=FISCAL, cn=Emanuel Ibarra Soto, email=emanuel.ibarra@sma.gob.cl
Fecha: 2022.03.29 16:43:20 -03'00'

EMANUEL IBARRA SOTO
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE

BMA/MVS

ADJ.: "Informe técnico para adecuación de alcances autorizados asociados a metales totales de AGQ CHILE S.A.- sucursal AGQ CHILE S.A.", de 17 de marzo de 2022

Notifíquese por correo electrónico:
- jesus.martinez@agqlabs.com
- pamela.munoz@agqlabs.com

Distribución:
- Gabinete
- División de Fiscalización y Conformidad Ambiental
- Sección de Conformidad Ambiental
- Fiscal
- Departamento Jurídico
- registroentidades@sma.gob.cl
- Oficinas regionales
- Oficina de Partes y Archivos

Exp. N°3630/22

CADUCA PARCIALMENTE ALCANCES AUTORIZADOS A LA ETFA AGQ CHILE S.A., RESPECTO DE SU SUCURSAL AGQ CHILE S.A. Y MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N°1, DE 2019 Y LAS DEMÁS QUE CORRESPONDAN.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 811

Santiago, 30 de mayo de 2022

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Exento N° 118894/55/2022, que establece el orden de subrogación del cargo de Superintendente del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N˚2124, de 30 de septiembre de 2021, que Fija organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°2393, de 1 de diciembre de 2020, que modifica Resolución Exenta N°1623, de 2018 que establece organización interna funcional de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente y crea Sección de Conformidad Ambiental; en la Resolución Exenta N°575, de 18 de abril de 2022, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°574, de 18 de abril de 2022, que dicta instrucción de carácter general la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; y en la Resolución Nº7, de 2019 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Superintendencia del Medio Ambiente fue creada -en virtud del artículo segundo de la ley N°20.417 (en adelante e indistintamente, ley orgánica o Losma)- como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio del Medio Ambiente y tiene por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las resoluciones de calificación ambiental, de las medidas de los planes de prevención y,o de descontaminación ambiental, del contenido de las normas de calidad ambiental y normas de emisión, y de los planes de manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley, correspondiéndole, de manera exclusiva, imponer sanciones de conformidad a lo señalado en su ley orgánica.

2. Que, la letra c) del artículo 3° de la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente faculta a este servicio para contratar labores de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y medidas de las resoluciones de calificación ambiental, planes de prevención y, o de descontaminación ambiental, de las normas de calidad ambiental y normas de emisión y de los planes de manejo, a terceros idóneos debidamente certificados.

3. Que, la citada letra c) del artículo 3° de la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, además, prescribió que los requisitos y procedimientos para la certificación, autorización y control de las entidades técnicas de fiscalización ambiental (en adelante e indistintamente, ETFA) serían establecidos en un reglamento, el que se encuentra contenido en el decreto supremo N°38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que "Aprueba reglamento de entidades técnicas de fiscalización ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente" (en adelante e indistintamente, reglamento ETFA).

4. Que, mediante resolución exenta N°1, de fecha 2 de enero de 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, la superintendencia o servicio) renovó –a partir del 4 de enero de ese año- la autorización de **AGQ Chile S.A.** (en adelante e indistintamente, ETFA) para actuar como entidad técnica de fiscalización ambiental respecto de su sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, en los alcances indicados en el informe final de evaluación que forma parte de ese acto administrativo.

5. Que, a través de la resolución exenta N°678, de 16 de mayo de 2019, la superintendencia autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

6. Que, por resolución exenta N°1531, de 5 de noviembre de 2019, se acogió parcialmente un recurso de reposición, incoado por la ETFA, en contra de los alcances denegados por la resolución exenta N°678, de 2019, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

7. Que, en el resuelvo primero de la resolución exenta N°689, de 30 de abril de 2020, la superintendencia revocó parcialmente las resoluciones exentas N°1 y N°678, ambas de 2019, eliminando los alcances referidos a "determinaciones matemáticas o determinaciones aritméticas (cálculo)", que allí se indican.

8. Que, a través de la resolución exenta N°906, de 29 de mayo de 2020, la superintendencia autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

9. Que, por resolución exenta N°1340, de 4 de agosto de 2020, se acogió parcialmente un recurso de reposición, incoado por la ETFA, en contra de los alcances denegados por la resolución exenta N°906, de 2020, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

10. Que, por resolución exenta N°377, de 23 de febrero de 2021, la SMA autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

11. Que, a través de la resolución exenta N°1287, del 14 de junio de 2021, se acogió totalmente un recurso de reposición interpuesto por la ETFA, en contra de los alcances denegados por la resolución exenta N° 377, de 2021, autorizándose los alcances identificados en ese acto administrativo.

12. Que, por resolución exenta N°312, de 4 de marzo de 2022, la SMA autorizó una ampliación de alcances conforme lo indicado en el informe final de evaluación, respecto la sucursal AGQ Chile S.A., de la ETFA.

13. Que, mediante las resoluciones exentas N°731, de 30 de marzo de 2021 -notificada por correo electrónico, el día el 31 del mismo mes y año- y N°1887, de 23 de agosto de 2021 -notificada el 24 del mismo mes y año-, la SMA caducó parcialmente la renovación de la autorización concedida a la ETFA, por medio de la resolución exenta N°1, de 2019 y en las demás que correspondan, respecto de los alcances que se indican en los señalados actos administrativos.

14. Que, por carta recepcionada el 24 de septiembre de 2021, suscrita por doña Melba Huerta Sepúlveda, en representación de la ETFA, comunicó la renuncia de una serie de alcances relacionados al método propio PC-204, acreditado en el certificado TL 513, emitido por el Servicio Internacional de Acreditación (IAS), sin expresión de causa.

15. Que, por carta recepcionada el 25 de octubre de 2021, suscrita por doña Melba Huerta Sepúlveda, en representación de la ETFA, comunicó la renuncia de una serie de alcances relacionados al método propio “PC-342 (Rev. 3) Determination of Geosmin and MIB using Solid-Phase Microextraction (SPME) and GC-MS-MS ´s”, acreditado en el certificado TL 513, emitido por el Servicio Internacional de Acreditación (IAS), sin expresión de causa.

16. Que, como cuestión previa, es dable hacer presente que el artículo 22 de la Ley N° 19.880, faculta a los interesados para actuar por medio de apoderados, quienes deberán contar al efecto con un poder otorgado por escritura pública o documento privado suscrito ante notario, formalidad que, en la especie, no ha acreditado la solicitante; sin perjuicio de lo cual, este superintendente igualmente se pronunciará sobre la materia planteada.

17. Que, al respecto el artículo 11 letra d) del reglamento ETFA, se estableció que la autorización como entidad técnica de fiscalización ambiental podrá caducar en caso de la existencia de una comunicación del cese voluntario y definitivo de prestación de las actividades objeto de la misma.

18. Que, mediante memorandos N°45425, de 14 de octubre de 2022 y N°3044, de 25 de enero de 2022, que forman parte integrante de esta, el jefe de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental remitió los documentos denominados "Informe de alcances renunciados por ETFA", de 14 de octubre de 2021 y de 3 de noviembre de 2021, en los que recomienda acceder a la petición de renuncia de los alcances allí señalados, por lo que dicto la siguiente

R E S O L U C I Ó N :

1º. CADÚCASE PARCIALMENTE la autorización concedida por medio de la resolución exenta N°1, de 2019 y las demás que correspondan a la **ETFA AGQ Chile S.A.**, respecto de los alcances que se indican a continuación, asociados al certificado TL 513, emitido por el Servicio Internacional de Acreditación (IAS), correspondientes a la sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, en virtud de lo previsto en el artículo 11 letra d) del reglamento ETFA:

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
69794	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Alacloro
69800	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	benalaxil
69808	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Captan
69809	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Carbaril
69810	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Cipermetrina
69811	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Ciproconazol
69813	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clodinafop Propargil
69814	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B,	Clordecona

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
					Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	
69815	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorfenvinfos
69816	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorotalonil
69817	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorpirifos etil (clorpirifos)
69819	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dacthal (Clortal-Dimetil)
69823	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dicofol
69825	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Diflufenican
69826	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dimetoato
69834	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	EPTC
69836	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Etoprofos
69837	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fenamifos
69841	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric	Flusilazol

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
					Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	
69842	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Folpet
69849	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metalaxil
69850	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metamidofos
69851	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metidation
69853	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metolacloro
69855	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	metribuzina
69856	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Miclobutanilo
69857	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Mirex
69858	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Molinato
69860	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	o,p- DDT
69861	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	oxifluorfeno

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
69865	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pendimetalina
69866	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pentaclorobenceno
69869	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pirimetanil
69873	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Propizamida
69878	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Tetradifon
69880	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Triclorfon
69894	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Alacloro
69900	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	benalaxil
69908	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Captan
69909	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Carbaril
69910	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Cipermetrina
69911	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas	Ciproconazol

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
					Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	
69913	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clodinafop Propargil
69914	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clordecona
69915	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorfenvinfos
69916	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorotalonil
69917	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorpirifos etil (clorpirifos)
69919	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dacthal (Clortal-Dimetil)
69923	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dicofol
69925	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Diflufenican
69926	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dimetoato
69934	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	EPTC
69936	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Etoprofos

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
69937	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fenamifos
69941	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Flusilazol
69942	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Folpet
69949	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metalaxil
69950	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metamidofos
69951	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metidation
69953	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metolacloro
69955	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	metribuzina
69956	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Miclobutanilo
69957	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Mirex
69958	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Molinato
69960	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas	o,p- DDT

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
					Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	
69961	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	oxifluorfeno
69972	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pendimetalina
69973	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pentaclorobenceno
69976	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pirimetanil
69980	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Propizamida
69985	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Tetradifon
69987	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Triclorfon
69994	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Alacloro
70000	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	benalaxil
70008	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Captan
70009	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Carbaril

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
70010	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Cipermetrina
70011	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Ciproconazol
70013	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clodinafop Propargil
70014	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clordecona
70015	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorfenvinfos
70016	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorotalonil
70017	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorpirifos etil (clorpirifos)
70019	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dacthal (Clortal-Dimetil)
70023	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dicofol
70025	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Diflufenican
70026	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dimetoato
70034	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas	EPTC

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
					Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	
70036	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Etoprofos
70037	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fenamifos
70041	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Flusilazol
70042	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Folpet
70049	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metalaxil
70050	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metamidofos
70051	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metidation
70053	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metolacloro
70055	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	metribuzina
70056	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Miclobutanilo
70057	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Mirex

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
70058	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Molinato
70060	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	o,p- DDT
70061	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	oxifluorfeno
70072	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pendimetalina
70073	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pentaclorobenceno
70076	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pirimetanil
70080	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Propizamida
70085	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Tetradifon
70087	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Triclorfon
70094	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Alacloro
70100	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	benalaxil
70108	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas	Captan

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
					Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	
70109	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Carbaril
70110	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Cipermetrina
70111	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Ciproconazol
70113	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clodinafop Propargil
70114	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clordecona
70115	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorfenvinfos
70116	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorotalonil
70117	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorpirifos etil (clorpirifos)
70119	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dacthal (Clortal-Dimetil)
70123	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dicofol
70125	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Diflufenican

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
70126	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dimetoato
70134	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	EPTC
70136	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Etoprofos
70137	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fenamifos
70141	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Flusilazol
70142	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Folpet
70149	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metalaxil
70150	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metamidofos
70151	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metidation
70153	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metolacloro
70155	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	metribuzina
70156	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas	Miclobutanilo

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
					Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	
70157	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Mirex
70158	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Molinato
70160	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	o,p- DDT
70161	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	oxifluorfeno
70172	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pendimetalina
70173	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pentaclorobenceno
70176	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pirimetanil
70180	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Propizamida
70185	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Tetradifon
70187	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Triclorfon
70236	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Alacloro

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
70242	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	benalaxil
70250	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Captan
70251	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Carbaril
70252	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Cipermetrina
70253	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Ciproconazol
70255	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clodinafop Propargil
70256	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clordecona
70257	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorfenvinfos
70258	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorotalonil
70259	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorpirifos etil (clorpirifos)
70261	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dacthal (Clortal-Dimetil)
70265	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas	Dicofol

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
					Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	
70268	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Diflufenican
70269	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dimetoato
70277	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	EPTC
70279	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Etoprofos
70280	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fenamifos
70284	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Flusilazol
70285	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Folpet
70292	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metalaxil
70293	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metamidofos
70294	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metidation
70296	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metolacloro

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
70298	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	metribuzina
70299	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Miclobutanilo
70300	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Mirex
70301	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Molinato
70303	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	o,p- DDT
70304	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	oxifluorfeno
70315	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pendimetalina
70316	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pentaclorobenceno
70322	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Propizamida
70327	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Tetradifon
70329	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Triclorfon
45001	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-342 (Rev. 3) Determination of Geosmin and MIB using Solid-Phase Microextraction (SPME) and GC-MS-MS ´s	Geosmina

Código Alcance	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea	Método Propio	Parámetro
45002	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	PC-342 (Rev. 3) Determination of Geosmin and MIB using Solid-Phase Microextraction (SPME) and GC-MS-MS´s	Geosmina
45003	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-342 (Rev. 3) Determination of Geosmin and MIB using Solid-Phase Microextraction (SPME) and GC-MS-MS´s	Geosmina
64314	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	PC-342 (Rev. 3) Determination of Geosmin and MIB using Solid-Phase Microextraction (SPME) and GC-MS-MS´s	2-Metilisoborneol (MIB)
64316	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	PC-342 (Rev. 3) Determination of Geosmin and MIB using Solid-Phase Microextraction (SPME) and GC-MS-MS´s	2-Metilisoborneol (MIB)

2º. MODIFÍCASE PARCIALMENTE la resolución exenta N°1, de 2019 y las demás que correspondan, en el sentido de eliminar los alcances caducados en el punto primero resolutivo.

3º. ELIMÍNANSE del Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental los alcances consignados en el punto primero resolutivo de esta resolución, respecto de la sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, de la entidad técnica de fiscalización ambiental AGQ Chile S.A.

4º. NOTIFÍQUESE por correo electrónico a la interesada esta resolución, conforme lo dispuesto en el artículo 30 letra a) de la ley N°19.880.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Emanuel Ibarra Soto

Firmado digitalmente por Emanuel Ibarra Soto
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=METROPOLITANA - REGION METROPOLITANA, l=SANTIAGO, o=Superintendencia del Medio Ambiente, ou=Terminos de uso en www.esign-la.com/acuerdoterceros, title=Fiscal, cn=Emanuel Ibarra Soto, email=emanuel.ibarra@sma.gob.cl
Fecha: 2022.05.30 18:37:53 -04'00'

EMANUEL IBARRA SOTO
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE (S)

JHS/LMS
ADJ.:
"Informe de alcances renunciados por ETFA", de 14 de octubre de 2021
"Informe de alcances renunciados por ETFA", de 03 de noviembre de 2021

Notifíquese por correo electrónico:
- jesus.martinez@agqlabs.com
- pamela.munoz@agqlabs.com

Distribución:
- Gabinete
- División de Fiscalización y Conformidad Ambiental
- Laboratorio de Alta Complejidad
- Fiscal
- Departamento Jurídico
- registroentidades@sma.gob.cl
- Oficinas regionales
- Oficina de Partes y Archivos

Exp. N°23149/21
Exp. N°25609/21

INFORME DE ALCANCES RENUNCIADOS POR LA ETFA

Santiago, 14 de octubre del 2021.

La Superintendencia del Medio Ambiente, a través de la Sección de Conformidad Ambiental, ha realizado la evaluación de los antecedentes ingresados a través de la Oficina de Partes de esta Superintendencia, por la ETFA 004-01 AGQ CHILE S.A. sucursal AGQ CHILE S.A., en relación con su solicitud de renuncia de alcances autorizados, en marco del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Artículo N° 15 del Reglamento D.S. 38/2013 de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental.

1. DATOS GENERALES

Tipo de Solicitud	Renuncia de Alcances autorizados ETFA
Motivo	Renuncia voluntaria a alcance autorizado.
Fecha Ingreso Of. De Partes Documentación ETFA.	24-09-2021
Expediente N°	23.149

2. DATOS DEL SOLICITANTE

CÓDIGO ETFA	004-01
NOMBRE ETFA	AGQ CHILE S.A.

Documentación Adjunta:

- Documento Carta de fecha 24 septiembre 2021: ACTUALIZACION DE LOS ALCANCES AUTORIZADOS – ANEXO I

2. RENUNCIA DE ALCANCES

Tabla 1. Detalle de alcances renunciados ETFA 004-01

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
69794	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Alacloro	TL 513
69800	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	benalaxil	TL 513
69808	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Captan	TL 513
69809	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass	Carbaril	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
69810	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Cipermetrina	TL 513
69811	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Ciproconazol	TL 513
69813	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clodinafop Propargil	TL 513
69814	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator	Clordecona	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							funnel Liq-Liq Extractions.		
69815	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorfenvinfos	TL 513
69816	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorotalonil	TL 513
69817	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorpirifos etil (clorpirifos)	TL 513
69819	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dacthal (Clortal-Dimetil)	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
69823	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dicofol	TL 513
69825	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Diflufenican	TL 513
69826	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dimetoato	TL 513
69834	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	EPTC	TL 513
69836	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water	Etoprofos	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
69837	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fenamifos	TL 513
69841	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Flusilazol	TL 513
69842	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Folpet	TL 513
69849	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass	Metalaxil	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
69850	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metamidofos	TL 513
69851	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metidation	TL 513
69853	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metolacloro	TL 513
69855	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator	metribuzina	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							funnel Liq-Liq Extractions.		
69856	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Miclobutanilo	TL 513
69857	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Mirex	TL 513
69858	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Molinato	TL 513
69860	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	o,p- DDT	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
69861	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	oxifluorfeno	TL 513
69865	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pendimetalin a	TL 513
69866	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pentaclorobe nceno	TL 513
69869	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pirimetanil	TL 513
69873	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water	Propizamida	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
69878	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Tetradifon	TL 513
69880	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Triclorfon	TL 513
69894	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Alacloro	TL 513
69900	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass	benalaxil	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
69908	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Captan	TL 513
69909	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Carbaril	TL 513
69910	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Cipermetrina	TL 513
69911	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator	Ciproconazol	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							funnel Liq-Liq Extractions.		
69913	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clodinafop Propargil	TL 513
69914	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clordecona	TL 513
69915	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorfenvinfos	TL 513
69916	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorotalonil	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
69917	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorpirifos etil (clorpirifos)	TL 513
69919	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dacthal (Clortal-Dimetil)	TL 513
69923	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dicofol	TL 513
69925	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Diflufenican	TL 513
69926	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water	Dimetoato	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
69934	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	EPTC	TL 513
69936	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Etoprofos	TL 513
69937	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fenamifos	TL 513
69941	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass	Flusilazol	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
69942	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Folpet	TL 513
69949	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metalaxil	TL 513
69950	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metamidofos	TL 513
69951	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator	Metidation	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							funnel Liq-Liq Extractions.		
69953	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metolacloro	TL 513
69955	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	metribuzina	TL 513
69956	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Miclobutanilo	TL 513
69957	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Mirex	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
69958	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Molinato	TL 513
69960	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	o,p- DDT	TL 513
69961	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	oxifluorfeno	TL 513
69972	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pendimetalin a	TL 513
69973	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water	Pentaclorobe	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	nceno	
69976	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pirimetanil	TL 513
69980	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Propizamida	TL 513
69985	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Tetradifon	TL 513
69987	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass	Triclorfon	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
69994	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Alacloro	TL 513
70000	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	benalaxil	TL 513
70008	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Captan	TL 513
70009	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator	Carbaril	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							funnel Liq-Liq Extractions.		
70010	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Cipermetrina	TL 513
70011	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Ciproconazol	TL 513
70013	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clodinafop Propargil	TL 513
70014	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clordecona	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
70015	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorfenvinfos	TL 513
70016	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorotalonil	TL 513
70017	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorpirifos etil (clorpirifos)	TL 513
70019	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dacthal (Clortal-Dimetil)	TL 513
70023	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water	Dicofol	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
70025	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Diflufenican	TL 513
70026	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dimetoato	TL 513
70034	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	EPTC	TL 513
70036	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass	Etoprofos	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
70037	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fenamifos	TL 513
70041	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Flusilazol	TL 513
70042	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Folpet	TL 513
70049	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator	Metalaxil	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							funnel Liq-Liq Extractions.		
70050	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metamidofos	TL 513
70051	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metidation	TL 513
70053	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metolacloro	TL 513
70055	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	metribuzina	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
70056	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Miclobutanil o	TL 513
70057	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Mirex	TL 513
70058	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Molinato	TL 513
70060	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	o,p- DDT	TL 513
70061	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water	oxifluorfeno	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
70072	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pendimetalina	TL 513
70073	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pentaclorobenceno	TL 513
70076	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pirimetanil	TL 513
70080	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass	Propizamida	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
70085	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Tetradifon	TL 513
70087	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Triclorfon	TL 513
70094	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Alacloro	TL 513
70100	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator	benalaxil	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							funnel Liq-Liq Extractions.		
70108	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Captan	TL 513
70109	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Carbaril	TL 513
70110	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Cipermetrina	TL 513
70111	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Ciproconazol	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
70113	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clodinafop Propargil	TL 513
70114	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clordecona	TL 513
70115	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorfenvinfos	TL 513
70116	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorotalonil	TL 513
70117	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water	Clorpirifos etil	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	(clorpirifos)	
70119	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dacthal (Clortal-Dimetil)	TL 513
70123	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dicofol	TL 513
70125	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Diflufenican	TL 513
70126	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass	Dimetoato	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
70134	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	EPTC	TL 513
70136	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Etoprofos	TL 513
70137	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fenamifos	TL 513
70141	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator	Flusilazol	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							funnel Liq-Liq Extractions.		
70142	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Folpet	TL 513
70149	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metalaxil	TL 513
70150	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metamidofos	TL 513
70151	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metidation	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
70153	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metolacloro	TL 513
70155	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	metribuzina	TL 513
70156	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Miclobutanil o	TL 513
70157	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Mirex	TL 513
70158	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water	Molinato	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
70160	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	o,p- DDT	TL 513
70161	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	oxifluorfeno	TL 513
70172	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pendimetalin a	TL 513
70173	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass	Pentaclorobe nceno	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
70176	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pirimetanil	TL 513
70180	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Propizamida	TL 513
70185	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Tetradifon	TL 513
70187	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator	Triclorfon	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							funnel Liq-Liq Extractions.		
70236	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Alacloro	TL 513
70242	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	benalaxil	TL 513
70250	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Captan	TL 513
70251	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Carbaril	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
70252	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Cipermetrina	TL 513
70253	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Ciproconazol	TL 513
70255	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clodinafop Propargil	TL 513
70256	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clordecona	TL 513
70257	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water	Clorfenvinfos	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
70258	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorotalonil	TL 513
70259	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Clorpirifos etil (clorpirifos)	TL 513
70261	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dacthal (Clortal-Dimetil)	TL 513
70265	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass	Dicofol	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
70268	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Diflufenican	TL 513
70269	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Dimetoato	TL 513
70277	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	EPTC	TL 513
70279	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator	Etoprofos	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							funnel Liq-Liq Extractions.		
70280	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Fenamifos	TL 513
70284	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Flusilazol	TL 513
70285	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Folpet	TL 513
70292	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metalaxil	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
70293	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metamidofos	TL 513
70294	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metidation	TL 513
70296	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Metolacloro	TL 513
70298	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	metribuzina	TL 513
70299	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water	Miclobutanil	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	o	
70300	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Mirex	TL 513
70301	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Molinato	TL 513
70303	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	o,p- DDT	TL 513
70304	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass	oxifluorfeno	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.		
70315	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pendimetalina	TL 513
70316	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pentaclorobenceno	TL 513
70322	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Propizamida	TL 513
70327	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator	Tetradifon	TL 513

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
							funnel Liq-Liq Extractions.		
70329	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Triclorfon	TL 513

3. CONCLUSIÓN DE SOLICITUD DE RENUNCIA DE ALCANCES

En base a los antecedentes presentados por la sucursal ETFA 004-01 AGQ CHILE S.A. sucursal AGQ CHILE S.A., y a la evaluación realizada por la Sección de Conformidad Ambiental, se acoge la renuncia de los alcances indicados por la sucursal.

RUBEN VERDUGO CASTILLO

Firmado digitalmente por RUBEN VERDUGO CASTILLO
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=METROPOLITANA - REGION METROPOLITANA, l=SANTIAGO, o=Superintendencia del Medio Ambiente, ou=Terminos de uso en www.esign-la.com/acuerdoterceros, title=JEFE DIVISION, cn=RUBEN VERDUGO CASTILLO, email=rverdugo@sma.gob.cl
Fecha: 2021.10.14 13:49:55 -03'00'

RUBEN VERDUGO CASTIILO
JEFA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y DE CONFORMIDAD AMBIENTAL
SUPERINTENDECIA DEL MEDIO AMBIENTE

MVG/CJT
cc.
Archivo fiscalización
Sección de Conformidad Ambiental.

INFORME DE ALCANCES RENUNCIADOS POR LA ETFA

Santiago, 03 de noviembre del 2021.

La Superintendencia del Medio Ambiente, a través de la Sección de Conformidad Ambiental, ha realizado la evaluación de los antecedentes ingresados a través de la Oficina de Partes de esta Superintendencia, por la ETFA 004-01 AGQ CHILE S.A. sucursal AGQ CHILE S.A., en relación con su solicitud de renuncia de alcances autorizados, en marco del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Artículo N° 15 del Reglamento D.S. 38/2013 de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental.

1. DATOS GENERALES

Tipo de Solicitud	Renuncia de Alcances autorizados ETFA
Motivo	Renuncia voluntaria a alcance autorizado.
Fecha Ingreso Of. De Partes Documentación ETFA.	25-10-2021
Expediente N°	25.609

2. DATOS DEL SOLICITANTE

CÓDIGO ETFA	004-01
NOMBRE ETFA	AGQ CHILE S.A.

Documentación Adjunta:

- Documento Carta de fecha 25 octubre 2021: ACTUALIZACION DE LOS ALCANCES AUTORIZADOS – ANEXO I

2. RENUNCIA DE ALCANCES

Tabla 1. Detalle de alcances renunciados ETFA 004-01

CÓDIGO ALCANCE	ACTIVIDAD	COMPONENTE	APLICACIÓN	SUBÁREA O PRODUCTO	MÉTODO	MÉTODO TRATAMIENTO DE MUESTRA	MÉTODO PROPIO	PARÁMETRO	CERTIFICADO
45001	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-342 (Rev. 3) Determination of Geosmin and MIB using Solid-Phase Microextraction (SPME) and GC-MS-MS ´s	Geosmina	TL-513
45002	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-342 (Rev. 3) Determination of Geosmin and MIB using Solid-Phase Microextraction (SPME) and GC-MS-MS ´s	Geosmina	TL-513
45003	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-342 (Rev. 3) Determination of Geosmin and MIB using Solid-Phase Microextraction (SPME) and GC-MS-MS ´s	Geosmina	TL-513
64314	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-342 (Rev. 3) Determination of Geosmin and MIB using Solid-Phase Microextraction (SPME) and GC-MS-MS ´s	2-Metilisoborneol (MIB)	TL-513
64316	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-342 (Rev. 3) Determination of Geosmin and MIB using Solid-Phase Microextraction (SPME) and GC-MS-MS ´s	2-Metilisoborneol (MIB)	TL-513

Superintendencia del Medio Ambiente
Sección de Conformidad Ambiental/ETFA-REG-12 V.01
Teatinos 280, pisos 7,8 y 9, Santiago – Chile | (56)26171800 | registroentidades@sma.gob.cl | www.sma.gob.cl

3. CONCLUSIÓN DE SOLICITUD DE RENUNCIA DE ALCANCES

En base a los antecedentes presentados por la sucursal ETFA 004-01 AGQ CHILE S.A. sucursal AGQ CHILE S.A., y a la evaluación realizada por la Sección de Conformidad Ambiental, se acoge la renuncia de los alcances indicados por la sucursal.

RUBEN VERDUGO CASTILLO

Firmado digitalmente por RUBEN VERDUGO CASTILLO
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=METROPOLITANA - REGION METROPOLITANA, l=SANTIAGO, o=Superintendencia del Medio Ambiente, ou=Terminos de uso en www.esign-la.com/acuerdoterceros, title=JEFE DIVISION, cn=RUBEN VERDUGO CASTILLO, email=rverdugo@sma.gob.cl
Fecha: 2021.11.03 14:37:23 -03'00'

RUBEN VERDUGO CASTIILO
JEFA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y DE CONFORMIDAD AMBIENTAL
SUPERINTENDECIA DEL MEDIO AMBIENTE

AVT/JHL
cc.
Archivo fiscalización
Sección de Conformidad Ambiental.

RENUEVA AUTORIZACIÓN DE AGQ CHILE S.A. COMO ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

RESOLUCIÓN EXENTA N° 2331

Santiago, 30 de diciembre de 2022

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Exento N° 118894/55/2022, que establece el orden de subrogación del cargo de Superintendente del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N˚2124, de 30 de septiembre de 2021, que Fija organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°2393, de 1 de diciembre de 2020, que modifica Resolución Exenta N°1623, de 2018 que establece organización interna funcional de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente y crea Sección de Conformidad Ambiental; en la Resolución Exenta N°575, de 18 de abril de 2022, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°574, de 18 de abril de 2022, que dicta instrucción de carácter general la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; y en la Resolución Nº7, de 2019 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante resolución exenta N°1, de fecha 2 de enero de 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, la superintendencia o SMA) renovó la autorización otorgada -a contar del 4 de enero de ese año- a **AGQ Chile S.A.** (en adelante e indistintamente, la ETFA), para actuar como entidad técnica de fiscalización ambiental respecto de su sucursal AGQ CHILE S.A., código ETFA 004-01, en los alcances indicados en los informes finales de evaluación que forman parte de ese acto administrativo.

2. Que, posteriormente, y a través de las resoluciones exentas N° 678, de fecha 16 de mayo, y N° 1531, de 5 de noviembre, ambas de 2019; N° 906, de fecha 25 de mayo y N°1340, de 4 de agosto, ambas de 2020; N° 377, de fecha 23 de febrero y N° 1287, del 14 de junio, ambas de 2021; N° 312, del 4 de marzo de 2022, fueron ampliados los alcances autorizados a la ETFA. De la misma manera, mediante la resolución N° 477, del 29 de marzo de 2022, fueron adecuados y revocados algunos de los alcances autorizados a la ETFA.

3. Que, mediante el memorando N° 32547, de fecha 5 de agosto de 2022, la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental solicitó al Departamento Jurídico la elaboración de un informe de evaluación de cumplimiento legal de los antecedentes presentados por la ETFA, el cual fue emitido con fecha 30 de septiembre de 2022, mediante el memorando N° 41460, indicándose que esta última había cumplido con lo dispuesto en el artículo 3° del reglamento ETFA, así como con los puntos 5.5.ii de la resolución exenta N°575, de 2022.

4. Que, a la fecha de dictación del presente acto, los requisitos para la renovación de las autorizaciones de las entidades técnicas de fiscalización ambiental se encuentran establecidos en la resolución exenta N°575, de 2022, mediante la que se dictó la instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental y de los inspectores ambientales, así como también los requisitos para la renovación de esas autorizaciones.

5. Que, por memorando N° 55333, del 26 de diciembre de 2022, la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental envió el "Segundo Informe Solicitud de Renovación de Autorización ETFA AGQ Chile S.A.", de fecha 26 de diciembre de 2022, respecto de la solicitud de renovación solicitada, señalando haber revisado los antecedentes evaluados respecto de los certificados de acreditación AA-791, LE-667, TL-513 y LE-739, recomendando "(…) *la renovación de aquellos alcances identificados en el registro público de la SMA, correspondiente a la resolución Nº 01/2019 de renovación de la autorización ETFA; a las resoluciones 678/2019, 906/202, 377/2021 y 312/2022 de ampliación de alcances; a las resoluciones 1531/2019, 1340/2020, 1287/2021 las cuales resuelven recursos de reposición ingresados por la ETFA, resolución exenta 477/2022 que adecua y revoca alcances; a excepción de aquellos alcances individualizados en el punto 3.0 del presente informe, los cuales no dan cumplimiento a las directrices establecidas"*.

6. Que, los fundamentos para autorizar la renovación de autorización solicitada se encuentran en el "Segundo Informe Solicitud de Renovación de Autorización ETFA AGQ Chile S.A.", el cual será notificado en conjunto con la presente resolución y posteriormente publicado, junto con ésta, en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, por lo que dicto la siguiente

R E S O L U C I Ó N :

1º. RENUÉVASE la autorización conferida a AGQ CHILE S.A., para actuar como entidad técnica de fiscalización ambiental, respecto de la sucursal que se indica a continuación, por un lapso de 4 años, a partir del 3 de enero de 2023:

FECHA DE SOLICITUD	2 de agosto de 2022	**RUT**	96.964.370-7
NOMBRE SUCURSAL	AGQ Chile S.A.		
DIRECCIÓN SUCURSAL	Industriales N° 697, comuna de Huechuraba, región Metropolitana		

2º. PREVIÉNESE que la presente renovación se otorga para todos los alcances autorizados en la resolución exenta N° 1, de 2019 y en las demás que corresponda, según indica el "Segundo Informe Solicitud de Renovación de Autorización ETFA AGQ

Chile S.A.", mas no a los alcances que se indican en la tabla del punto 3 que se encuentra en el mencionado Informe, por las razones que allí se indican.

3º. ADVIÉRTESE que la interesada tendrá un plazo de cinco días hábiles para interponer recurso de reposición, ante la autoridad que suscribe, conforme lo previsto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880.

4º. PUBLÍQUESE Y ACTUALÍCESE en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, la presente resolución, los alcances específicos renovados y los demás antecedentes que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento ETFA.

5º. TÉNGASE PRESENTE el requisito indicado en el literal c) del artículo 3, entendido al alero del artículo 12, ambos del reglamento ETFA, en atención a que la pérdida de vigencia de los certificados que acreditan el cumplimiento del requisito señalado, establecido para poder ser autorizada como ETFA, da lugar a la revocación de la autorización otorgada para cada alcance según corresponda; y que la realización de actividades de fiscalización con certificado de acreditación vencido, origina responsabilidad administrativa, que será sancionada según corresponda y en observancia de la ley.

6º. NOTIFÍQUESE por correo electrónico a la interesada esta resolución junto con el respectivo informe final, conforme lo dispuesto en el artículo 30 letra a) de la ley N°19.880.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Emanuel Ibarra Soto

Firmado digitalmente por Emanuel Ibarra Soto
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=METROPOLITANA - REGION METROPOLITANA, l=SANTIAGO, o=Superintendencia del Medio Ambiente, ou=Terminos de uso en www.esign-la.com/acuerdoterceros, title=Fiscal, cn=Emanuel Ibarra Soto, email=emanuel.ibarra@sma.gob.cl
Fecha: 2022.12.30 17:19:55 -03'00'

EMANUEL IBARRA SOTO
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE (S)

ODLF / CJT / LMS

ADJ.: "Segundo informe solicitud de renovación de autorización ETFA AGQ CHILE S.A." de 26 de diciembre de 2022

Notifíquese por correo electrónico:
- monica.doebbel@agqlabs.com

Distribución:
- Gabinete
- División de Fiscalización y Conformidad Ambiental
- Fiscal
- Departamento Jurídico
- registroentidades@sma.gob.cl
- Oficinas regionales
- Oficina de Partes y Archivos

Exp. N° 28053/2022

SEGUNDO INFORME SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN ETFA AGQ CHILE S.A.

Santiago, 26 de diciembre del 2022

La Superintendencia del Medio Ambiente, ha realizado la evaluación de la solicitud de renovación de autorización de la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) AGQ CHILE S.A., sucursal AGQ CHILE S.A., código ETFA 004-01, cuya autorización fue renovada a través Resolución Exenta N° 01, del 02 de enero de 2019, por un período de 4 años, contados desde el 04 de enero de 2019.

En base a la evaluación realizada para cada alcance autorizado de la ETFA 004-01, el presente informe individualiza aquellos alcances que no dan cumplimiento a las directrices establecidas en el D.S. 38/2013 MMA y en la Resolución Exenta N°575/2022.

1. TIPO DE SOLICITUD

●	Renovación N° 2 de Autorización ETFA	Fecha recepción de Solicitud	04-08-2022
		N° de Expediente Ceropapel	16788

2. DATOS DEL SOLICITANTE

CÓDIGO ETFA	004-01
NOMBRE ETFA	AGQ CHILE S.A., sucursal AGQ CHILE S.A.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

3. DETALLE DE EVALUACIÓN DE ALCANCES NO RENOVADO

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
1	8667	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PICH-205 (Rev.3) Determinacion in situ del oxigeno disuelto, basado en UNE-EN 25814:1994	Oxígeno disuelto	AA-791	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
2	32836	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	9222. G. MF Partition Procedures. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Escherichia coli	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
3	34185	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	9222. G. MF Partition Procedures. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Escherichia coli	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
4	34186	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	9222. G. MF Partition Procedures. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Escherichia coli	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
5	34769	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide . 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cianuro total	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra
6	34788	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
7	34789	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra
8	34790	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra
9	34899	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-241 (Rev.16), VOCs en Aguas basado en EPA 5021A	Xilenos	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
10	34908	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-241 (Rev.16), VOCs en Aguas basado en EPA 5021A	Xilenos	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
11	34916	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-241 (Rev.16), VOCs en Aguas basado en EPA 5021A	Xilenos	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
12	34932	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-241 (Rev.16), VOCs en Aguas basado en EPA 5021A	Xilenos	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
13	35041	Muestreo	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PICH-211 Toma de muestras de agua de consumo, fuentes de captación y crudas. Basado en NCh409/2.Of2004, NCh411/6.Of98, NCh411/3:2014 y Superintendencia de Servicios Sanitarios, Manual métodos de	No Aplica	AA-791	Alcance se encuentra duplicado con el alcance código Nº 70672

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								ensayos para agua potable 2a ed., Julio 2007			
14	35223	Muestreo	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PICH-212 Toma de muestras de aguas procedentes de descargas. Basado en, NCh411/10.Of2005 y NCh411/3:2014	No Aplica	AA-791	Alcance se encuentra duplicado con el alcance código N° 70675
15	36423	Muestreo	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PICH-211 Toma de muestras de agua de consumo, fuentes de captación y crudas. Basado en NCh409/2.Of2004, NCh411/6.Of98, NCh411/3:2014 y Superintendencia de Servicios Sanitarios, Manual métodos de ensayos para agua potable 2a ed., Julio 2007	No Aplica	AA-791	Alcance se encuentra duplicado con el alcance código Nº 70671
16	36436	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cianuro total	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra
17	36513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cianuro total	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
18	36633	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cianuro total	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra
19	37309	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	ISO 696:1975. . Surface active agents - Measurement of foaming power - Modified Ross-Miles method. .1975. ISO.	-	-	Poder espumógeno	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
20	37310	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	ISO 696:1975. . Surface active agents - Measurement of foaming power - Modified Ross-Miles method. .1975. ISO.	-	-	Poder espumógeno	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
21	45294	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	ISO 696:1975. . Surface active agents - Measurement of foaming power - Modified Ross-Miles method. .1975. ISO.	-	-	Poder espumógeno	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
22	45312	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cianuro total	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra
23	45313	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cianuro total	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra
24	45388	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorotalonil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
25	45389	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorpirifos etil (clorpirifos)	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
26	45392	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dimetoato	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
27	45408	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Mirex	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
28	45429	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorotalonil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
29	45430	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	Clorpirifos etil (clorpirifos)	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
30	45433	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dimetoato	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
31	45449	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Mirex	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
32	45450	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	o,p- DDT	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
33	45499	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorotalonil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
34	45500	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorpirifos etil (clorpirifos)	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
35	45505	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dimetoato	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
36	45525	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Mirex	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
37	45527	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	o,p- DDT	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
38	45554	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	Clorpirifos etil (clorpirifos)	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
39	45559	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dimetoato	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
40	45579	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Mirex	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
41	45581	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	o,p- DDT	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
42	48946	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorotalonil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
43	64303	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cianuro total	TL-513	El alcance no considera el método de tratamiento de muestra.
44	64304	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cianuro total	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra
45	64305	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cianuro total	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra
46	64306	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cianuro total	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra
47	64310	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra
48	64311	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra
49	64611	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cianuro total	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra
50	64612	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
51	65625	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	9222. G. MF Partition Procedures. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Escherichia coli	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
52	65626	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	9222. G. MF Partition Procedures. Membrane Filter Technique for Members of the Coliform Group . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Escherichia coli	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
53	65813	Muestreo	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PICH-302 (Rev.2) Muestreo de Suelos basado en ISO 10381-2:2002 y NCh 3400:2016	No Aplica	AA-791	Alcance se encuentra duplicado con el alcance código Nº 70681
54	65819	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-Cl. B. Iodometric Method I . Chlorine (Residual) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cloro residual (Cloro total)	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
55	65820	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-Cl. B. Iodometric Method I . Chlorine (Residual) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cloro residual (Cloro total)	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
56	65821	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-Cl. B. Iodometric Method I . Chlorine (Residual) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cloro residual (Cloro total)	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
57	65822	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-Cl. B. Iodometric Method I . Chlorine (Residual) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cloro residual (Cloro total)	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
58	65823	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-Cl. B. Iodometric Method I . Chlorine (Residual) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cloro residual (Cloro total)	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
59	68905	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	IT-689 (Rev.2) Nitrógeno Total	Nitrógeno total	TL-513	Las determinaciones matemáticas o aritméticas (cálculo) no corresponden a actividades de fiscalización ambiental (análisis, medición, muestreo, inspección y verificación), confomre a lo establecido en la Resolución Exenta N° 575/2022.
60	69845	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Indeno(1,2,3-c,d)pireno	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
61	69867	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C,	Pireno	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								Separator funnel Liq-Liq Extractions.			
62	69871	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometrina	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
63	69891	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	α-BHC	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
64	69945	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods.	Indeno(1,2,3-c,d)pireno	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.			
65	69974	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pireno	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
66	69978	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometrina	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
67	69991	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods.	α-BHC	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.			
68	70045	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Indeno(1,2,3-c,d)pireno	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
69	70074	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pireno	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
70	70078	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods.	Prometrina	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.			
71	70091	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	α-BHC	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
72	70145	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Indeno(1,2,3-c,d)pireno	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
73	70174	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods.	Pireno	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.			
74	70178	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometrina	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
75	70191	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	α-BHC	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
76	70267	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods.	Dietil	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.			
77	70288	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Indeno(1,2,3-c,d)pireno	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
78	70317	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pireno	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
79	70320	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods.	Prometrina	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.			
80	70333	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.14), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	α-BHC	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
81	70346	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Alacloro	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
82	70354	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Captan	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
83	70355	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB	Cipermetrina	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
84	70356	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Ciproconazol	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
85	70358	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clodinafop Propargil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
86	70359	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clordecona	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
87	70360	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorfenvinfos	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
88	70362	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dacthal (Clortal-Dimetil)	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
89	70364	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Diflufenican	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
90	70365	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	EPTC	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
91	70366	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Etoprofos	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
92	70367	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	Fenamifos	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
93	70368	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Flusilazol	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
94	70369	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Folpet	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
95	70371	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metalaxil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
96	70372	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metidation	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
97	70373	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metolacloro	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
98	70374	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	metribuzina	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
99	70375	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Miclobutanilo	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
100	70376	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Molinato	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
101	70377	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	oxifluorfeno	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
102	70379	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pendimetalina	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
103	70380	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pentaclorobenceno	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
104	70382	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pirimetanil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
105	70389	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Tetradifon	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
106	70391	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Triclorfon	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
107	70394	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	α-BHC	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
108	70402	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Alacloro	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
109	70409	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Captan	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
110	70410	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	Cipermetrina	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
111	70411	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Ciproconazol	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
112	70413	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clodinafop Propargil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
113	70414	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clordecona	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
114	70415	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorfenvinfos	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
115	70417	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dacthal (Clortal-Dimetil)	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
116	70419	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Diflufenican	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
117	70420	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	EPTC	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
118	70421	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Etoprofos	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
119	70422	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	Fenamifos	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
120	70423	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Flusilazol	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
121	70424	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Folpet	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
122	70426	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metalaxil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
123	70427	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metidation	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
124	70428	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metolacloro	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
125	70429	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	metribuzina	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
126	70430	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Miclobutanilo	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
127	70431	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Molinato	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
128	70432	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	oxifluorfeno	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
129	70441	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pendimetalina	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
130	70442	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pentaclorobenceno	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
131	70444	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pirimetanil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
132	70451	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Tetradifon	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
133	70453	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Triclorfon	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
134	70456	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	α-BHC	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
135	70457	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Alacloro	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
136	70465	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Captan	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
137	70466	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	Cipermetrina	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
138	70467	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Ciproconazol	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
139	70469	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clodinafop Propargil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
140	70470	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clordecona	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
141	70471	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorfenvinfos	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
142	70473	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dacthal (Clortal-Dimetil)	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
143	70475	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Diflufenican	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
144	70476	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	EPTC	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
145	70477	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Etoprofos	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
146	70478	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	Fenamifos	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
147	70479	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Flusilazol	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
148	70480	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Folpet	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
149	70482	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metalaxil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
150	70483	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metidation	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
151	70484	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metolacloro	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
152	70485	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	metribuzina	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
153	70486	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Miclobutanilo	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
154	70487	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Molinato	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
155	70488	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	oxifluorfeno	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
156	70497	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pendimetalina	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
157	70498	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pentaclorobenceno	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
158	70500	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pirimetanil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
159	70507	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Tetradifon	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
160	70509	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Triclorfon	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
161	70512	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	α-BHC	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
162	70513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Alacloro	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
163	70521	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Captan	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
164	70522	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	Cipermetrina	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
165	70523	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Ciproconazol	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
166	70525	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clodinafop Propargil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
167	70526	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clordecona	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
168	70527	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorfenvinfos	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
169	70529	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dacthal (Clortal-Dimetil)	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
170	70531	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Diflufenican	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
171	70532	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	EPTC	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
172	70533	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Etoprofos	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
173	70534	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	Fenamifos	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
174	70535	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Flusilazol	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
175	70536	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Folpet	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
176	70538	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metalaxil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
177	70539	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metidation	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
178	70540	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metolacloro	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
179	70541	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	metribuzina	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
180	70542	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Miclobutanilo	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
181	70543	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Molinato	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
182	70544	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	oxifluorfeno	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
183	70553	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pendimetalina	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
184	70554	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pentaclorobenceno	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
185	70556	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pirimetanil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
186	70563	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Tetradifon	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
187	70565	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Triclorfon	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
188	78754	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PE-325 (Rev.20) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Antimonio total	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
189	78756	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PE-325 (Rev.20) Elementos Totales en Suelos y Lodos por Espectroscopia ICP-MS basado en EPA Method 200.8	Antimonio total	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
190	78759	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
191	78760	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
192	78761	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica	Nitrógeno-Nitrato	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								Basado en EPA Method 300.1			
193	78762	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
194	78763	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
195	78764	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
196	78765	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
197	78766	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
198	78875	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB	α-BHC	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
199	85413	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ME-31-2007. ME-31. Determinación de Solidos disueltos por Método Gravimétrico.. .2007. SISS.	-	-	Sólidos disueltos totales	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
200	85476	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-NH3. F. Phenate Method. NH3 Nitrogen (Ammonia) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Nitrógeno amoniacal (amoníaco)	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
201	85477	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PE-4039 (Rev. 5) Analisis Granulometrico	Granulometría	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
202	85478	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PE-4039 (Rev. 5) Analisis Granulometrico	Granulometría	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
203	85479	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PE-4039 (Rev. 5) Analisis Granulometrico	Granulometría	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
204	85480	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PE-4039 (Rev. 5) Analisis Granulometrico	Granulometría	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
205	85481	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PE-4039 (Rev. 5) Analisis Granulometrico	Granulometría	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
206	85484	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB	Alacloro	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
207	85497	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Captan	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
208	85498	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Cipermetrina	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
209	85499	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Ciproconazol	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
210	85501	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clodinafop Propargil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
211	85502	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorfenvinfos	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
212	85503	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorotalonil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
213	85504	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Clorpirifos etil (clorpirifos)	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
214	85506	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dacthal (Clortal-Dimetil)	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
215	85511	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	Diflufenican	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
216	85512	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Dimetoato	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
217	85522	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	EPTC	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
218	85524	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Etoprofos	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
219	85525	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Fenamifos	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
220	85529	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Flusilazol	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
221	85530	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Folpet	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
222	85537	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metalaxil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
223	85538	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Metidation	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
224	85540	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	Metolacloro	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
225	85542	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	metribuzina	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
226	85543	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Miclobutanilo	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
227	85544	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Mirex	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
228	85545	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Molinato	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
229	85547	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	o,p- DDT	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
230	85548	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	oxifluorfeno	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
231	85559	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pendimetalina	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
232	85560	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Pentaclorobenceno	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
233	85563	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	Pirimetanil	TL-513	Método propio no aplica al parámetro

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
								GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D			
234	85570	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	ß-BHC	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación
235	85573	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Tetradifon	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
236	85574	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	Triclorfon	TL-513	Método propio no aplica al parámetro
237	85578	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.7) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	α-BHC	TL-513	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES NO RENOVADOS										N° CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN DE ALCANCE
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro		
238	24508-P	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cianuro total	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra
239	24511-P	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cianuro total	TL-513	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

4. CONCLUSIÓN

La evaluación técnica realizada para el proceso de renovación de autorización de la ETFA 004-01, se basó tanto en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución N°575/2022, como en la revisión de cada uno de los alcances autorizados de la ETFA, de manera de corroborar que estuvieran en concordancia con los métodos vigentes y los certificados de acreditación AA-791, descargado el 15-12-2022; LE-667 y TL-513, descargados el 13-12-2022 y el certificado LE-739, descargado el 14-12-2022. Cada certificado fue descargado desde las páginas web de los respectivos organismos acreditadores.

En base a los antecedentes evaluados, se recomienda para la ETFA 004-01, la renovación de aquellos alcances identificados en el registro público de la SMA, correspondiente a la resolución Nº 01/2019 de renovación de la autorización ETFA; a las resoluciones 678/2019, 906/202, 377/2021 y 312/2022 de ampliación de alcances; a las resoluciones 1531/2019, 1340/2020, 1287/2021 las cuales resuelven recursos de reposición ingresados por la ETFA, resolución exenta 477/2022 que adecua y revoca alcances; a excepción de aquellos alcances individualizados en el punto 3.0 del presente informe, los cuales no dan cumplimiento a las directrices establecidas.

CLAUDIA PASTORE HERRERA
JEFA(S) DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONFORMIDAD AMBIENTAL

CJT

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA ETFA AGQ CHILE S.A., EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N°2331, DE 2022.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 267

Santiago, 8 de febrero de 2023

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto N°70, de 28 de diciembre de 2022 del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra a Marie Claude Plumer Bodin en el cargo de Superintendenta del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°2124, de 30 de septiembre de 2021, que Fija organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°2393, de 1 de diciembre de 2020, que modifica Resolución Exenta N°1623, de 2018 que establece organización interna funcional de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente y crea Sección de Conformidad Ambiental; en la Resolución Exenta N°575, de 18 de abril de 2022, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°574, de 18 de abril de 2022, que dicta instrucción de carácter general la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; y en la Resolución Nº7, de 2019 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1º. Que, mediante resolución exenta N°2331, de fecha 30 de diciembre de 2022, la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, la superintendencia o servicio) renovó la autorización otorgada a la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental **AGQ Chile S.A.** (en adelante e indistintamente, ETFA), respecto de su sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01. La misma fue notificada el día 3 de enero de 2023.

2º. Que, el considerando 2° de dicha resolución exenta restringió la renovación a los alcances que señaló el "Segundo Informe Solicitud de Renovación de Autorización ETFA AGQ Chile S.A", excluyendo alcances previamente autorizados que no dieron cumplimiento a los requisitos técnicos correspondientes.

3º. Que, encontrándose dentro de plazo, el 09 de enero de 2023, doña Pamela Muñoz, identificada como Gerente Sistema de Gestión, interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución exenta N°2331, de 2022, acompañando una versión corregida de su certificado de acreditación, solicitando se evalúe nuevamente.

4º. Que, como cuestión previa, es dable hacer presente que el artículo 22 de la Ley N° 19.880, faculta a los interesados para actuar por medio de apoderados, quienes deberán contar al efecto con un poder otorgado por escritura pública o documento privado suscrito ante notario, formalidad que, en la especie, no ha acreditado doña Pamela Muñoz; sin perjuicio de lo cual, esta Superintendenta igualmente se pronunciará sobre la materia planteada.

5º. Que, analizados los antecedentes expuestos por la ETFA en su recurso, mediante el memorando N° 4900, de 2 de febrero de 2023, la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental adjuntó el informe denominado "REP-ETFA 004-01 Informe Recurso de Reposición", en el que se indica que *"[u]na vez analizado el descargo presentado por la ETFA en los antecedentes presentados el 09 de enero de 2023; y habiendo realizado una nueva evaluación del alcance reclamado, a partir de los mencionados antecedentes; se recomienda aprobar el recurso de reposición respecto de los alcances evaluados y aprobados, identificados en el punto 3 de este documento, los cuales se encuentran en concordancia con los requisitos establecidos en la resolución N°575/2022".* (énfasis añadido)

6º. Que, en razón de las argumentaciones expuestas por el recurrente, sumadas al análisis técnico que fue realizado por el área correspondiente, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN:

PRIMERO: **ACÓGESE** el recurso de reposición interpuesto por **AGQ Chile S.A.**, en contra de la Res. Ex. N°2331, de fecha 30 de diciembre de 2022, que renovó su autorización como ETFA, excluyendo los alcances que señaló el "Segundo Informe Solicitud de Renovación de Autorización ETFA AGQ Chile S.A".

SEGUNDO: **MODIFÍQUESE** la resolución exenta N°2331, de 30 de diciembre de 2022, de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el sentido de incorporar los siguientes alcances autorizados para la sucursal AGQ Chile S.A., código ETFA 004-01, los que se entenderán vigentes a contar desde la fecha de notificación del presente acto:

Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro
8667	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	PICH-205 (Rev.3) Determinacion in situ del oxigeno disuelto, basado en UNE-EN 25814:1994	Oxígeno disuelto
37309	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	ISO 696:1975. . Surface active agents - Measurement of foaming power - Modified	-	Poder espumógeno

Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro
					Ross-Miles method. .1975. ISO.		
37310	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	ISO 696:1975. . Surface active agents - Measurement of foaming power - Modified Ross-Miles method. .1975. ISO.	-	Poder espumógeno
45294	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	ISO 696:1975. . Surface active agents - Measurement of foaming power - Modified Ross-Miles method. .1975. ISO.	-	Poder espumógeno
65819	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-Cl. B. Iodometric Method I . Chlorine (Residual) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cloro residual (Cloro total)
65820	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-Cl. B. Iodometric Method I . Chlorine (Residual) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cloro residual (Cloro total)
65821	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-Cl. B. Iodometric Method I . Chlorine (Residual) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cloro residual (Cloro total)
65822	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-Cl. B. Iodometric Method I . Chlorine (Residual) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cloro residual (Cloro total)
65823	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-Cl. B. Iodometric Method I . Chlorine (Residual) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cloro residual (Cloro total)
69845	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Indeno(1,2,3 - c,d)pireno
69867	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pireno

Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro
69871	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometrina
69891	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	α-BHC
69945	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Indeno(1,2,3 - c,d)pireno
69974	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pireno
69978	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometrina
69991	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	α-BHC
70045	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas	Indeno(1,2,3 - c,d)pireno

Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro
						Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	
70074	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pireno
70078	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometrina
70091	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	α-BHC
70145	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Indeno(1,2,3 - c,d)pireno
70174	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pireno
70178	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-	Prometrina

Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro
						Liq Extractions.	
70191	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	α-BHC
70288	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Indeno(1,2,3 - c,d)pireno
70317	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pireno
70320	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometrina
70333	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	α-BHC
70394	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	PC-205 (Rev.8) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	α-BHC

Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro
70456	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	PC-205 (Rev.8) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	α-BHC
70512	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	PC-205 (Rev.8) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	α-BHC
78759	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato
78760	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	PE-2090 (Rev.16) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito
78761	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	PE-2090 (Rev.16) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato
78762	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	PE-2090 (Rev.16) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito
78763	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	PE-2090 (Rev.16) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato
78764	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	PE-2090 (Rev.16) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito
78765	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	PE-2090 (Rev.16) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato
78766	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	PE-2090 (Rev.16) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito
78875	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	PC-205 (Rev.8) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	α-BHC
85413	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ME-31-2007. ME-31. Determinación de Solidos disueltos por Método Gravimétrico 2007. SISS.	-	Sólidos disueltos totales
85570	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	PC-205 (Rev.8) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE	ß-BHC

Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método Propio	Parámetro
						GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	
85578	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	PC-205 (Rev.8) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	α-BHC

TERCERO: **PUBLÍQUENSE** en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, la presente resolución, el estado y vigencia de los alcances autorizados y los demás antecedentes que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.

CUARTO: **DÉJASE CONSTANCIA** que, para todos los efectos legales, el fin de la vigencia de los alcances incorporados en virtud de lo señalado en el resuelvo segundo de la presente resolución, corresponderá a la establecida en la resolución exenta N°2331, de 30 de diciembre de 2022, que renueva la autorización otorgada a AGQ Chile S.A. como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

QUINTO: **NOTIFÍQUESE** a la interesada esta resolución junto con el respectivo informe del recurso de reposición, por correo electrónico, conforme lo dispuesto en el artículo 30 letra a) de la ley N°19.880.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
SUPERINTENDENTA
GOBIERNO DE CHILE

MARIE CLAUDE PLUMER BODIN
SUPERINTENDENTA DEL MEDIO AMBIENTE

ETS / BMA / CJT / LMS

Adj.: "REP-ETFA 004-01 Informe Recurso de Reposición", que se indica.
Notifíquese por correo electrónico:

-
- monica.doebbel@agqlabs.com
- pamela.munoz@agqlabs.com

Distribución:
- Gabinete
- División de Fiscalización y Conformidad Ambiental
- Sección de Conformidad Ambiental
- Fiscal
- Departamento Jurídico
- registroentidades@sma.gob.cl
- Oficinas regionales
- Oficina de Partes y Archivos

Exp. N° 541/2023

REP-ETFA 004-01

Santiago, 02 de febrero de 2023

INFORME RECURSO DE REPOSICIÓN

La Superintendencia del Medio Ambiente, ha realizado la evaluación del recurso de reposición interpuesto por la ETFA AGQ CHILE S.A., Sucursal AGQ CHILE S.A., código 004-01, sobre la Resolución Exenta N°2331 del 30 de diciembre de 2022, que renueva autorización de AGQ CHILE S.A. como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

A través del presente informe, se realizó la evaluación de aquellos alcances que fueron rechazados y reclamados por la sucursal.

1. TIPO DE SOLICITUD

●	Recurso de Reposición	Fecha Notificación Resolución ETFA	03-01-2023
		Fecha Ingreso Of. De Partes carta de reposición.	09-01-2023
		Expediente N°	541

2. DATOS DEL SOLICITANTE

CÓDIGO ETFA	004-01	**Nº SOLICITUD**	RENOVACIÓN
NOMBRE ETFA	AGQ CHILE S.A. - Sucursal AGQ CHILE S.A.		

Documentación Adjunta:

- Carta de fecha 09 de enero de 2023
- Contenidos:
  - Certificado de acreditación AA-791
  - Certificado de acreditación TL-513
  - Procedimientos internos PC-204 Rev 15, PC-205 Rev.8 y PE-2090 Rev 16
  - ETFA-REG-13 "Solicitud recurso reposición ETFA"

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

3. DETALLE RECURSO DE REPOSICIÓN SOLICITADO

La ETFA solicitó la evaluación de los alcances rechazados en la Resolución Exenta N°2331/2022, indicados a continuación:

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
1	8667	Medición	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PICH-205 (Rev.3) Determinacion in situ del oxigeno disuelto, basado en UNE-EN 25814:1994	Oxígeno disuelto	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado AA-791 actualizado en página 3	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
2	34769	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide . 22° Edición.2012. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. B. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cianuro total	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 20	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado
3	34788	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5530 B. Cleanup Procedure. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 21	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
4	34789	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5530 B. Cleanup Procedure. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 21	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado
5	34790	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5530 B. Cleanup Procedure. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 21	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado
6	36436	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. B. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cianuro total	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 20	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado
7	36513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. B. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cianuro total	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 20	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
8	36633	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. B. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cianuro total	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 20	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado
9	37309	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	ISO 696:1975. . Surface active agents - Measurement of foaming power - Modified Ross-Miles method. .1975. ISO.	-	-	Poder espumógeno	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513 actualizado en página 18	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
10	37310	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	ISO 696:1975. . Surface active agents - Measurement of foaming power - Modified Ross-Miles method. .1975. ISO.	-	-	Poder espumógeno	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513 actualizado en página 18	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
11	45294	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	ISO 696:1975. . Surface active agents - Measurement of foaming power - Modified Ross-Miles method. .1975. ISO.	-	-	Poder espumógeno	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513 actualizado en página 18	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
12	45312	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. B. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cianuro total	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 20	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado
13	45313	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. B. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cianuro total	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 20	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
14	64303	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. B. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cianuro total	El alcance no considera el método de tratamiento de muestra.	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 20	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado
15	64304	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. B. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cianuro total	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 20	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado
16	64305	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. B. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cianuro total	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 20	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método de tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro	Motivo del rechazo	DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
17	64306	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. B. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cianuro total	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 20	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado
18	64310	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5530 B. Cleanup Procedure. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 21	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado
19	64311	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5530 B. Cleanup Procedure. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 21	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado
20	64611	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. B. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cianuro total	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 20	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
21	64612	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5530 B. Cleanup Procedure. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 21	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado
22	65819	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-Cl. B. Iodometric Method I . Chlorine (Residual) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cloro residual (Cloro total)	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513 actualizado, página 19	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
23	65820	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-Cl. B. Iodometric Method I . Chlorine (Residual) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cloro residual (Cloro total)	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513 actualizado, página 19	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
24	65821	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-Cl. B. Iodometric Method I . Chlorine (Residual) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cloro residual (Cloro total)	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513 actualizado, página 19	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	Código Alcance	Actividad	Componente ambiental	Área Técnica o Aplicación	Subárea o producto	Método	Método de tratamiento de muestra	Método Propio	Parámetro	Motivo del rechazo	DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA	EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD	CONCLUSIÓN
25	65822	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-Cl. B. Iodometric Method I . Chlorine (Residual) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cloro residual (Cloro total)	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513 actualizado, página 19	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
26	65823	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-Cl. B. Iodometric Method I . Chlorine (Residual) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	-	Cloro residual (Cloro total)	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513 actualizado, página 19	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
27	69845	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Indeno(1,2,3-c,d)pireno	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513, parametro se encuentra en página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
28	69867	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pireno	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513, parametro se encuentra en página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
29	69871	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometrina	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513, parametro se encuentra en página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
30	69891	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	α-BHC	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se encuentra como su sinonimo Alfa-HCH, para mayor claridad se agrega α-BHC en certificado TL-513, se envia certificado actualizado, ver página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
31	69945	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Indeno(1,2,3-c,d)pireno	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513, parametro se encuentra en página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
32	69974	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pireno	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513, parametro se encuentra en página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
33	69978	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometrina	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513, parametro se encuentra en página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
34	69991	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	α-BHC	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se encuentra como su sinonimo Alfa-HCH, para mayor claridad se agrega α-BHC en certificado TL-513, se envia certificado actualizado, página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
35	70045	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Indeno(1,2,3-c,d)pireno	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513, parametro se encuentra en página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
36	70074	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, 47Methods 351048C, Separator funn39el Liq-Liq Extractions.	Pireno	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513, parametro se encuentra en página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
37	70078	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometrina	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513, parametro se encuentra en página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
38	70091	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	α-BHC	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se encuentra como su sinonimo Alfa-HCH, para mayor claridad se agrega α-BHC en certificado TL-513, se envia certificado actualizado, página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
39	70145	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Indeno(1,2,3-c,d)pireno	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513, parametro se encuentra en página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
40	70174	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pireno	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513, parametro se encuentra en página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
41	70178	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometrina	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513, parametro se encuentra en página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
42	70191	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	α-BHC	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se encuentra como su sinonimo Alfa-HCH, para mayor claridad se agrega α-BHC en certificado TL-513, se envia certificado actualizado, página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
43	70288	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Indeno(1,2,3-c,d)pireno	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513, parametro se encuentra en página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
44	70317	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Pireno	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513, parametro se encuentra en página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
45	70320	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	Prometrina	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se envía certificado TL-513, parametro se encuentra en página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
46	70333	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PC-204 (Rev.15), basado en Standard Methods for examination of water wastewater, 6410-B, Ed 22, Liq-Liq Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Methods. EPA SW-846 on-line, Methods 3510C, Separator funnel Liq-Liq Extractions.	α-BHC	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se encuentra como su sinonimo Alfa-HCH, para mayor claridad se agrega α-BHC en certificado TL-513, se envia certificado actualizado, página 30	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
47	70394	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos	-	-	PC-205 (Rev.8) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	α-BHC	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se encuentra como su sinonimo Alfa-HCH, para mayor claridad se agrega α-BHC en certificado TL-513, se envia certificado actualizado, página 31	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
48	70456	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	-	-	PC-205 (Rev.8) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	α-BHC	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se encuentra como su sinonimo Alfa-HCH, para mayor claridad se agrega α-BHC en certificado TL-513, se envia certificado actualizado, página 31	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
49	70512	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres	-	-	PC-205 (Rev.8) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	α-BHC	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se encuentra como su sinonimo Alfa-HCH, para mayor claridad se agrega α-BHC en certificado TL-513, se envia certificado actualizado, página 31	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
50	78759	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PE-2090 (Rev.15) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato	Método propio no aplica al parámetro	Se especifica parámetro en metodo propio PE-2090, se adjunta	Se constata que el parámetro se incluyó en el método en su revisión actualizada.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
51	78760	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	-	-	PE-2090 (Rev.16) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	Método propio no aplica al parámetro	Se especifica parámetro en metodo propio PE-2090, se adjunta	Se constata que el parámetro se incluyó en el método en su revisión actualizada.	Aprobado
52	78761	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PE-2090 (Rev.16) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato	Método propio no aplica al parámetro	Se especifica parámetro en metodo propio PE-2090, se adjunta	Se constata que el parámetro se incluyó en el método en su revisión actualizada.	Aprobado
53	78762	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	-	-	PE-2090 (Rev.16) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	Método propio no aplica al parámetro	Se especifica parámetro en metodo propio PE-2090, se adjunta	Se constata que el parámetro se incluyó en el método en su revisión actualizada.	Aprobado
54	78763	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PE-2090 (Rev.16) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato	Método propio no aplica al parámetro	Se especifica parámetro en metodo propio PE-2090, se adjunta	Se constata que el parámetro se incluyó en el método en su revisión actualizada.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
55	78764	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	-	-	PE-2090 (Rev.16) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	Método propio no aplica al parámetro	Se especifica parámetro en metodo propio PE-2090, se adjunta	Se constata que el parámetro se incluyó en el método en su revisión actualizada.	Aprobado
56	78765	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PE-2090 (Rev.16) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrato	Método propio no aplica al parámetro	Se especifica parámetro en metodo propio PE-2090, se adjunta	Se constata que el parámetro se incluyó en el método en su revisión actualizada.	Aprobado
57	78766	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	-	-	PE-2090 (Rev.16) Aniones en Aguas por Cromatografía Iónica Basado en EPA Method 300.1	Nitrógeno-Nitrito	Método propio no aplica al parámetro	Se especifica parámetro en metodo propio PE-2090, se adjunta	Se constata que el parámetro se incluyó en el método en su revisión actualizada.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
58	78875	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos	-	-	PC-205 (Rev.8) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	α-BHC	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se encuentra como su sinonimo Alfa-HCH, para mayor claridad se agrega α-BHC en certificado TL-513, se envia certificado actualizado, ver página 31	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
59	85413	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	ME-31-2007. ME-31. Determinación de Solidos disueltos por Método Gravimétrico 2007. SISS.	-	-	Sólidos disueltos totales	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se corrige nombre de parámetro en certificado TL-513 en página 21, se adjunta certificado actualizado, pagina 21	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
60	85570	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.8) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	ß-BHC	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se encuentra como su sinonimo Beta-HCH, para mayor claridad se agrega ß-BHC en certificado TL-513, se envia certificado actualizado, ver página 31	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL											EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Actividad**	**Componente ambiental**	**Área Técnica o Aplicación**	**Subárea o producto**	**Método**	**Método de tratamiento de muestra**	**Método Propio**	**Parámetro**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
61	85578	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos	-	-	PC-205 (Rev.8) DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS, PAH Y PCB EN SUELOS MEDIANTE GC-MS/MS basado en EPA Metthod 8270D	α-BHC	Alcance no se encuentra contenido en el certificado de acreditación	Se encuentra como su sinonimo Alfa-HCH, para mayor claridad se agrega α-BHC en certificado TL-513, se envia certificado actualizado, ver página 31	Se constata que el alcance está incluido en el certificado de acreditación actualizado.	Aprobado
62	24508-P	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. B. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cianuro total	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 20	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado
63	24511-P	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. B. Preliminary Treatment of Samples. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	-	Cianuro total	Alcance no considera el método de tratamiento de muestra	Se agrega método de tratamiento de muestra en certificado TL-513, página 20	No es posible incorporar nuevos elementos al alcance no renovado.	Rechazado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

4. OTRAS OBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES DE ETFA

Observaciones y/o Solicitudes de sucursal	Evaluación de la solicitud	Conclusión
----------No aplica----------	--------No aplica----------	-------No aplica--------

5. CONCLUSIÓN DE EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN ETFA

La evaluación técnica de la solicitud de renovación de la ETFA 004-01, se basó tanto en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución Exenta N°575/2022, como en la revisión de la evidencia aportada por la ETFA solicitante, de manera de corroborar que estuviera en concordancia con los métodos vigentes, métodos propios y con los certificados de acreditación correspondientes, descargados desde la página web del organismo acreditador IAS.

Una vez analizado el descargo presentado por la ETFA en los antecedentes presentados el 09 de enero de 2023; y habiendo realizado una nueva evaluación del alcance reclamado, a partir de los mencionados antecedentes; se recomienda aprobar el recurso de reposición respecto de los alcances evaluados y aprobados, identificados en el punto 3 de este documento, los cuales se encuentran en concordancia con los requisitos establecidos en la resolución N°575/2022.

CLAUDIA PASTORE HERRERA
JEFA(S) DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONFORMIDAD AMBIENTAL

MVG

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE ALCANCES QUE INDICA A LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AGQ CHILE S.A.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1635

Santiago, 21 de septiembre de 2023

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 13 de mayo de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°564, de 2023, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fija su organización interna; en el Decreto Supremo N° 70, de 28 de diciembre de 2022, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra a la Superintendenta del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°575, de 18 de abril de 2022, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°574, de 18 de abril de 2022, que dicta instrucción de carácter general la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; y en la Resolución Nº7, de 2019 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1º. Mediante resolución exenta N° 2331, de fecha 30 de diciembre de 2022, la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, la superintendencia o SMA) renovó –a partir del 03 de enero de 2023- la autorización de **AGQ Chile S.A.**, para actuar como entidad técnica de fiscalización ambiental (ETFA) respecto de su sucursal AGQ Chile SA (código ETFA 004-01), en los alcances indicados en el "*Segundo Informe Solicitud De Renovación de Autorización ETFA AGQ Chile S.A.*" que forma parte de aquél acto administrativo.

2º. A través de la resolución exenta N°575, de 2022, publicada en el Diario Oficial el 25 de abril de 2022, la SMA dictó la instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales, que deja sin efecto la resolución exenta N°126, de 2019, desde su entrada en vigencia.

3º. Con fecha 3 de abril de 2023, la ETFA a través de la solicitud N° 25459, requirió una ampliación de alcances para sucursal AGQ Chile SA (código ETFA 004-01).

4º. Mediante el memorándum N° 13298, de fecha 4 de abril de 2023, el Departamento de Entidades Técnicas y Laboratorio solicitó a Fiscalía la elaboración de un informe de evaluación de cumplimiento legal de los antecedentes presentados por la ETFA, el cual fue evacuado con fecha 4 de julio de 2023, mediante el memorando N° 27617, indicándose que esta última había cumplido con lo dispuesto en el artículo 3° del reglamento ETFA, así como con lo previsto en el punto en el 5.7.ii de la resolución exenta N°575, de 2022.

5º. Luego, por memorando N° 33704, de fecha 8 de agosto de 2023, el Departamento de Entidades Técnicas y Laboratorio envió el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", de fecha 7 de agosto de 2023, respecto de la ampliación de alcances solicitada, señalando aquellos que fueron aprobados y rechazados, recomendando proceder a la autorización de los primeros.

6º. Los fundamentos para autorizar la ampliación de los alcances solicitada se encuentran en el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", el cual será notificado en conjunto con la presente resolución y posteriormente publicado, junto con ésta, en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, por lo que dicto la siguiente

RESOLUCIÓN:

PRIMERO: AUTORÍZASE LA AMPLIACIÓN DE ALCANCES a la entidad técnica de fiscalización ambiental **AGQ Chile S.A.**, aprobados en el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", para la siguiente sucursal, conforme lo previsto en el reglamento ETFA y en la resolución exenta N°575, de 2022:

N° DE SOLICITUD	25459	**RUT**	96964370-7
NOMBRE SUCURSAL	AGQ CHILE S.A.		
DIRECCIÓN SUCURSAL	Industriales 697, departamento 1. Huechuraba. Región Metropolitana		

SEGUNDO: PREVIÉNESE que la presente autorización de ampliación se otorga solo para cada alcance identificado y aprobado en el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental" de la sucursal indicada en el punto primero resolutivo de la presente resolución, el que forma parte integrante de ésta.

TERCERO: DÉJASE CONSTANCIA que, para todos los efectos legales, los alcances aquí autorizados comenzarán a regir desde la total tramitación de este acto administrativo y su duración será coincidente con la vigencia señalada en la resolución exenta N°2331, de 2022, según lo mandatado en el punto 5.4 de la resolución exenta N°575, de 2022.

CUARTO: **DENIÉGASE** la autorización de los alcances solicitados por la ETFA, para la sucursal indicada, respecto de todos aquellos que fueron rechazados en el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental", que se adjunta a la presente resolución.

QUINTO: **INFÓRMESE** a la interesada de que cuenta con un plazo de cinco días hábiles para interponer recurso de reposición, ante la autoridad que suscribe, conforme lo previsto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, en relación a la decisión de denegar la ampliación de los alcances que fueron rechazados en el "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental".

SEXTO: **PUBLÍQUESE Y ACTUALÍCESE** en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, la presente resolución, los alcances específicos que fueron ampliados y los demás antecedentes que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento ETFA.

SÉPTIMO: **NOTIFÍQUESE** por correo electrónico a la interesada esta resolución junto con el respectivo informe final de evaluación, conforme lo dispuesto en el artículo 30 letra a) de la ley N°19.880.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE ★ SUPERINTENDENTA ★ GOBIERNO DE CHILE

CLAUDIA PASTORE HERRERA
SUPERINTENDENTA DEL MEDIO AMBIENTE (S)

CJT/LMS

ADJ.: "Informe final de evaluación entidades técnicas de fiscalización ambiental" del 7 de agosto de 2023".

Notifíquese por correo electrónico:
- jesus.martinez@agqlabs.com
- monica.doebbel@agqlabs.com
- pamela.munoz@agqlabs.com

Distribución:
- Gabinete
- Departamento Entidades Técnicas y Laboratorio
- *Fiscalía*
- registroentidades@sma.gob.cl
- Oficinas regionales
- Oficina de Partes

Exp. Ceropapel N° 17956/2023

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ENTIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente - D.S. N°38/2013 del MMA.

Santiago 07-08-2023

El presente Informe corresponde a la siguiente solicitud ETFA:

N° de Solicitud:	25459	Rut	96964370-7
Razón social:	AGQ CHILE SA		
Nombre Sucursal:	AGQ CHILE SA		
Dirección Sucursal:	INDUSTRIALES 697, departamento 1. Huechuraba.		

1. RESULTADOS DE EVALUACION TÉCNICA.

La siguiente tabla presenta los resultados de la evaluación técnica, realizada para cada uno de los alcances solicitados en base a las autorizaciones y/o acreditaciones enviadas por la sucursal.

TABLA DE EVALUACIÓN

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103308	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5530. B. Cleanup Procedure. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103309	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5530. B. Cleanup Procedure. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103310	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5530. B. Cleanup Procedure. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103311	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5530. B. Cleanup Procedure. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103312	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5530. B. Cleanup Procedure. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103313	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	5530. C. Chloroform Extraction Method. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	5530. B. Cleanup Procedure. Phenols. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Fenoles (compuestos fenólicos, ínidice de fenol)	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
103314	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,053 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103315	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,063 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103316	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,075 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103317	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,106 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103318	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,125 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103319	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,150 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103320	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,212 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103321	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,250 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103322	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,425 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103323	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,500 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103324	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,850 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103325	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 1 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103326	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 1,18 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103327	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 2 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103328	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 4,00 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103329	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 4,75 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103330	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 6,30 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103331	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 8,00 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103332	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 9,50 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103333	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría %fondo	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103334	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 19,00 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103335	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 63 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103336	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría %fondo	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103337	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,053 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103338	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,063 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103339	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,075 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103340	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,106 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103341	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,125 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103342	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,150 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103343	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,212 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103344	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,250 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103345	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,425 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103346	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,500 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103347	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,850 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103348	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 1 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103349	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 1,18 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103350	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 19,00 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103351	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 2 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103352	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 4,00 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103353	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 4,75 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103354	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 6,30 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103355	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 63 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103356	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 8,00 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103357	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos lacustres			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 9,50 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103358	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría %fondo	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103359	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,053 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103360	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,063 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103361	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,075 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103362	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,106 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103363	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,125 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103364	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,150 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103365	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,212 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103366	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,250 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103367	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,425 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103368	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,500 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103369	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,850 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103370	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 1 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103371	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 1,18 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103372	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 19,00 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103373	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 2 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103374	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 4,00 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103375	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 4,75 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103376	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 6,30 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103377	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 63 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103378	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 8,00 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103379	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Sedimentos marinos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 9,50 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103380	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría %fondo	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103381	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,053 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103382	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,063 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103383	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,075 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103384	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,106 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103385	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,125 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103386	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,150 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103387	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,212 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103388	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,250 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103389	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,425 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103390	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,500 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103391	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,850 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103392	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 1 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103393	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 1,18 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103394	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 19,00 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103395	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 2 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103396	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 4,00 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103397	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 4,75 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103398	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 6,30 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103399	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 63 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103400	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 8,00 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103401	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Suelos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 9,50 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103402	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría %fondo	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103403	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,053 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103404	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,063 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103405	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,075 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103406	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,106 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103407	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,125 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103408	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,150 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103409	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,212 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103410	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,250 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103411	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,425 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103412	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,500 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103413	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 0,850 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103414	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 1 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103415	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 1,18 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103416	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 19,00 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103417	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 2 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103418	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 4,00 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103419	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 4,75 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103420	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 6,30 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103421	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 63 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103422	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 8,00 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103423	TL 513	Análisis	Suelo	No aplica	Lodos			PE-4039 (Rev. 5) Análisis Granulométrico	Granulometría 9,50 mm	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103431	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103432	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103433	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103434	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103435	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103436	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	4500-CN-. E. Colorimetric Method. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
103437	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
103438	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103439	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
103440	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
103441	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
103442	TL 513	Análisis	Agua	No aplica	Fuentes de captación	4500-CN-. F. Cyanide-Selective Electrode Method. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.	4500-CN-. C. Total Cyanide after Distillation. CN^- Cyanide. 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.		Cianuro total	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	
103443	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PC-394 (Rev. 2) Determinación de Amonio, Surfactantes aniónicos, Compuestos fenólicos y Cianuro por FIA	Cianuro libre	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103444	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PC-394 (Rev. 2) Determinación de Amonio, Surfactantes aniónicos, Compuestos fenólicos y Cianuro por FIA	Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103445	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua potable/bebida			PC-394 (Rev. 2) Determinación de Amonio, Surfactantes aniónicos, Compuestos fenólicos y Cianuro por FIA	Cianuro WAD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103446	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-394 (Rev. 2) Determinación de Amonio, Surfactantes aniónicos, Compuestos fenólicos y Cianuro por FIA	Cianuro libre	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103447	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-394 (Rev. 2) Determinación de Amonio, Surfactantes aniónicos, Compuestos fenólicos y Cianuro por FIA	Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103448	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua subterránea			PC-394 (Rev. 2) Determinación de Amonio, Surfactantes aniónicos, Compuestos fenólicos y Cianuro por FIA	Cianuro WAD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103449	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-394 (Rev. 2) Determinación de Amonio, Surfactantes aniónicos, Compuestos fenólicos y Cianuro por FIA	Cianuro libre	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103450	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-394 (Rev. 2) Determinación de Amonio, Surfactantes aniónicos, Compuestos fenólicos y Cianuro por FIA	Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103451	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua superficial			PC-394 (Rev. 2) Determinación de Amonio, Surfactantes aniónicos, Compuestos fenólicos y Cianuro por FIA	Cianuro WAD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103452	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-394 (Rev. 2) Determinación de Amonio, Surfactantes aniónicos, Compuestos fenólicos y Cianuro por FIA	Cianuro libre	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103453	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-394 (Rev. 2) Determinación de Amonio, Surfactantes aniónicos, Compuestos fenólicos y Cianuro por FIA	Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

Codigo	Alcance Postulado									Conclusión de la Evaluación		
	Código Acreditación/N° Autorización	Actividad	Componente	Aplicación	Subárea o Producto	Método	Método de Tratamiento de Muestras	Método Propio	Parámetro	Estado	Motivo	Observaciones
103454	TL 513	Análisis	Agua	Calidad	Agua de mar			PC-394 (Rev. 2) Determinación de Amonio, Surfactantes aniónicos, Compuestos fenólicos y Cianuro por FIA	Cianuro WAD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103455	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-394 (Rev. 2) Determinación de Amonio, Surfactantes aniónicos, Compuestos fenólicos y Cianuro por FIA	Cianuro libre	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103456	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-394 (Rev. 2) Determinación de Amonio, Surfactantes aniónicos, Compuestos fenólicos y Cianuro por FIA	Cianuro total	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	
103457	TL 513	Análisis	Agua	Emisión	Aguas residuales			PC-394 (Rev. 2) Determinación de Amonio, Surfactantes aniónicos, Compuestos fenólicos y Cianuro por FIA	Cianuro WAD	Aprobado	CUMPLE CON LOS REQUISITOS RELATIVOS AL ALCANCE	

RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA ETFA AGQ CHILE S.A., EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N°1635, DE 2023.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 103

Santiago, 23 de enero de 2024

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto N°70, de 28 de diciembre de 2022 del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra a Marie Claude Plumer Bodin en el cargo de Superintendenta del Medio Ambiente; Resolución Exenta N° 52, de 12 de enero de 2024, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que Fija Organización Interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°575, de 18 de abril de 2022, que dicta instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°574, de 18 de abril de 2022, que dicta instrucción de carácter general la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales; y en la Resolución Nº7, de 2019 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1º. Que, mediante resolución exenta N°1635, de fecha 21 de septiembre de 2023, la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, la superintendencia o servicio) amplió los alcances autorizados otorgada a la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental **AGQ Chile S.A.** (en adelante e indistintamente, ETFA), respecto de su sucursal AGQ Chile SA, código ETFA 004-01. La misma fue notificada el día 22 de septiembre de 2023.

2º. Que, el considerando 2° de dicha resolución exenta restringió la renovación a los alcances que señaló el "Informe final de evaluación de entidades técnicas de fiscalización ambiental", excluyendo alcances solicitados por no cumplir con los requisitos técnicos correspondientes.

3º. Que, encontrándose dentro de plazo, el 29 de septiembre de 2023, doña Pamela Muñoz, identificada como Gerente de Sistema de Gestión, interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución exenta N°1635, de 2023, acompañando antecedentes que dan cuenta de que el certificado de acreditación TL-513 fue actualizado, por lo que ahora estaría dando cumplimiento a lo que señala la normativa aplicable, solicitando su autorización.

4º. Que, analizados los antecedentes expuestos por la ETFA en su recurso, mediante el memorando N° 398, del 3 de enero de 2024, el Departamento de Entidades Técnicas y Laboratorio adjuntó el informe denominado "(...) Informe Recurso De Reposición AGQ Chile SA", de fecha 2 de enero de 2024, en el que se indica que *"*[u]*na vez analizado el descargo presentado por la ETFA en los antecedentes presentados el 29 de septiembre de 2023; y habiendo realizado una nueva evaluación de los alcances reclamados, a partir de los mencionados antecedentes; se recomienda aprobar el recurso de reposición respecto de todos los alcances reclamados, identificados en el punto 3 de este documento, los cuales se encuentran en concordancia con los requisitos establecidos en la resolución exenta N°575/2022 y en la resolución exenta N° 2133/2023.".* (énfasis añadido)

5º. Que, en razón de las argumentaciones expuestas por el recurrente, sumadas al análisis técnico que fue realizado por el área correspondiente, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN:

PRIMERO: **ACÓGESE** el recurso de reposición interpuesto por **AGQ Chile S.A.**, en contra de la resolución exenta N°1635, de fecha 21 de septiembre de 2023, que renovó su autorización como ETFA, en atención a lo señalado por el "(...) Informe Recurso De Reposición AGQ Chile SA".

SEGUNDO: **MODIFÍQUESE** la resolución exenta N°1635, de fecha 21 de septiembre de 2023, de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el sentido de incorporar como autorizados los siguientes alcances -aquí identificados por su Código ETFA- para la sucursal AGQ Chile SA, código ETFA 004-01. Los mismos se entenderán vigentes a contar desde la fecha de notificación del presente acto:

103313; 103436; 103437; 103438; 103439; 103440; 103441; 103442.

TERCERO: **PUBLÍQUENSE** en el Registro Nacional de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, la presente resolución, el estado y vigencia de los alcances autorizados y los demás antecedentes que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.

CUARTO: **DÉJASE CONSTANCIA** que, para todos los efectos legales, el fin de la vigencia de los alcances incorporados en virtud de lo señalado en el resuelvo segundo de la presente resolución, corresponderá a la establecida en la resolución exenta N°1635, de fecha 21 de septiembre de 2023, que renueva la autorización otorgada a la reclamante como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

QUINTO: **NOTIFÍQUESE** a la interesada esta resolución junto con el respectivo informe del recurso de reposición, por correo electrónico, conforme lo dispuesto en el artículo 30 letra a) de la ley N°19.880.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
SUPERINTENDENTA
GOBIERNO DE CHILE

MARIE CLAUDE PLUMER BODIN
SUPERINTENDENTA DEL MEDIO AMBIENTE

JAA / ODLF/ CJT / LMS

Adj.: Informe "(...) Informe Recurso De Reposición AGQ Chile SA", de fecha 2 de enero de 2024.

Notifíquese por correo electrónico:
- jesus.martinez@agqlabs.com
- monica.doebbel@agqlabs.com
- pamela.munoz@agqlabs.com

Distribución:
- Gabinete
- Departamento Entidades Técnicas y Laboratorio
- Fiscalía
- registroentidades@sma.gob.cl
- Oficinas regionales
- Oficina de Partes

Exp. N° 22.170/2023

REP-ETFA 045-01

Santiago, 02 de enero de 2024

INFORME RECURSO DE REPOSICIÓN AGQ CHILE SA

La Superintendencia del Medio Ambiente, a través del Departamento de Entidades Técnicas y Laboratorio, ha realizado la evaluación del recurso de reposición interpuesto por la ETFA AGQ CHILE S.A. sucursal AGQ CHILE S.A., código 004-01, en contra de la Resolución Exenta N°1635 del 21 de septiembre de 2023, que autorizó su ampliación de alcances como ETFA.

A través del presente informe, se realiza la evaluación de aquellos alcances que fueron rechazados y reclamados por la sucursal.

1. TIPO DE SOLICITUD

●	Recurso de Reposición	Fecha Notificación Resolución ETFA	22-09-2023
		Fecha Ingreso Of. De Partes carta de reposición.	29-09-2023
		N° de expediente	22.170

2. DATOS DEL SOLICITANTE

CÓDIGO ETFA	004-01	**Nº SOLICITUD**	25459
NOMBRE ETFA	AGQ CHILE S.A. sucursal AGQ CHILE S.A.		

Documentación Adjunta:

- Carta s/n, de fecha 28-09-2023. Contenidos:
  - Certificado de acreditación TL-513
  - Comprobante de solicitud de ampliación de alcances N°24802
  - Registro "ETFA-REG-13_Formulario Solicitud Recurso de Reposición ETFA V.02 AGQ Chile", con el listado de los alcances reclamados.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

3. DETALLE RECURSO DE REPOSICIÓN SOLICITADO

La ETFA solicitó la evaluación de los alcances rechazados en la Resolución Exenta N°1635/2023, indicados a continuación:

LISTADO DE ALCANCES RECLAMADOS POR SUCURSAL				EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN		
N°	**Código Alcance**	**Estado**	**Motivo del rechazo**	**DESCARGOS REALIZADO POR LA ETFA**	**EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD**	**CONCLUSIÓN**
1	103313	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Se actualizó alcance en certificado TL-513 "Fuentes de captación" en página 21, ver columna "material/matrix".	En concordancia con lo establecido en la Resolución Exenta N° 2133/2023	Aprobado
2	103436	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Se actualizó alcance en certificado TL-513 "Fuentes de captación" en página 20, ver columna "material/matrix".	En concordancia con lo establecido en la Resolución Exenta N° 2133/2023	Aprobado
3	103437	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Se actualizó alcance "Cianuro total" en certificado TL-513, página 20.	En concordancia con lo establecido en la Resolución Exenta N° 2133/2023	Aprobado
4	103438	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Se actualizó alcance "Cianuro total" en certificado TL-513, página 20.	En concordancia con lo establecido en la Resolución Exenta N° 2133/2023	Aprobado
5	103439	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Se actualizó alcance "Cianuro total" en certificado TL-513, página 20.	En concordancia con lo establecido en la Resolución Exenta N° 2133/2023	Aprobado
6	103440	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Se actualizó alcance "Cianuro total" en certificado TL-513, página 20.	En concordancia con lo establecido en la Resolución Exenta N° 2133/2023	Aprobado
7	103441	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Se actualizó alcance "Cianuro total" en certificado TL-513, página 20.	En concordancia con lo establecido en la Resolución Exenta N° 2133/2023	Aprobado
8	103442	Rechazado	ALCANCE NO ESTÁ CONTENIDO EN ACREDITACIÓN	Se actualizó alcance "Cianuro total" y "Fuentes de captación" en certificado TL-513, página 20. Ver columna "material/matrix".	En concordancia con lo establecido en la Resolución Exenta N° 2133/2023	Aprobado

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

4. OTRAS OBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES DE ETFA

Observaciones y/o Solicitudes de sucursal	Evaluación de la solicitud	Conclusión
----------No aplica----------	--------No aplica----------	-------No aplica--------

5. CONCLUSIÓN DE EVALUACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN ETFA

La evaluación técnica de la solicitud de la ampliación de alcances de la ETFA 004-01, se basó tanto en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución Exenta N°575/2022, como en la revisión de la evidencia aportada por la ETFA solicitante, de manera de corroborar que estuviera en concordancia con los métodos vigentes, con lo instruído en la Resolución Exenta N° 2133, de 2023, y con el certificado de acreditación correspondiente, descargado desde la página web del organismo acreditador International Accreditation Services (IAS).

Una vez analizado el descargo presentado por la ETFA en los antecedentes presentados el 29 de septiembre de 2023; y habiendo realizado una nueva evaluación de los alcances reclamados, a partir de los mencionados antecedentes; se recomienda aprobar el recurso de reposición respecto de todos los alcances reclamados, identificados en el punto 3 de este documento, los cuales se encuentran en concordancia con los requisitos establecidos en la resolución exenta N°575/2022 y en la resolución exenta N° 2133/2023.

MÓNICA VERGARA GALLARDO
JEFA DEPARTAMENTO DE ENTIDADES TÉCNICAS Y LABORATORIO

CJT